

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

| | | |
|---|--|---|
|  <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p> |  <p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Μαζί για την ανάπτυξη</p> |  <p>ΕΣΠΑ 2007-2013 πρόγραμμα για την ανάπτυξη</p> |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 6^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.) ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Προϋπολογισμός : | 161.800,00€ συμπ. Φ.Π.Α.23% |
| | Αρ. Διακήρυξης : | 2/ 2013 |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | Ημερομηνία : | 27-08-2013 |
| Πληροφορίες: κ. Πατσαρίκα Άννα- κ. Καρυώτη Ειρήνη Τηλ. : 2741361836-835 Fax : 2741020529 Δ/νση :Λ.Αθηνών 53 20100 Κόρινθος E-mail: apats@hospkorinthos.gr ekarioti@hospkorinthos.gr | Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης | |

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ :

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.) ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ»**

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Το **ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ** έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παραρτήματος Β' της παρούσας διακήρυξης, όπως αυτές ισχύουν,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

- 1- Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό**, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή**, προϋπολογισμού δαπάνης **εκατόν εξήντα μια χιλιάδων οκτακόσιων ευρώ (€ 161.800,00)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23 % και αναλυτικά όπως πιο κάτω:

| A/A | CPV | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΑΣΗ ΤΟ CPV | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ | ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ | ΚΑΕ ΠΡΟΥΠ/ΣΜ ΟΥ |
|-----|----------------|--|---|--------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | 331950 00-3 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | ΜΟΝΙΤΟΡΣ (ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ) ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ | 1 | 4.000,00 | 9914 |
| 2. | 384321 00-3 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ | 1 | 20.000,00 | 9914 |
| 3. | 331574 00-9 | ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ | ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ | 2 | 24.000,00 | 9914 |
| 4. | 331941 10-0 | ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ | ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ | 2 | 6.000,00 | 9914 |
| 5. | 331941 10-0 | ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ | ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ | 2 | 4.000,00 | 9914 |
| 6. | 331821 00 | ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ | ΔΙΒΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ | 2 | 8.000,00 | 9914 |
| 7. | 438120 00-8 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΙΟΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΓΥΨΟΠΡΙΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑ | 1 | 2.000,00 | 9914 |
| 8. | 323541 10-3 | ΦΙΛΜ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ | ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΔΙΠΛΟ | 4 | 6.000,00 | 9914 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|--|---|-----------|------|
| 9. | 331923 00-5 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗ | ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΩΡΛ | 1 | 6.000,00 | 9914 |
| 10. | 331921 00-3 | ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΚΛΙΝΑΙ | ΚΛΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ | 2 | 500,00 | 9914 |
| 11. | 331900 00-8 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ | ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ | 6 | 2.400,00 | 9914 |
| 12. | 331900 00-8 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ | ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΡΩΝ | 1 | 2.000,00 | 9914 |
| 13. | 331900 00-8 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ | ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ | 2 | 14.000,00 | 9914 |
| 14. | 331520 00-0 | ΚΛΙΒΑΝΟΣ | ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ FLASH | 1 | 7.000,00 | 9914 |
| 15. | 331921 30-2 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ | ΚΛΙΝΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ(ηλεκτρική με στρώμα νοσηλείας) | 2 | 5.000,00 | 9914 |
| 16. | 331416 20-2 | ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ | ΣΕΤ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ | 1 | 300,00 | 9914 |
| 17. | 317000 00-3 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ ΙΚΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚ Ο ΥΛΙΚΟ | ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1 | 2.000,00 | 9914 |
| 18. | 438120 00-8 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΙΟΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΠΗΣ ΓΑΖΑΣ | 1 | 600,00 | 9914 |
| 19. | 331416 20-2 | ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ | ΣΕΤ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ – ΡΙΝΟΣΚΟΠΙΟ – ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ | 1 | 2.000,00 | 9914 |
| 20. | 331923 00-5 | ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΚΛΙΝΕΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΑ | ΤΡΟΛΕΥ ΚΑΡΔΙΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ Σ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ(EM ERGENCY TROLLEY) | 2 | 6.000,00 | 9914 |

| | | | | | | |
|---|----------------|--|--|---|-----------|------|
| 21. | 331923 00-5 | ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΚΛΙΝΕΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΑ | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ | 2 | 4.000,00 | 9914 |
| 22. | 331416 20-2 | ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ | ΦΟΡΗΤΟ DOPPLER ΑΓΓΕΙΩΝ | 1 | 1.000,00 | 9914 |
| 23. | 331610 00-6 | ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥ ΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ | 1 | 10.000,00 | 9914 |
| 24. | 331922 30-3 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 1 | 25.000,00 | 9914 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 161.800,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23% | | | | | | |

2. Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία **τριάντα τεσσάρων (34) ημερών** από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης της στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση. Οι εν λόγω ημερομηνίες έχουν ως κάτωθι :

| | |
|--|-----------------------|
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΦΕΚ-ΤΕΥΧΟΣ Δ.Δ.Σ.) | 30-08-2013 |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ), | ΕΩΣ 30-08-2013 |

3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

| ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
|---|---|--------------|-------------------|
| Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου Λ.Αθηνών 53 Τ.Κ.201 00 Κόρινθος | 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 | ΤΡΙΤΗ | 14:30 μ.μ. |

Προσφορές που κατατίθενται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'.

4. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
|---|--------------------------|----------------|-------------------|
| Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου Λ.Αθηνών 53 Τ.Κ.201 00 Κόρινθος | 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 10.00 Π.Μ. |

5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

- τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
- ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
- ενώσεις/ κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

6- Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :

| | | |
|--|---------------|----------|
| 6.1 - «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ» | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ | σελ. 6 |
| 6.2 - «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ | σελ. 8 |
| 6.3 - «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ» | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ | σελ. 56 |
| 6.4 - «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ | σελ. 63 |
| 6.5 - «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ | σελ. 65 |
| 6.6 - «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ | σελ. 97 |
| 6.7 - «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ | σελ. 99 |
| 6.8 - «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ» | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ | σελ. 101 |
| 6.9 - «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄ | σελ. 110 |

7- Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες.

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του παρόντος, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του ΠΔ118/07.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα ή οι συμπληρωματικές πληροφορίες δεν είναι δυνατόν λόγω του όγκου τους, να αποσταλούν μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στα εδάφια β΄ και γ΄ ή όταν οι προσφορές δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο μετά από επιτόπια επίσκεψη ή μετά από επιτόπια εξέταση των σχετικών με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό εγγράφων, τότε οι προθεσμίες του εδαφίου α΄ παρατείνονται ανάλογα.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός των προθεσμιών του ανωτέρω χρονικού διαστήματος είναι εκπρόθεσμα και δεν εξετάζονται.

8- Τα έξοδα δημοσίευσης για τον Αθηναϊκό Τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή ενώ η δαπάνη της δημοσίευσης της διακήρυξης για τον επαρχιακό τύπο θα καταβληθεί από τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί Προμηθευτής με την διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών σύμφωνα με το αρθρ.4 του Ν.3548/2007(ΦΕΚ –ΤΕΥΧΟΣ Α –ΑΡ.68/20-03-2007) & το αρθρ.46 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ-ΤΕΥΧΟΣ Α΄- ΑΡ.163/04-09-2009)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΟΥΔΙΑΣ

Για την ακρίβεια
Η Πρ/νη Τμ. Γραμματείας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

6.1 - «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ»

| | |
|---|--|
| <p>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</p> | <p>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π) Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ (προμήθεια και εγκατάσταση όπου απαιτείται)</p> |
| <p>ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ</p> | <p>Ταξινόμηση κατά CPV (Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CPV 33195000-3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ MONITORS (ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ) ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ 2. CPV 38432100-3 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ-ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 3. CPV 33157400-9 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ 4. CPV 33194110-0 ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ-ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 5. CPV 33194110-0 ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ-ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ 6. CPV 33182100 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΔΙΒΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 7. CPV 43812000-8 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΙΟΝΙΣΜΑΤΟΣ-ΓΥΦΟΠΡΙΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑ 8. CPV 32354110-3 ΦΙΛΜ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ-ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΔΙΠΛΟ 9. CPV 33192300-5 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗ- ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΩΡΛ 10. CPV 33192100-3 ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΚΛΙΝΑΙ- ΚΛΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 11. CPV 33190000-8 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ 12. CPV 33190000-8 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΡΩΝ 13. CPV 33190000-8 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 14. CPV 33152000-0 ΚΛΙΒΑΝΟΣ-ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ FLASH 15. CPV 33192130-2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΚΛΙΝΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ(ηλεκτρική με στρώμα νοσηλείας) 16. CPV 33141620-2 ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ -ΣΕΤ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ |

| | |
|--|--|
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ | 17.CPV 31700000-3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 18. CPV 43812000-8 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΙΟΝΙΣΜΑΤΟΣ- ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΠΗΣ ΓΑΖΑΣ 19. CPV 33141620-2 ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ -ΣΕΤ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ – ΡΙΝΟΣΚΟΠΙΟ – ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ 20. CPV 33192300-5 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΚΛΙΝΕΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΑ -ΤΡΟΛΕΥ ΚΑΡΔΙΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ(EMERGENCY TROLLEY) 21. CPV 33192300-5 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΚΛΙΝΕΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΑ -ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 22. CPV 33141620-2 ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ- ΦΟΡΗΤΟ DOPPLER ΑΓΓΕΙΩΝ 23. CPV 33161000-6 ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ- ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 24. CPV 33192230-3 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ % | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 161.800,00€ ΣΥΜΠ.ΦΠΑ 23% ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΡΘΡΟ 3 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ): 445751 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑ : Ε0918 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ: 2013ΣΕ09180039 ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ ΣΑ: 1010500 ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 1083539 |
| ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ | |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ | ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53, Τ.Κ.201 00 ΕΛΛΑΔΑ. |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ % | <p>Η προμήθεια λόγω χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) , υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2% (υπέρ ψυχικής υγείας) επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων (άρθρο 3 Ν. 3580/07, άρθρο 24 Ν. 3846/10 και υπουργική απόφαση ΔΥ6α/οικ. 36932 / 17-3-09 (ΦΕΚ 545Β´)) • 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων |
| ΦΟΡΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 55 Ν. 2238/1994 | 4% επί της καθαρής αξίας των ειδών |

Για την ακρίβεια
Η Πρ/νη Τμ.Γραμματείας

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΟΥΔΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ



6. 2 - «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

Άρθρο 1°

| Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Β ' | |
|--|---|
| ΑΡΘΡΟ | ΤΙΤΛΟΣ |
| Άρθρο 1° | Αναθέτουσα Αρχή |
| Άρθρο 2° | Αντικείμενο του Διαγωνισμού |
| Άρθρο 3° | Προϋπολογισμός Προμήθειας |
| Άρθρο 4° | Ορισμοί |
| Άρθρο 5° | Νομικό Πλαίσιο Διαγωνισμού - Ισχύουσες Διατάξεις |
| Άρθρο 6° | Δημοσίευση της Διακήρυξης |
| Άρθρο 7° | Τρόπος - κόστος λήψης εγγράφων διαγωνισμού και πληροφοριών |
| Άρθρο 8° | Δικαίωμα συμμετοχής |
| Άρθρο 9° | Χρόνος - τόπος και τρόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού |
| Άρθρο 10° | Γλώσσα σύνταξης των προσφορών |
| Άρθρο 11° | Χρόνος ισχύος προσφορών |
| Άρθρο 12° | Στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής |
| Άρθρο 13° | Τρόπος σύνταξης των προσφορών |
| Άρθρο 14° | Περιεχόμενο Επιμέρους Φακέλων |
| Άρθρο 15° | Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού |
| Άρθρο 16° | Απόρριψη προσφορών |
| Άρθρο 17° | Δικαιολογητικά υποψηφίου Προμηθευτή - Αποτελέσματα διαγωνισμού και κοινοποίηση τους – Δικαίωμα Ματαίωσης / Επανάληψης του Διαγωνισμού |
| Άρθρο 18° | Κατακύρωση διαγωνισμού - Υπογραφή Σύμβασης – Προέγκριση Σύμβασης |
| Άρθρο 19° | Εγγυήσεις |
| Άρθρο 20° | Τιμές προσφορών |
| Άρθρο 21° | Εναλλακτικές προσφορές – Αντιπροσφορές |
| Άρθρο 22° | Προδικαστικές προσφυγές |
| Άρθρο 23° | Χρόνος και τόπος παράδοσης του εξοπλισμού |
| Άρθρο 24° | Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση |
| Άρθρο 25° | Παραλαβή του εξοπλισμού |
| Άρθρο 26° | Κήρυξη Προμηθευτή εκπτώτου |
| Άρθρο 27° | Προκαταβολές |
| Άρθρο 28° | Πληρωμές |
| Άρθρο 29° | Ανωτέρα βία |
| Άρθρο 30° | Επίδειξη Δείγματος |
| Άρθρο 31° | Έλεγχοι |
| Άρθρο 32° | Χρηματοδότηση |

Άρθρο 1°
Αναθέτουσα Αρχή

Αναθέτουσα Αρχή (Α. Α.) είναι το :
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (στο εξής ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Η Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής είναι :

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Τ.Κ.20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ , ΕΛΛΑΔΑ.

Τηλέφωνο : ++30 – 2741 3 61836, ++30 – 2741 3 61835,

Φαξ : ++30 – 27410-20529

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : apats@hospkorinthos.gr ekarioti@hospkorinthos.gr

Δικτυακός Τόπος (URL) : www.hospkorinthos.gr

Άρθρο 2°

Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Αντικείμενο του **Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού** αποτελεί η **προμήθεια** που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές (**Παράρτημα Ε΄**). Στο αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνεται επίσης και κάθε άλλο υλικό, εγκατάσταση όπου απαιτείται και υποχρέωση που περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της. .

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα είδος ή για περισσότερα από ένα ή για όλα τα είδη .

Η πρόταση για συγχρηματοδότηση από το **ΕΣΠΑ** της συγκεκριμένης προμήθειας υπεβλήθη σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 4222/04-08-2010 πρόσκλησης της ΕΔΑ του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων για υποβολή προτάσεων στον Άξονα προτεραιότητας 08 Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου/ Θεματική Προτεραιότητα 76, του Π.Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. Η προμήθεια του ως άνω εξοπλισμού έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» με βάση την με αρ. **πρωτ 2001/08-05-2013** απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου .

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προς **προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π)** του **Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ** αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ε΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές».

Άρθρο 3°

Προϋπολογισμός Προμήθειας

Η δαπάνη για την εν λόγω **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.)** του **Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ** έχει συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη το ποσό των **εκατόν εξήντα μια χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€ 161.800,00)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23 %.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης:

| A/A | CPV | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΑΣΗ ΤΟ CPV | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΚΑΕ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ |
|-----|------------|------------------------------------|--|----------|----------------|----------------|
| 1. | 33195000-3 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | MONITORS (ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ) ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ | 1 | 4.000,00 | 9914 |
| 2. | 38432100-3 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ | 1 | 20.000,00 | 9914 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|---|---|-----------|------|
| 3. | 33157400-9 | ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ | ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ | 2 | 24.000,00 | 9914 |
| 4. | 33194110-0 | ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ | ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ | 2 | 6.000,00 | 9914 |
| 5. | 33194110-0 | ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ | ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ | 2 | 4.000,00 | 9914 |
| 6. | 33182100 | ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ | ΔΙΒΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ | 2 | 8.000,00 | 9914 |
| 7. | 43812000-8 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΙΟΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΓΥΦΟΠΡΙΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑ | 1 | 2.000,00 | 9914 |
| 8. | 32354110-3 | ΦΙΛΜ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ | ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΔΙΠΛΟ | 4 | 6.000,00 | 9914 |
| 9. | 33192300-5 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗ | ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΩΡΛ | 1 | 6.000,00 | 9914 |
| 10. | 33192100-3 | ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΚΛΙΝΑΙ | ΚΛΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ | 2 | 500,00 | 9914 |
| 11. | 33190000-8 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ | ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ | 6 | 2.400,00 | 9914 |
| 12. | 33190000-8 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ | ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΡΩΝ | 1 | 2.000,00 | 9914 |
| 13. | 33190000-8 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ | ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ | 2 | 14.000,00 | 9914 |
| 14. | 33152000-0 | ΚΛΙΒΑΝΟΣ | ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ FLASH | 1 | 7.000,00 | 9914 |
| 15. | 33192130-2 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ | ΚΛΙΝΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ(ηλεκτρική με στρώμα νοσηλείας) | 2 | 5.000,00 | 9914 |

| | | | | | | |
|--|------------|---|--|---|-----------|------|
| 16. | 33141620-2 | ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ | ΣΕΤ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ | 1 | 300,00 | 9914 |
| 17. | 31700000-3 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ ΙΚΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚ Ο ΥΛΙΚΟ | ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1 | 2.000,00 | 9914 |
| 18. | 43812000-8 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΙΟΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΠΗΣ ΓΑΖΑΣ | 1 | 600,00 | 9914 |
| 19. | 33141620-2 | ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ | ΣΕΤ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ – ΡΙΝΟΣΚΟΠΙΟ – ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ | 1 | 2.000,00 | 9914 |
| 20. | 33192300-5 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΚΛΙΝΕΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΑ | ΤΡΟΛΕΥ ΚΑΡΔΙΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ Σ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (EMERGENCY TROLLEY) | 2 | 6.000,00 | 9914 |
| 21. | 33192300-5 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΚΛΙΝΕΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΑ | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ | 2 | 4.000,00 | 9914 |
| 22. | 33141620-2 | ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ | ΦΟΡΗΤΟ DOPPLER ΑΓΓΕΙΩΝ | 1 | 1.000,00 | 9914 |
| 23. | 33161000-6 | ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥ ΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ | 1 | 10.000,00 | 9914 |
| 24. | 33192230-3 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 1 | 25.000,00 | 9914 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 161.800,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23% | | | | | | |

Άρθρο 4° Ορισμοί

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια :

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) : Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, το οποίο προκηρύσσει τον Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό αυτό, στο οποίο θα κατατεθούν οι προσφορές και το οποίο θα υπογράψει με τον Προμηθευτή την σύμβαση για την εκτέλεση της προμήθειας.

Κύριος της προμήθειας : Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Φορέας της προμήθειας ή Φορέας : Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Όργανο Λήψης Αποφάσεων: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Το Όργανο Λήψης Αποφάσεων είναι ο αρμόδιος φορέας που αποφαιίνεται δικαιολογημένα (**αποφασιστικό όργανο**) έναντι τυχόν ενστάσεων που δυνατόν να ασκηθούν από κάθε ενδιαφερόμενο για παράνομη πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής ή επιβολή κυρώσεων στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού. Επιπλέον το Όργανο Λήψης Αποφάσεων εγκρίνει τα πρακτικά κάθε σταδίου του διαγωνισμού, την απόφαση κατακύρωσης αλλά και κάθε εισήγηση των γνωμοδοτικών οργάνων.

Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού (Υ.Δ.Δ.) : Το Γραφείο Προμηθειών του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Αρμόδιοι Υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών : Η κ. Πατσαρικά Άννα και η κ. Καρυώτη Ειρήνη, υπάλληλοι του Γραφείου Προμηθειών του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, οι οποίοι παρέχουν σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο επικοινωνίας : **2741361836** και **2741361835**, φαξ: **2741020529**,

e-mail : www.apats@hospkorinthos.gr και ekarioti@hospkorinthos.gr.

Προμήθεια : **ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.) ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ**

Είδος ή Σύστημα: Νοείται το ζητούμενο είδος που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και όλα τα λοιπά είδη και υλικά που απαιτούνται και πρέπει να προσκομίσει ο Προμηθευτής και εκείνα που αφορούν την προετοιμασία του χώρου τοποθέτησης για την εγκατάσταση όπου απαιτείται και πλήρη λειτουργία του είδους.

Διακήρυξη : Η απόφαση διακήρυξης με τα παραρτήματά της που εκδίδεται από την Α.Α. για τους ενδιαφερόμενους διαγωνιζόμενους προμηθευτές / συμμετέχοντες / προσφέροντες και περιέχει την περιγραφή του αντικείμενου, τους όρους και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την Αναθέτουσα Αρχή.

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ : Το αρμόδιο για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό **γνωμοδοτικό όργανο** της Α.Α., το οποίο συστήνεται και συγκροτείται κάθε φορά σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 26 του Ν. 4024/2011 και το αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.18/οικ. 21526/4.11.2011 έγγραφο του Υπ. Διοικ/κής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποτελείται από πέντε μέλη και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. Τα πρακτικά της Ε.Δ.Δ. ως γνωμοδοτικές ενέργειες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα και δεν κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους.

Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προδικαστικών Προσφυγών του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ : Το αρμόδιο συλλογικό **γνωμοδοτικό όργανο** της Αναθέτουσας Αρχής, για την εξέταση και γνωμοδότηση επί τυχόν ενστάσεων (διοικητικών προσφυγών) για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07., τα οποία είναι διαφορετικά από τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Πέραν των ανωτέρω η Επιτροπή γνωμοδοτεί και για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της που προκύπτει και κατά την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

Επιτροπή Παραλαβής (Ε.Π.) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ : Το αρμόδιο όργανο, το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης και ορισμού μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης και το οποίο έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών. Η Ε.Π. είναι τουλάχιστον τριμελής και συγκροτείται συνήθως με την ίδια απόφαση του Δ.Σ. με την οποία κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στον ανάδοχο.

Προσφέρων ή Συμμετέχων ή Διαγωνιζόμενος : Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.

Εκπρόσωπος (του διαγωνιζόμενου): Το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωση του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, e-mail κ.λ.π.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα.

Ανοικτός Διαγωνισμός ή Ανοικτή Διαδικασία : Η διαδικασία ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης προμήθειας στην οποία μπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος (ΠΔ118/07), ο οποίος πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.

Φάκελος Προσφοράς / Προσφορά : Το σύνολο των εγγράφων / στοιχείων που έχουν κατατεθεί από ένα Προσφέροντα ή Συμμετέχοντα ή Διαγωνιζόμενο, σύμφωνα με την Διακήρυξη, για την συμμετοχή του στη διαδικασία του Διαγωνισμού.

Δικαιούχος : Κατά το άρθρο 2 κεφ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ)1083/2006 της 11/7/2006 του Συμβουλίου, δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων

Προμηθευτής : Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Α.Α. για την υλοποίηση της προμήθειας, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και στοιχεία.

Απόφαση Κατακύρωσης : Η απόφαση της Α.Α. με την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του υποψήφιου προμηθευτή για την υλοποίηση της προμήθειας και η οποία κοινοποιείται σε αυτόν.

Σύμβαση : Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Α.Α. και του Προμηθευτή για την υλοποίηση της προμήθειας, η οποία υπογράφεται μετά την κοινοποίηση της Απόφασης Κατακύρωσης. Το κείμενο του σχεδίου της Σύμβασης περιέχεται στο Παράρτημα Η' της παρούσας διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Προϋπολογισμός της προμήθειας : Η εγκεκριμένη δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσσόμενης προμήθειας.

Συμβατικό Τμήμα ή Αξία της Σύμβασης : Η καθοριζόμενη από την οικονομική προσφορά του προμηθευτή τιμή (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια και η οποία αναφέρεται στην Σύμβαση.

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Α.Α. και του Προμηθευτή, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν την παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματα της, την προσφορά του Προμηθευτή, τα πρακτικά και την απόφαση κατακύρωσης.

Υπεύθυνη Δήλωση : Εννοείται δήλωση κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντος, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του. Οι ζητούμενες από την Διακήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες και θα συνοδεύονται με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου ζητείται ή αναφέρεται «έγγραφη δήλωση», «ρητή δέσμευση» κλπ., εννοείται σχετική αναφορά ή απάντηση στο κείμενο της προσφοράς υποψηφίου.

Στο κείμενο της διακήρυξης οι παρακάτω συντομογραφίες ερμηνεύονται ως εξής :

ΥΠΑΑΝ Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σύμφωνα με το ΠΔ65/2011 (ΦΕΚ 147Α/27-6-2011) : «Συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».

ΥΥ Υπουργείο Υγείας

ΠΕΠ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, έγγραφο το οποίο αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για την κατάρτιση του προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) για την χρηματοδοτική περίοδο 2007-13.

Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση

Ε.Κ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο / Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Κ.Ε.Π.Π.Α. Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, ο ένας (δευτερος) από τους τρεις πυλώνες στους οποίους βασίζεται το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος καθιερώθηκε με την Συνθήκη του Μάαστριχτ (1-11-1993) οπότε και τέθηκε σε ισχύ η ΣΕΕ (Συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση). Με τον τίτλο V της ΣΕΕ, τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καθορίζουν και να εφαρμόζουν μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας.

ΔΕΥ Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις, ο τρίτος πυλώνας της Ε.Ε. ο οποίος όμως έχει αποδυναμωθεί μετά την Συνθήκη του Άμστερνταμ και στον οποίο η διακυβερνητική συνεργασία περιορίζεται πλέον στην αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις (άρθρο 34 ΣΕΕ).

Ε.Ο.Χ. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος. Συνθήκη με την Ε.Κ. που τέθηκε σε ισχύ την 1^η Ιανουαρίου 1994, από τα εναπομείναντα κράτη της ΕΖΕΣ, έχει δηλ. μέλη την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Νορβηγία και κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή. με τον Νόμο 2155/93 (ΦΕΚ 104 Α/ 18-6-1993)

Ε.Ε.Ε.Ε. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, διακηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Τα ψηφίσματα και οι γνώμες

| | |
|------------------|---|
| | δημοσιεύονται στην σειρά C (ανακοινώσεις και πληροφορίες) ενώ οι υποχρεωτικές πράξεις και οι συστάσεις δημοσιεύονται στην σειρά L (νομοθεσία). |
| CPV | Common Procurement Vocabulary (Κοινό Λεξιλόγιο Προμηθειών). Ενιαίο σύστημα ταξινόμησης των δημοσίων συμβάσεων ή κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις που θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 ^{ης} Νοεμβρίου 2002 και αναθεωρήθηκε/εξορθολογήστηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής της 28 ^{ης} Νοεμβρίου 2007. |
| Ε.Δ.Α. | Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Π.Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013 Πελοποννήσου. |
| ΕΠΥ | Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, αυτοτελής δημόσια υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της οποίας οι αρμοδιότητες περιγράφονται στον Ν.3580/07 (134Α') και ιδίως στο άρθρο 3 αυτού. |
| ΠΔΕ | Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων |
| ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ | Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου / Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. |
| ΤΔΠΠ | Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης |
| ΕΒΕ | Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο |
| ΕΟΜΜΕΧ | Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας. Από το 1997 (ΠΔ 159/96, που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή του Ν. 2414/96) έως σήμερα, ο ΕΟΜΜΕΧ λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρία κοινωφελούς χαρακτήρα, με μοναδικό μέτοχο το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, |
| Ν.Δ. | Νομοθετικό Διάταγμα |
| κ.ν. | κανονιστικός νόμος |
| Π.Δ. | Προεδρικό Διάταγμα |
| Ν. | Νόμος |
| Κ.Π.Δ. | Κώδικας Ποινικής Δικονομίας |
| Α.Α. | Αναθέτουσα Αρχή |
| Τ.Υ. | Τεχνική Υπηρεσία |
| Π/Υ ή π/υ | Προϋπολογισμός |
| Υπ. Εξ. | Υπουργείο Εξωτερικών |
| Ο.Ε. | Ομόρρυθμη Εταιρεία |
| Ε.Ε. | Ετερόρρυθμη Εταιρεία |
| Ε.Π.Ε. | Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης |
| Α.Ε. | Ανώνυμος Εταιρεία |
| Δ.Σ. | Διοικητικό Συμβούλιο |
| ΒΙΤ | Βιοιατρική Τεχνολογία |
| ΑΗΗΕ | Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός είδος που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 3 του ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ Α82/5-3-2004) |
| ΕΕΑΕ | Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ο αρμόδιος εθνικός φορέας για θέματα ακτινοπροστασίας και πυρηνικής ασφάλειας στη χώρα. Δημόσια υπηρεσία που ιδρύθηκε το 1954 με τον Νόμο υπ' αριθ. 2750, ΦΕΚ 33/Α/26 Φεβρουαρίου 1954 «Περί ίδρύσεως ΕΕΑΕ» και σήμερα εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, |
| ΟΔΔΥ | Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε. Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που ιδρύθηκε με τον Ν.251/76 με κύριο σκοπό την διακίνηση, διαχείριση και εκποίηση των πάσης φύσεως πλεοναζόντων, και μη αναγκαιούντων ή πεπαλαιωμένων κινητών πραγμάτων και υλικών ανηκόντων εις την κυριότητα του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΔΕΚΟ, και το οποίο μετατράπηκε σε ΑΕ με το ΠΔ 413/98, εποπτεύεται δε από το Υπουργείο Οικονομικών. |
| ΕΛ.ΣΤΑΤ. | Ελληνική Στατιστική Αρχή, ανεξάρτητη αρχή, η οποία συνεστήθη με το άρθρο 9 του Ν.3832/10 (ΦΕΚ 38Α/9-3-2010), και αποτελεί την εθνική στατιστική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 (L 87/164), (πρώην Ε.Σ.Υ.Ε., Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος) |
| ΣΔΣ | Διεθνής Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων, συμφωνία που συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) που συστήθηκε το 1995 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης που ολοκληρώθηκαν στις 15 Δεκεμβρίου |

1993 και αντικατέστησε την Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορείου του 1947 (GATT – General Agreement of Taxes and Trade) και η οποία κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή με τον Νόμο 2513/1997 (Α' 139).

Άρθρο 5°

Νομικό Πλαίσιο Διαγωνισμού - Ισχύουσες Διατάξεις

Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τα κάτωθι :

A. Τις διατάξεις όπως ισχύουν :

1. Της παρούσας διακήρυξης
2. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31/3/2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής, την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου, τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08 της Επιτροπής, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ 842/2011 της Επιτροπής και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1251/11 της Επιτροπής (ΣΣ ΝΕΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ, ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1-1-2012) και ισχύει.
3. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999
4. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
5. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999
6. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
7. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
8. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267Α/3-12-07) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», (και ιδίως του άρθρου 25), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53Α) και ισχύει.
9. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
10. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Του Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ 139Α/27-6-1997) «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών»
12. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
13. Του Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290Α/28-12-1998) «Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», άρθρο 14 (Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα).
14. Του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204Α/19-7-1974) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
15. Του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α/16-9-1994) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος», άρθρο 55 (Παρακράτηση φόρου εμπορικών επιχειρήσεων)
16. Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α/1-2-1995) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
17. Του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256Α/2-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις» κατά τα σημεία που δεν αντίκεινται προς τον Ν.3580/2007.
18. Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» κατά τα σημεία που δεν αντίκεινται προς τον Ν.3580/2007.

19. Του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25Α/9-2-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» κατά τα σημεία που δεν αντίκεινται προς τον Ν.3580/2007.
20. Του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297Α/4-12-2005) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ 90 Α/17-6-2010)
21. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ'150Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» στα σημεία εκείνα που δεν αντίκειται προς το ΠΔ 60/2007 και συμπληρωματικά προς αυτό.
22. Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134Α/18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α), 3867/2010 (ΦΕΚ 128Α) και 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α) και ισχύει.
23. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α/20-3-07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδίως με τον Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163Α, άρθρο 46 και τον Ν.3752/2009, ΦΕΚ 40Α/4-3-200, ΚΕΦ. Γ, άρθρο 8).
24. Του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131Α/28-6-2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», άρθρο 9 (Σύνταξη, περιεχόμενο και αποστολή κειμένων προς δημοσίευση).
25. Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17-8-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»
26. Του ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194Α/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
27. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/2-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», άρθρα 13-16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
28. Του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101Α/31-7-1990) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 181 του Ν. 3588/2007 (ΦΕΚ 153Α/10-7-2007) «Πτωχευτικός Κώδικας»
29. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
30. Του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», άρθρο 26 : «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης»
31. Του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41Α/01-03-2012): « Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας»
32. Του Ν.3868/2010 (129 Α/03-08-2010): «Συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».
33. Του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α/22-03-1994): « Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις».
34. Του Ν.3867/2010 (ΦΕΚ 128 Α/03-08-2010): « Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3918/2011
35. Τον Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α/02-03-2011) : «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

Β. Τις αποφάσεις :

1. Την απόφαση 16820/2-9-10 του Υφυπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 1515Β/7-9-2010) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 23779 (ΦΕΚ 1996 Β/24-12-2010) και 1500 (ΦΕΚ134 Β /9-2-2011) και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου «Περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΕΕΛ 169/21-07-1993), όπως τροποποιημένη ισχύει, προς τις διατάξεις της οποίας εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία με την υπ.αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-09-2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β' 2198/02-10-2009)
3. Την αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./ 1348/07-01-2004 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών Προϊόντων» (ΦΕΚ32/Β/16-01-2004)

4. Την ΚΥΑ Αριθμ. Κ1–802 Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών – Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
5. Την με αρ. πρωτ.20364/ΕΥΣ3416/12-5-2010. απόφαση του ΥΠΟΙΟ, με την οποία εκχωρούνται στην Ειδική Υπηρεσία «Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου » αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας –Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων 2007-2013».
6. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε(2007) 5441/05-11-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας –Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων 2007-2013».
7. Την με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 1957Β/9-9-2009), 28020/ΕΥΘΥ 1212 (ΦΕΚ 1088Β/19-7-2010) και 5058/ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ292Β/13-02-2013 και ισχύει.
8. Την Απόφαση με αρ πρωτ. 5996/16-03-2011 της ΕΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου για επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας τύπου Β του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.
9. Την αρ.πρωτ.4222/04-08-2010 ανοιχτή πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι» για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας '08-Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου- Κωδικός Προτεραιότητας 76 – Υποδομές στον Τομέα Υγείας'
10. Το αρ.πρωτ.2558/17-03-2011 έγγραφο της Ε.Π.Υ. με θέμα «Οδηγίες υποβολής αιτημάτων στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) ,που αφορούν στην προμήθεια εξοπλισμού με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ»
11. Την υπ. αριθμ. Υ4β/Γ.Π.7602/12-05-2011 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έγκριση προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013»
12. Την υπ. αριθμ. Υ4β/Γ.Π. 88717/Φ8γ2-89/19-10-2012 Υπουργική Απόφαση ορισμού δικαιούχου και φορέα διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου
13. Την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ κατά την 1^η Συνεδρίασή του της 15/02/2012, θέμα 38^ο, σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.)
14. Την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ κατά την 3^η Συνεδρίασή του της 28/03/2013, θέμα ΕΗΔ 2^ο σχετικά με την έγκριση ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ και ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Γ.Ν. Κορίνθου προκειμένου να υποβληθούν για τελική έγκριση στην ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ του ΠΕΠ Πελοποννήσου και ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013
15. Την με αρ. πρωτ. 2001/08-05-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με θέμα : Ένταξη της Πράξης « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ».
16. Το με αρ. πρωτ. 3538/08-08-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα : «Προέγκριση δημοπράτησης του υποέργου : **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.) Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ** ».

Αν κάποιος από τους όρους της διακήρυξης έρχεται σε αντίφαση με τα παραπάνω και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα εντοπιστεί από ένσταση διαγωνιζομένου σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος παραρτήματος, τότε, όπως εξ' άλλου και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, κατισχύουν τα ως άνω αναφερόμενα Α.1 έως και Β.16, σύμφωνα με την τροποποίηση που φέρει η αλλαγή στη νομοθεσία.

Αρμόδια για επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προκύπτουν σε οποιαδήποτε φάση της παρούσας προμήθειας είναι τα αρμόδια δικαστήρια Κορίνθου

Γ. Τις εγκυκλίους :

α.- Την Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου αρ. Π1/273 της 07/02/2011 για την εφαρμογή του Ν. 3886/2010.

β.- Τις εγκυκλίους με αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-11, ΔΙΣΚΠο/Φ.18/οικ.21508/2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21700/19-09-2012 του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / Γεν Δ/σης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών / Δ/σης Σχέσεων Κράτους – Πολίτη / Τμήμα Προστασίας Πολιτών με θέμα : «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».

Άρθρο 6°

Δημοσίευση της Διακήρυξης

1. Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) ΣΤΙΣ **30-08-2013**
2. Στον Ελληνικό τύπο δημοσιεύτηκε :
 - Σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες **έως 30-08-2013**
 - Σε μια τοπική εφημερίδα **έως 30-08-2013**
 - Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού στάλθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών – Πειραιώς-Πατρών -Θεσσαλονίκης και τον ΕΟΜΜΕΧ για ενημέρωση.
4. Η διακήρυξη καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση (URL) : [HTTP://WWW.HOSPKORINTHOS.GR](http://www.hospkorinthos.gr) ► ► , **στις 04-09-2013**
5. Τέλος η περίληψη της διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α'), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (Πρόγραμμα Διαύγεια) στις **30-08-2013**, όπου και έλαβε αριθμό **ΑΔΑ: ΒΛΩ84690Β5-ΗΛΔ** και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων:**13PROC001598393 2013-08-30**
6. Τα έξοδα δημοσίευσης για τον Αθηναϊκό Τύπο βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή ενώ η δαπάνη της δημοσίευσης της διακήρυξης για τον επαρχιακό τύπο θα καταβληθεί από τον προσφέροντα που θα ανακηρυχθεί Προμηθευτής με την διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών σύμφωνα με το αρθρ.4 του Ν.3548/2007(ΦΕΚ –ΤΕΥΧΟΣ Α –ΑΡ.68/20-03-2007) & το αρθρ.46 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ-ΤΕΥΧΟΣ Α'- ΑΡ.163/04-09-2009)

Άρθρο 7°

Τρόπος - κόστος λήψης εγγράφων διαγωνισμού και πληροφοριών

7.1 Το τεύχος της προκήρυξης του διαγωνισμού παρέχεται μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο (URL) : <http://www.hospkorinthos.gr> .

Η Αναθέτουσα Αρχή αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες (Web site).

7.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να παραλαμβάνουν το τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή έναντι αντιτίμου δέκα (10) ευρώ, από το Γραφείο Προμηθειών του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στην ταχυδρομική δ/ση Γενικό Νοσοκομείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Λ. Αθηνών 53, ΤΚ 20 100 ,Γραφείο Προμηθειών,. τηλ. 2741361836 και 27413-61835, φαξ: 2741020529, είτε δια του νομίμου εκπροσώπου, είτε δια του νομίμως εξουσιοδοτημένου προς τούτο προσώπου είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) η οποία θα προσκομίσει την σχετική εξουσιοδότηση. τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Η Α.Α. θα διατηρεί **ειδικό έντυπο** στο οποίο όσοι παραλαμβάνουν την διακήρυξη υποχρεούνται να καταγράφουν τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και να υπογράφουν, θα αναγράφεται δε ακόμα και η ημέρα παραλαβής της διακήρυξης, σε περίπτωση που χρειαστεί να αποστείλει σε αυτούς τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις. Στο ίδιο έντυπο θα αναγράφονται και όσοι ζητούν με σχετική έγγραφη αίτηση τα τεύχη του διαγωνισμού (επόμενο άρθρο 7.3) όπου καταγράφεται και η ημερομηνία αποστολής των τευχών σε αυτούς.

Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες.

7.3 Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), η Α.Α. δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.

Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα, τους πίνακες περιεχομένων και τον

συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Α.Α. και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7.4 Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων ή συμπληρωματικών πληροφοριών θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης.

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του παρόντος, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του ΠΔ118/07.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα ή οι συμπληρωματικές πληροφορίες δεν είναι δυνατόν λόγω του όγκου τους, να αποσταλούν μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στα εδάφια β' και γ' ή όταν οι προσφορές δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο μετά από επιτόπια επίσκεψη ή μετά από επιτόπια εξέταση των σχετικών με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό εγγράφων, τότε οι προθεσμίες του εδαφίου α' παρατείνονται ανάλογα. Οι τυχόν αιτηθείσες διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες θα καταχωρούνται και στον δικτυακό τόπο της παρ. 7.1 του παρόντος άρθρου μέχρι την ως άνω προθεσμία.

7.5 Κανένας διαγωνιζόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Α.Α.

Άρθρο 8^ο

Δικαίωμα Συμμετοχής

8.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (οικονομικοί φορείς) που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα στην διεθνή ΣΔΣ (άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε άλλες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών αυτών και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό τους. Ως νομικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του εμπορικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί και τα άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά την νομοθεσία των κρατών της παραγράφου αυτής και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό τους.

8.2 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν και οι ενώσεις / κοινοπραξίες των ως άνω αναφερόμενων προσώπων, οι οποίες υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

- Οι ενώσεις / κοινοπραξίες συγκροτούνται με συγκεκριμένες αποφάσεις των διοικήσεων όλων των μελών τους (εταίρων της ένωσης), με τις οποίες προσδιορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους και οι σχέσεις των μελών τους. Μεταξύ άλλων, ορίζεται και το μέλος που θα είναι ο Συντονιστής / επικεφαλής της ένωσης / κοινοπραξίας αλλά και το ποσοστό συμμετοχής στην ένωση / κοινοπραξία.
- Οι διαγωνιζόμενες ενώσεις / κοινοπραξίες υποβάλλουν προσφορά εκπροσωπούμενες από Νόμιμο Εκπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί να πράξει τούτο, από τα αντίστοιχα αρμόδια διοικητικά όργανα των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε αυτές. Η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση / κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
- Ορισμό υπεύθυνου επικοινωνίας προς τον οποίον θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από την Α.Α. προς τον προσφέροντα στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της εκπροσώπησης και δήλωση του προσφέροντα ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για την εν λόγω διαδικασία.
- Όλα τα πρόσωπα της ένωσης / κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες κατ' εφαρμογή της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε.

- Οι ενώσεις / κοινοπραξίες προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση Προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ' όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση / κοινοπραξία να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή και η ένωση / κοινοπραξία, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.
- Προσκόμιση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση / κοινοπραξία.
- Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.
- Σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή εξ αιτίας ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης / κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή προσφοράς. Εάν η παραπάνω αδυναμία, συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας, προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, με το ίδιο συμβατικό τίμημα και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση του Αρμοδίου για τη λήψη απόφασης οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
- Κανείς Υποψήφιος, ή κανείς Συμμετέχων σε ένωση Υποψηφίων, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια Προσφορές για ένα είδος . Όλες οι Προσφορές στις οποίες συμμετέχει (είτε αυτοτελώς ως Υποψήφιος είτε ως μέλος μιας Υποψήφιας ένωσης προσώπων) ο ίδιος Συμμετέχων (π.χ. ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή μια Κοινοπραξία ή ένωση προσώπων) για ένα είδος , αποκλείονται από το Διαγωνισμό.
Σε περιπτώσεις εταιριών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, οι θυγατρικές τους δεν δικαιούνται να συμμετέχουν σε άλλη προσφορά για ένα είδος , πέραν αυτής στην οποία συμμετέχει η μητρική εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλα τα διαγωνιζόμενα σχήματα, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχουν είτε η μητρική είτε η θυγατρική εταιρία. Επίσης δεν δικαιούνται να συμμετέχουν σε παραπάνω από ένα σχήματα θυγατρικές της ίδιας εταιρείας.

Άρθρο9°

Χρόνος - τόπος και τρόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού

9.1 Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους εγγράφως, είτε καταθέτοντας την οι ίδιοι με την επίδειξη της ταυτότητας τους, ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους προσκομίζοντας στην περίπτωση αυτή μαζί με την προσφορά και βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής του άρθρου 1 του παρόντος παραρτήματος και μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την **01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και **ώρα 14:30μ.μ.** Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, **με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Α.Α. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών για το συγκεκριμένο Διαγωνισμό, όπως αυτές ορίζονται στο παρόν άρθρο.** Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Α.Α. έγκαιρα.

Η Α.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

9.2 Όλες οι προσφορές που περιέρχονται **εμπρόθεσμα** στην Α.Α. με οποιαδήποτε από τους ως άνω τρόπους, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται στην Υ.Δ.Δ. για να παραδοθούν στην Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, προκειμένου να αποσφραγιστούν την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά αποστέλλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου αυτού και του άρθρου 13 του παρόντος παραρτήματος, δεν λαμβάνονται υπ' όψη. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.

9.3 Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με την ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης την **χαμηλότερη τιμή.**

9.4 Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία **τριάντα τεσσάρων (34) ημερών** από την **ημερομηνία δημοσίευσης** περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και στον Ελληνικό Τύπο.

Ο διαγωνισμός κατά συνέπεια θα διενεργηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου- **Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού** είναι η Αίθουσα Διαλέξεων του νοσοκομείου, Λ.Αθηνών 53 ΤΚ 20100 Κόρινθος.

9.5 Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στον ίδιο τόπο με αυτόν της διεξαγωγής του διαγωνισμού, σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί με σχετική πρόσκληση του Νοσοκομείου.

9.6 Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας ή μέρος αυτής

Άρθρο 10°

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών

10.1 Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Τα έγγραφα της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών και δημόσια έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, εφόσον είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας αυτής είτε με την επίθεση της σφραγίδας "Apostile" σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Τα πρωτότυπα αυτά θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Κατ' εξαίρεση, τα εργοστασιακά τεχνικά εγχειρίδια μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντας την μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της προσφοράς.

10.2 Οι τυχόν δαπάνες για μεταφράσεις από και προς την Ελληνική γλώσσα οποιουδήποτε κειμένου συμμετέχοντος ή/και Προμηθευτή ή άλλου που θα χρησιμοποιήσει συμμετέχων ή/και Προμηθευτής στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, καθώς και οι δαπάνες διερμηνείας από και προς την Ελληνική γλώσσα που απαιτούνται για την επικοινωνία συμμετέχοντος ή/και Προμηθευτή και των στελεχών του/τους με την Υπηρεσία, θα βαρύνουν τον συμμετέχοντα ..

Άρθρο 11°

Χρόνος ισχύος προσφορών

11.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους **επί ποινή αποκλεισμού** χωρίς καμιά αλλαγή, για χρονικό διάστημα **διακοσίων σαράντα (240) ημερών** από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω οριζόμενου, **απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

11.2 Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα.

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ΠΔ 118/07. Στο έγγραφο αίτημα της Α.Α. προς τους προσφέροντες για παράταση ισχύος των προσφορών τους, πριν τη λήξη αυτής, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτούς, σύμφωνα με τον Ν. 2672/98 (Α' 290) και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυήσεις Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Για τους διαγωνιζόμενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός αν η Α.Α. κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον προμηθευτή μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

11.3 Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να αποσυρθεί την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο συμμετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
- κατάρπωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

11.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του ΠΔ 118/07.

Άρθρο 12°

Στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, **επί ποινή αποκλεισμού**, στον επί μέρους φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», τα κάτωθι δικαιολογητικά με την ίδια σειρά και αρίθμηση στην Ελληνική γλώσσα :

12.1 Πίνακα Ελέγχου Περιεχομένου.

Στην αρχή του επί μέρους φακέλου Δικαιολογητικών πρέπει να υπάρχει αναλυτικός πίνακας ελέγχου περιεχομένων (check list).

12.2 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Οι Προσφέροντες οφείλουν, **με ποινή αποκλεισμού**, μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν ξεχωριστή Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής για **κάθε είδος** του διαγωνισμού για το οποίο υποβάλλουν προσφορά. Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δαπάνης με Φ.Π.Α. **ανά είδος** της προμήθειας. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, η διάρκεια της, τα ιδρύματα έκδοσης και ο τρόπος σύνταξης της, αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 19 της παρούσας διακήρυξης.

12.3 Λοιπά στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής

Επιπλέον της εγγύησης συμμετοχής, οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν, **επί ποινή αποκλεισμού**, και τα παρακάτω δικαιολογητικά ή δηλώσεις :

1) Υπεύθυνη δήλωση, της παραγράφου 4 του αρ. 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και στην οποία να δηλώνεται ότι, **μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους :**

α) Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ήτοι για :

i) **συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση**, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

ii) **δωροδοκία**, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

iii) **απάτη**, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),

iv) **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες**, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α' 305),

β) Δεν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της **υπεξαίρεσης**, της **εκβίασης**, της **πλαστογραφίας**, της **ψευδορκίας** και της **δόλιας χρεοκοπίας** (εδάφιο γ άρθρου 43§2 του Π.Δ.60/07).

γ) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης κατά το στάδιο της κατακύρωσης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του παρόντος παραρτήματος

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση Νο 1 άνω περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα των εδαφίων 1α και 1β του παρόντος άρθρου υποβάλλουν :

• οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.

•• ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

••• σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.

- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση Νο 1 των εδαφίων 1α και 1β υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.

- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση των εδαφίων 1α και 1β του παρόντος αφορά κάθε μέλος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.

2) Υπεύθυνη δήλωση, της παραγράφου 4 του αρ. 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και στην οποία να δηλώνεται ότι, **μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους :**

α) Δεν τελούν σε πτώχευση & επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέπονται από τις διατάξεις της χώρας τους.

β) Δεν τελούν υπό εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει (για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα), ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος (για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα), ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

γ) Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέπονται από τις διατάξεις της χώρας τους.

δ) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή την νομοθεσία της χώρας τους.

ε) Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται σε εφαρμογή του Π.Δ.60/2007 ή των διατάξεων του παρόντος διαγωνισμού ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές (εδάφιο ζ άρθρου 43§2 του Π.Δ. 60/2007).

στ) Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς του δημοσίου με βάση αμετάκλητη απόφαση. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς μόνο για το χρονικό τούτο διάστημα.

η) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Α.Α. (εδάφιο δ άρθρου 43§2 του Π.Δ.60/07).

θ) Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς).

ι) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης κατά το στάδιο της κατακύρωσης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του παρόντος παραρτήματος

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση No 2 άνω, υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του

- Η ημερομηνία υπογραφής των ως άνω δηλώσεων No 1 και No 2 πρέπει - **με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς ως απαράδεκτης** - να συμπίπτει με την ημερομηνία θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής και με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (σε περίπτωση αποστολής της προσφοράς, ως ημερομηνία υποβολής της για την ικανοποίηση του παρόντος όρου, θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης της συστημένης επιστολής-προσφοράς στην ταχυδρομική υπηρεσία ή παράδοσης της στην ιδιωτική εταιρεία μεταφορών-courier) και με την απαραίτητη προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού (αρ.11 παρ. 4 του Π.Δ. 118/07).

3) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, απόφαση αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου για την έγκριση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

4) Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και **παραστατικό εκπροσώπησης**, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

5) **Έγγραφο Δήλωση** σχετικά με την χώρα προέλευσης των τελικών προϊόντων που προσφέρουν.

6) **Υπεύθυνη δήλωση** ότι το είδος που προσφέρουν αποτελεί το πλέον σύγχρονο μοντέλο παραγωγής τους τύπου.....

7) **Τα νομιμοποιητικά και λοιπά έγγραφα** κάθε συμμετέχοντος. Έτσι :

Τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα:

• *Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει:*

✓ Βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης/Τμήμα Εμπορείου και Τουρισμού της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της εταιρείας (για εταιρείες που έχουν ιδρυθεί μετά τις 4/4/2011, η βεβαίωση αυτή πρέπει να προσκομίζεται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου), στην

οποία να αναφέρεται τότε τροποποιήθηκε για τελευταία φορά το καταστατικό της εταιρείας και ένα αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού σύμφωνα με την ανωτέρω τροποποίηση υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή νόμιμο αναπληρωτή του.

- ✓ Βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης/Τμήμα Εμπορείου και Τουρισμού της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της εταιρείας (για εταιρείες που έχουν ιδρυθεί μετά τις 4/4/2011, η βεβαίωση αυτή πρέπει να προσκομίζεται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου), στην οποία η ως άνω υπηρεσία βεβαιώνει ότι το τελευταίο ΔΣ που έχει υποβληθεί σε αυτήν είναι αυτό που δημοσιεύεται στο συγκεκριμένο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.) και στην οποία βεβαίωση αναφέρεται ο αριθμός του ΦΕΚ και ένα αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
- ✓ Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου (προκειμένου για Ε.Π.Ε.) περί τροποποιήσεων του καταστατικού (πιστοποιητικό μεταβολών).

- Προκειμένου για εταιρείες (Ε.Π.Ε.) που έχουν ιδρυθεί μετά τις 4/4/2011, τα ως άνω έγγραφα της περιφερειακής ενότητας πρέπει πλέον να προσκομίζονται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου.

- *Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε. πρέπει να προσκομίζει:*

- ✓ Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού
- ✓ Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού (πιστοποιητικό μεταβολών).

- Προκειμένου για εταιρείες που έχουν ιδρυθεί μετά τις 4/4/2011, τα ως άνω έγγραφα της περιφερειακής ενότητας πρέπει πλέον να προσκομίζονται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου.

- Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

- *Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν*

- ✓ Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του

8) Το προφίλ της επιχείρησης του διαγωνιζόμενου ,ήτοι την επιχειρηματική δομή /οργανόγραμμα του διαγωνιζόμενου , τους τομείς δραστηριότητας και τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες

9) Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς.

10) Απόδειξη της οικονομικής επάρκειας.

Οι προσφέροντες θα πρέπει να αποδείξουν την οικονομική τους επάρκεια **καταθέτοντας :**

Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση ισολογισμών απαιτείται από την νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο διαγωνιζόμενος, των τριών τελευταίων προ του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ή – σε περίπτωση που δεν τηρεί ισολογισμούς – **δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών** του διαγωνιζόμενου για τις εν λόγω τρεις οικονομικές χρήσεις.

Ο διαγωνιζόμενος θα καταθέσει τα ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.) με τους εγκεκριμένους και νομίμως δημοσιευμένους ισολογισμούς του, ενώ για όποιες οικονομικές χρήσεις δεν έχουν δημοσιευτεί ισολογισμοί σε ΦΕΚ, είναι αποδεκτά αντίγραφα οικονομικών εφημερίδων όπου έχουν δημοσιευτεί οι ισολογισμοί αυτοί. Ειδικά για την προηγούμενη του έτους του διαγωνισμού οικονομική χρήση για την οποία δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα ισολογισμός, ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών του έτους αυτού, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα μικρότερο της ως άνω καθοριζόμενης τριετίας, υποβάλλει τους ισολογισμούς που έχει συντάξει και δημοσιεύσει κατά το διάστημα αυτό ή δήλωση για το διάστημα αυτό.

11) Απόδειξη των τεχνικών ή/και επαγγελματικών ικανοτήτων

Ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει **την τεχνική ή/και επαγγελματική του ικανότητα** στην εκτέλεση παρόμοιων προμηθειών :

Α) με την υποβολή καταλόγου στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών (3) τελευταίων χρόνων σχετικών ειδών- μηχανημάτων με το ζητούμενο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, με μνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή (πχ δημόσιο νοσοκομείο), με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας (πχ ιδιωτική κλινική ή ιατρικό κέντρο), με τα αντίστοιχα παραστατικά.

Β) Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτει το ζητούμενο από την διακήρυξη προϊόν για χρονικό διάστημα μικρότερο της ως άνω καθοριζόμενης τριετίας, υποβάλλει τον κατάλογο παραδόσεων που έχει πραγματοποιήσει κατά το διάστημα αυτό.
Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την μορφή του ακόλουθου υποδείγματος :

Υπόδειγμα Καταλόγου Παραδόσεων

| α/α | ΠΕΛΑΤΗΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ) | ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ |
|-----|---|--|---|-------------------------|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| ΚΟΚ | | | | | |

- Ειδικά η στήλη «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών : πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής / πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής / υπεύθυνη δήλωση πελάτη-ιδιώτη ή υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου Προμηθευτή ή προμηθευτή.
- Τέλος στην στήλη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» αναφέρεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται από έγκριτο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της προμηθευτικής εταιρείας.

12) Εκτός των παραπάνω οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν επίσης :

12.1.Οι Έλληνες φυσικά ή νομικά πρόσωπα :

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (θα αναφέρεται ρητά η επωνυμία του συγκεκριμένου Επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους προκειμένου για φυσικά πρόσωπα), με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το αντικείμενο δραστηριότητας ή το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους.

12.2.Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα :

Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του Οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ή καταλόγους ομοίως της χώρας τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτά και το αντικείμενο δραστηριότητας ή το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους.

12.3. Ενώσεις / Κοινοπραξίες

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες διαγωνιζόμενων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

12.4. Πιστοποιητικά αλλοδαπών

Εάν σε κάποια χώρα **βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της** ότι δεν εκδίδονται κάποια από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ή δεν τηρούνται στην αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τα αντίστοιχα βιβλία για την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού ή, σε περίπτωση που στην χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος, που γίνονται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του διαγωνιζόμενου. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση **η οποία επισυνάπτεται** στην αντίστοιχη βεβαίωση οποιασδήποτε αρχής αλλοδαπής χώρας του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ο διαγωνιζόμενος θα αναφέρει αναλυτικά τα πιστοποιητικά τα οποία δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στη χώρα του και θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα καλύπτει επίσης την περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για την πηγή, την πληρότητα και τη σαφήνεια των επιμέρους δικαιολογητικών. Όπου απαιτείται

Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου, για τους δε αλλοδαπούς κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Άρθρο 13°

Τρόπος σύνταξης των προσφορών

13.1 Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει **ποινή αποκλεισμού**.

13.2 Οι προσφορές θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. Επιπλέον για την εύκολη σύγκριση και αξιολόγηση των προσφορών, πρέπει να τηρηθεί η σύνταξη και η σειρά με την οποία ζητούνται τα διάφορα έγγραφα / πιστοποιητικά / δηλώσεις κ.λ.π. της διακήρυξης.

13.3 Με την ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο καλά σφραγισμένο **κυρίως φάκελο** ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις της επόμενης παραγράφου 13.4 του παρόντος άρθρου. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές **και απορρίπτονται**.

13.4 Ο ενιαίος σφραγισμένος **κυρίως φάκελος** κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα :

- Την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
- Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας αρχής που διενεργεί την προμήθεια
- Τον πλήρη τίτλο της διακήρυξης και τον αριθμό αυτής
- Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Τα στοιχεία του αποστολέα (προσφέροντος) ήτοι την επωνυμία, την διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό τηλεμοιτυπίας (fax) και την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail).

Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.

Έτσι ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισμένος **κυρίως φάκελος** θα φέρει εξωτερικά τις ενδείξεις :

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αναθέτουσα Αρχή : ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Διακήρυξη Νο : 2/2013

Για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **10.00 π.μ.**

Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος) :

- επωνυμία,
- διεύθυνση,
- αριθμός τηλεφώνου,
- αριθμός τηλεμοιτυπίας (fax),
- ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

13.5 Μέσα στον ενιαίο σφραγισμένο **κυρίως φάκελο** κάθε προσφοράς ο διαγωνιζόμενος τοποθετεί τους ακόλουθους **σφραγισμένους επιμέρους φακέλους** :

1. Έναν σφραγισμένο επιμέρους φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και όλες τις ενδείξεις του ενιαίου σφραγισμένου κυρίως φακέλου. Όλα τα σχετικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 12 του παρόντος παραρτήματος και στην επόμενη παράγραφο 13.6 του παρόντος άρθρου.

2. Έναν σφραγισμένο επιμέρους φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», και όλες τις ενδείξεις του ενιαίου σφραγισμένου κυρίως φακέλου. Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Όλα τα σχετικά με την τεχνική προσφορά αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 14 του παρόντος παραρτήματος και στην επόμενη παράγραφο 13.6 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του ενιαίου σφραγισμένου κυρίως φακέλου. Το παράρτημα υποβάλλεται και αυτό σε όσα αντίτυπα ζητούνται και για την τεχνική προσφορά στην παρούσα παράγραφο.

3. Έναν σφραγισμένο επιμέρους φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και όλες τις ενδείξεις του ενιαίου σφραγισμένου κυρίως φακέλου. Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του διαγωνιζόμενου, δηλαδή η αμοιβή με την οποία αποδέχεται να υλοποιήσει το αντικείμενο της σύμβασης, αλλά και τα επιμέρους στοιχεία ανάλυσης της αμοιβής αυτής σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις της διακήρυξης. Όλα τα σχετικά με την τιμή της προσφοράς αναφέρονται αναλυτικά στα άρθρα 14 και 20 του παρόντος παραρτήματος και στην επόμενη παράγραφο 13.6 του παρόντος άρθρου.

13.6 Οι σφραγισμένοι επί μέρους φάκελοι των περιπτώσεων 1, 2 και 3 της προηγούμενης παραγράφου 13.5 θα υποβληθούν – **επί ποινή αποκλεισμού** - ως εξής :

- Ο επί μέρους φάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ θα περιέχει ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο, όπου κάθε αντίγραφο θα περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής πλην της εγγύησης συμμετοχής, σε πλήρη σειρά και σε χωριστό τόμο – ντοσιέ και με το αντίστοιχο ευρετήριο, θα φέρει δε συνεχή αρίθμηση για όλα τα έγγραφα του. Στο αντίτυπο που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και να μονογράφεται από τον προσφέροντα ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από το αντίγραφο σε περίπτωση ασυμφωνίας τους. Η εγγύηση συμμετοχής θα περιλαμβάνεται μόνη της ξεχωριστά από τους δύο ως άνω τόμους – ντοσιέ και **εντός** του σφραγισμένου επί μέρους φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής

- Ο επί μέρους φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχει ένα (1) έντυπο πρωτότυπο και ένα (1) έντυπο αντίγραφο, όπου κάθε αντίγραφο θα περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς σε πλήρη σειρά και σε χωριστό τόμο – ντοσιέ με συνεχή αρίθμηση του περιεχομένου κάθε τόμου για όλα τα έγγραφα του (συμπεριλαμβανομένων και των prospectus, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων, σχεδίων, υπολογισμών κ.λ.π.) και με το αντίστοιχο ευρετήριο, και ένα πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD-R). Σε ένα από τα έντυπα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται, ευκρινώς η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και να μονογράφεται από τον προσφέροντα ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του, Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.

- Ο επί μέρους φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχει ένα (1) έντυπο πρωτότυπο, ένα (1) έντυπο αντίγραφο και ένα πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD-R). Σε ένα από τα έντυπα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται, ευκρινώς η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και να μονογράφεται από τον προσφέροντα ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του, να φέρει δε συνεχή αρίθμηση για όλα τα έγγραφα του. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.

13.7 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν παράτυπες διορθώσεις (πχ σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λ.π.). Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο μονογράφει τις τυχόν διορθώσεις (πχ σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λ.π.) και γενικά επιβεβαιώνει όσα έγιναν πριν από την αποσφράγιση των προσφορών. Επίσης προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμεθα» κλπ. Η προσφορά μπορεί να απορριφθεί όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Επιπλέον οι προσφορές δεν πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε φακέλους οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

13.8 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η δημοσίευση ή κοινοποίηση των οποίων στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, οι προσφέροντες οφείλουν να τα γνωστοποιήσουν αλλά και να τα δικαιολογήσουν (αναφέροντας τους λόγους) στην Αναθέτουσα Αρχή. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά ιδίως την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης των ενδιαφερομένων. Εν τούτοις σημειώνεται ότι ακόμα και στην περίπτωση πληροφοριών που έχουν υποδειχθεί από τους

προμηθευτές ως εμπορικά ή τεχνικά ευαίσθητες, η Α.Α. δύναται να αποκαλύψει τις πληροφορίες αυτές όπου απαιτείται βάσει του νόμου. Η παραλαβή από την Α.Α. οποιουδήποτε υλικού χαρακτηρισμένου ως «εμπιστευτικού» ή με ισοδύναμο χαρακτηρισμό, δεν πρέπει, για τους λόγους που δίδονται ανωτέρω να εκληφθεί ως ότι η Α.Α. αποδέχεται αυτόματα αυτό τον χαρακτηρισμό.

13.9 Οι προσφέροντες, εφόσον δεν έχουν ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση κατά της διακήρυξης ή εάν έχει απορριφθεί αυτή, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς. Επίσης θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη. Συνιστάται στους διαγωνιζόμενους αν κρίνεται αναγκαίο να επισκεφθούν τα κτίρια του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για να αποκτήσουν πλήρη εικόνα των χώρων και των παροχών για την εγκατάσταση του είδους. Τέλος, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.

13.10 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Τυχόν διευκρινίσεις δίνονται γραπτά από τους προσφέροντες, μόνο όταν τους ζητούνται. Η Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ είναι δυνατόν κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης και σε οποιοδήποτε από τα στάδια 1 και 2 του διαγωνισμού του άρθρου 15 του παρόντος παραρτήματος, να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους διαγωνιζόμενους να «διευκρινίσουν» όσα από τα πιστοποιητικά και έγγραφα των δικαιολογητικών συμμετοχής ή του φακέλου τεχνικής προσφοράς των άρθρων 13 και 14 του παρόντος παραρτήματος υπέβαλαν και οι προσφέροντες υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν, αλλά και να αποκλείσει όσους από τους διαγωνιζόμενους δεν ανταποκρίνονται σε τέτοιο αίτημα να παράσχουν διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων εγγράφων, στοιχείων ή/και πιστοποιητικών των προσφορών τους. Οι διευκρινίσεις αυτές έχουν να κάνουν με τα υποβληθέντα πιστοποιητικά ή έγγραφα που αφορούν την προσωπική κατάσταση του προσφέροντος, την άδεια άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια, τις τεχνικές ή και επαγγελματικές του ικανότητες, τα πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας και τα πρότυπα της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στην περίπτωση αυτή οι διευκρινίσεις αυτές είναι υποχρεωτικές και δεν θεωρούνται αντιπροσφορά. Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις δεν επιτρέπεται να άγουν καθ' οιονδήποτε τρόπο σε ουσιώδη μεταβολή στοιχείων της ήδη υποβληθείσας προσφοράς. Δηλαδή οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να διευκρινίσουν έγγραφα και στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί με την προσφορά τους, αλλά δεν μπορούν να υποβάλλουν έγγραφα που θα έπρεπε να είχαν εξ αρχής υποβληθεί. Σαν «διευκρίνιση» νοείται η χορήγηση λεπτομερειών και αποσαφηνίσεων, που επιτρέπουν την περιγραφή ή των καθορισμό με μεγαλύτερη ευκρίνεια και ακρίβεια εγγράφων που ήδη υπεβλήθησαν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

13.11 Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 183 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές, οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.

13.12 Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί ιδιαίτερος πίνακας, συνοδευτικός των προσφορών, στον οποίο θα αναφέρονται οι συντομογραφίες αυτές με την επεξήγηση της έννοιάς τους. Ακόμη παραπομπές σε τεχνικά έντυπα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας για την ανεύρεση τους.

Άρθρο 14°

Περιεχόμενο Επιμέρους Φακέλων

14.1 Επιμέρους φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

Ο επιμέρους φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει :

- την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
- υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος που θα αναγράφει τα είδη του διαγωνισμού που υποβάλλει προσφορά

- τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής που ζητούνται στο άρθρο 12 του παρόντος παραρτήματος, με τη σειρά που αυτά ζητούνται και με τον τρόπο που απαιτείται στο προηγούμενο άρθρο 13§6 του παρόντος παραρτήματος.

Στην αρχή του τόμου - ντισιέ θα περιλαμβάνεται πίνακας ελέγχου περιεχομένων (check list) με τα δικαιολογητικά συμμετοχής που περιέχονται στον φάκελο.

14.2 Επιμέρους φάκελος ή υποφάκελοι «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Ο επί μέρους φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων ειδών. Επίσης, θα περιέχουν prospectus και τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας κατασκευής, στην Ελληνική γλώσσα (τα εργοστασιακά μπορούν να είναι και στην Αγγλική γλώσσα), πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, δηλώσεις με τα εργοστάσια κατασκευής, πρόγραμμα εκπαίδευσης, λίστα ανταλλακτικών κλπ. Εμφάνιση οποιασδήποτε τιμής (πχ ανταλλακτικού, υπηρεσίας, αποζημίωσης, αναθεώρησης κ.λ.π.) στον φάκελο τεχνικής προσφοράς οδηγεί στην απόρριψη αυτής ως **απαράδεκτης**.

Το σύνολο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς θα υποβάλλεται οπωσδήποτε με τον τρόπο που απαιτείται στο προηγούμενο άρθρο 13§6 του παρόντος παραρτήματος. Ο επιμέρους φάκελος (εάν υποβάλλεται προσφορά για ένα είδος) ή οι επιμέρους υποφάκελοι (εάν υποβάλλεται προσφορά για περισσότερα από ένα είδη) της τεχνικής προσφοράς θα περιέχουν συνεπώς, υποχρεωτικά και **με ποινή αποκλεισμού**, τα παρακάτω στοιχεία :

- 1) Πίνακα περιεχομένων (ευρετήριο) με τα στοιχεία του φακέλου τεχνικής προσφοράς.
- 2) Πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα για τα προσφερόμενα είδη
- 3) Πλήρες «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» το οποίο είναι προτυπομένο και περιέχεται στο Παράρτημα ΣΤ' της απόφασης διακήρυξης (ΠΙΝΑΚΑΣ Σ1). Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να **συμπληρώσει όλα τα πεδία των στηλών ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ και ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** του ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ όπου αντίστοιχα : α) θα απαντήσει αναλυτικά ακολουθώντας την σειρά και συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ με **αναλυτική περιγραφή, πληρότητα και τεκμηρίωση** σύμφωνα με το **παράρτημα Ε'** ώστε να γίνει πλήρης αξιολόγηση από την Α.Α. και β) θα συμπληρώσει όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ όπου θα αναφέρει την **σελίδα / σελίδες** της φακέλου τεχνικής προσφοράς όπου ανευρίσκεται η αντίστοιχη αναλυτική περιγραφή και η τεκμηρίωση. Περισσότερες οδηγίες συμπλήρωσης του Φύλλου Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών δίδονται στο Παράρτημα ΣΤ' της απόφασης διακήρυξης. **Θα πρέπει επίσης οι προσφέροντες να κάνουν χρήση της κωδικοποίησης Ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΚΑΠΤΥ (πρώην ΕΚΕΒΥΛ Α.Ε.) με τον κωδικό του προϊόντος (product ID)** σύμφωνα με τις αρ. πρ. 6747/28-09-2012 και 961/19-02-2013 έγγραφα της Ε.Π.Υ.
- 4) Μετά από το Φύλλο Συμμόρφωσης, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάψει τα **απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών**, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του είδους ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης, οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως, συνοδευτικά τεχνικά ή / και κατασκευαστικά σχέδια, service manuals, κατάλληλα σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, CD, δικαιολογητικά και όποιο άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης διαθέτει που αποδεικνύει την συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και με τις λοιπές υποχρεώσεις και όρους, ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή. Σημειωτέον ότι, όπως έχει αναφερθεί ήδη στην παράγραφο 13.5 του προηγούμενου άρθρου, αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν μέσα στον κυρίως φάκελο, τότε το εν λόγω ντισιέ με τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια κ.λ.π. μπορεί να συσκευαστεί σε ιδιαίτερο επιπλέον κλειστό φάκελο που ακολουθεί τον κυρίως φάκελο προσφοράς.
- 5) Έγγραφη δήλωση, στην οποία οι διαγωνιζόμενοι αναφέρουν τις **επιχειρηματικές μονάδες (εργοστάσια)** στα οποία θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα είδη καθώς και τον τόπο εγκατάστασης τους. Εάν οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν το προσφερόμενο είδος μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου του κατασκευαστικού οίκου προς το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από τον ίδιο τον κατασκευαστικό οίκο (στον οποίο ανήκει ή ο οποίος εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος) και ότι ο κατασκευαστικός οίκος έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον ανάδοχο υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
Προτείνεται η δήλωση του πρώτου εδαφίου του στοιχείου 5 άνω να συμφωνεί με το ακόλουθο υπόδειγμα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΠΔ 118/2007)

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
|-----|------------------|----------------------------------|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| ΚΟΚ | | | |

6) Τα ακόλουθα πιστοποιητικά ποιότητας :

α) Πιστοποιητικό EN ISO σύμφωνα με το παράρτημα Ε'(μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα),

β) Πιστοποιητικά σήμανσης CE για τον προσφερόμενο είδος ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (Οδηγία 93/42/EEC όπως ισχύει σήμερα (μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα),

γ)Βεβαίωση συμμόρφωσης (όπου απαιτείται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε') σύμφωνα με την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.1348 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας : « Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΦΕΚ 32B/16-01-2004)

Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά απορρίπτεται ως **απαράδεκτη**.

7) Πλήρη εγχειρίδια με σαφείς οδηγίες χρήσεως, λειτουργίας και επισκευής- συντήρησης συμπεριλαμβανομένου καταλόγου ανταλλακτικών του μητρικού κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals, Service Manuals, Parts List) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές στην Αγγλική ή/και στην Ελληνική γλώσσα. **(όπου απαιτείται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε')**

8) Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης όπου απαιτείται (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε') για τους τεχνικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου: θα εκπαιδευτούν και θα παρακολουθούν όλες τις μετεκπαιδεύσεις που θα πραγματοποιούνται για τους τεχνικούς του οίκου, θα τους χορηγηθούν δε πιστοποιητικά ώστε να μπορούν να επεμβαίνουν για επισκευή και συντήρηση, ως και αντίγραφα των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα.

α) για τους τεχνικούς του τμήματος ΒΙΤ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ένας τουλάχιστον τεχνικός θα εκπαιδευτεί και θα παρακολουθεί όλες τις μετεκπαιδεύσεις που θα πραγματοποιούνται για τους τεχνικούς του οίκου, θα του χορηγηθεί δε πιστοποιητικό ώστε να μπορεί να επεμβαίνει για επισκευή και συντήρηση), ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα.

β) για τους χρήστες (όπου απαιτείται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε') (ιατρούς – φυσικούς - τεχνολόγους) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, επί της λειτουργίας των μηχανημάτων και επί της πλήρους εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του, ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα.

Για να τεκμηριώσει τα άνω ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να δηλώσει ότι μπορεί να διαθέσει στην Ελλάδα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (πέραν και ανεξάρτητα του αντίστοιχου τεχνικού προσωπικού για παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης, κ.λ.π., για το οποίο βλέπε επόμενο εδάφιο 12) για την επίδειξη – εκπαίδευση του προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (όπως ιατρών – φυσικών - τεχνολόγων) τόσο επί της λειτουργίας των ειδών όσο και επί των δυνατοτήτων αποτελεσματικότερης και επωφελέστερης εκμετάλλευσης και ανάπτυξης της απόδοσής των, ποιοτικής και ποσοτικής.

9) Έγγραφο βεβαίωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (με επίσημη μετάφραση – επικύρωση σε περίπτωση που πρόκειται για αλλοδαπό κατασκευαστή) για την δέσμευση **εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών** καθώς και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή αυτού, ακόμα και στις περιπτώσεις : α) διακοπής της συνεργασίας του προμηθευτή με τον κατασκευαστή και β) διακοπής της λειτουργίας του προμηθευτή. Για περιπτώσεις κατασκευαστών οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και δεν απαιτούνται οι δηλώσεις περί διάθεσης ανταλλακτικών των κατασκευαστικών οίκων των διαφόρων υποσυστημάτων

Προσφορά στην οποία δηλώνεται δέσμευση **εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών** καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του είδους μικρότερη των δέκα (10) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής αυτού, **απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

10) Λίστα με όλα τα απαραίτητα υλικά για την λειτουργία και συντήρηση

11) Έγγραφη δήλωση για την προτεινόμενη **διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας** από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των ειδών. Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ από την οριστική παραλαβή των ειδών.

Προσφορά στην οποία δηλώνεται περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας μικρότερη από αυτές που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ **απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

12) Υπεύθυνη δήλωση για το **χρόνο παράδοσης** των ζητούμενων ειδών όπως ορίζονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄**

13) Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη.

14.3 Επιμέρους φάκελος ή υποφάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Ο επί μέρους φάκελος (εάν υποβάλλεται προσφορά για ένα τμήμα) ή οι επί μέρους υποφάκελοι (εάν υποβάλλεται προσφορά για περισσότερα από ένα τμήματα) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχουν την προσφορά του διαγωνιζόμενου για τα ζητούμενα είδη, για την αγορά του σε ευρώ. Στις τιμές αυτές είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, για παράδοσή, εγκατάσταση, θέση του σε λειτουργία και εκπαίδευση του προσωπικού (τόσο των τεχνικών όσο και των χρηστών) καθώς και συντήρησή του στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Το σύνολο των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς θα υποβάλλεται οπωσδήποτε με τον τρόπο που απαιτείται στο προηγούμενο άρθρο 13§6 του παρόντος παραρτήματος.

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται απαραίτητα με τη συμπλήρωση του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς **Π1**, του αντίστοιχου τμήματος για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ζ΄ «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην συνέχεια στο άρθρο αυτό.

Η οικονομική προσφορά θα περιέχει ακόμη τιμοκατάλογο ανταλλακτικών των προσφερόμενων ειδών και θα συμφωνεί με τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

Α) Οικονομική προσφορά που υποβάλλεται σε ανοικτό επί μέρους φάκελο δεν γίνεται δεκτή και η προσφορά **απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

Β) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή σε κάθε έναν από τους ανωτέρω πίνακες Π1, ανάλογα με το τμήμα για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά, με την επιφύλαξη των αναγραφόμενων στην παράγραφο 20.7 του άρθρου 20 του παρόντος παραρτήματος, ή στον τιμοκατάλογο ανταλλακτικών, η προσφορά **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

Γ) Απαγορεύεται η αλλαγή στη μορφή και στην δομή των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς, και επιβάλλεται απαραίτητα η χρησιμοποίηση τους όπως αυτοί δίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτημα Ζ΄ «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Δ) Ο συμμετέχων θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσει την Οικονομική του Προσφορά, βασιζόμενος στα στοιχεία της Τεχνικής του Προσφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση η Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ δύναται να θεωρήσει ότι οι παραπάνω πίνακες δεν συντάχθηκαν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, και ότι η προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, και να την απορρίψει στο σύνολο της.

Ε) Εάν οι τιμές ενός προσφέροντα είναι ιδιαίτερα χαμηλές, ισχύουν τα αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο 15§3, 3^ο ΣΤΑΔΙΟ.

ΣΤ) Προσφορά που δίνει τιμή προμήθειας του είδους όπως αυτή έχει συμπληρωθεί στο πεδίο «ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (ολογράφως)» του Πίνακα **Π1**, του αντίστοιχου τμήματος για το οποίο γίνεται η προσφορά, του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ζ΄ μεγαλύτερη από τον προϋπολογισμό με ΦΠΑ όπως αυτός δίδεται στο άρθρο 3 του παρόντος παραρτήματος, **απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

Ζ) Η οικονομική προσφορά θα πρέπει – **επί ποινή αποκλεισμού** – να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα ή του νομίμου εκπροσώπου του σε όλες τις σελίδες της.

Η) Κατά τα λοιπά οι τιμές προσφοράς πρέπει να είναι σύμφωνες με τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του παρόντος παραρτήματος και τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ΄ (Ειδικοί Όροι) της απόφασης διακήρυξης.

Άρθρο15°

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού

15.1 Όταν η οριζόμενη στο άρθρο 9 του παρόντος παραρτήματος ώρα λήξης παραλαβής προσφορών παρέλθει, κλείνει το πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής. Κάθε προσφορά κατά την παραλαβή της από την Α.Α. πρωτοκολλείται και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία. Οι ούτως παραληφθέντες φάκελοι φυλάσσονται από την Α.Α. για να παραδοθούν στην Ε.Δ.Δ. την ημέρα και ώρα διενέργειας διαγωνισμού.

15.2 Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα έχουν δικαίωμα να εξετάσουν τα στοιχεία των φακέλων, εφόσον το επιθυμούν, υπό την προϋπόθεση ότι η γνωστοποίησή τους δεν θα εμποδίζει την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, δεν θα είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, δεν θα θίγει τα έννομα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, ή δεν θα βλάπτει το θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των οικονομικών φορέων. **Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων στις προσφορές, σε κάθε ένα από τα στάδια που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, ορίζεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης του/των φακέλου/ων του αντιστοίχου σταδίου.**

15.3 Η διεξαγωγή του διαγωνισμού γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και πραγματοποιείται σε τρία στάδια :

1° ΣΤΑΔΙΟ : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Την καθορισμένη στο άρθρο 8 του παρόντος παραρτήματος ημέρα και ώρα διενέργειας διαγωνισμού, η Υ.Δ.Δ. προσάγει τους φακέλους και ξεκινά η συνεδρίαση δημόσια και αρχίζει από την Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, κατά την σειρά της πρωτοκόλλησης, η αποσφράγιση των **ενιαίων κυρίως φακέλων** των προσφορών. Η Ε.Δ.Δ. αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους ενιαίους σφραγισμένους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε ενιαίο σφραγισμένο κυρίως φάκελο, **τρεις** επιμέρους φάκελοι, ήτοι ένας **μόνον** επιμέρους φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ένας **μόνον** επιμέρους φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ένας **μόνον** επιμέρους φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τους οποίους αριθμεί εξωτερικά με τον ίδιο αύξοντα αριθμό (του ενιαίου σφραγισμένου κυρίου φακέλου προσφοράς) και μονογράφει. Επίσης εξετάζει αν ενδεχομένως υπάρχει και επιπλέον φάκελος που ακολουθεί τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του ενιαίου κυρίως φακέλου τον οποίο αριθμεί ομοίως και μονογράφει. **Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις ως άνω επιμέρους φάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες επιμέρους φάκελοι παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία.**

Οι δύο σφραγισμένοι επιμέρους φάκελοι κάθε προσφοράς που βρίσκονται μέσα στον ενιαίο κυρίως φάκελο και περιέχουν την τεχνική και την οικονομική προσφορά αντίστοιχα, καθώς και οι τυχόν επιπλέον φάκελοι με τα πρόσθετα τεχνικά στοιχεία, παραμένουν σφραγισμένοι και παραδίδονται στην Υ.Δ.Δ. προκειμένου να αποσφραγιστούν την ημερομηνία και την ώρα που θα οριστεί αρμοδίως.

Στην συνέχεια η Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ προβαίνει στην αποσφράγιση των **επιμέρους φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής**, αριθμούνται και μονογράφονται σε κάθε φύλλο και συνολικά απ' όλα τα μέλη της Ε.Δ.Δ. όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής στον διαγωνισμό και καταγράφονται στο πρακτικό. Κατόπιν τούτου η Ε.Δ.Δ. συνεδριάζει κλειστά και ελέγχει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για αυτούς που συνεχίζουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού και για αυτούς που αποκλείονται.

Η σχετική απόφαση καταχωρείται στο πρακτικό του σταδίου αυτού (**1° Πρακτικό**) (το οποίο και αποτελεί την εισήγηση της Ε.Δ.Δ. και υπογράφεται από τα μέλη της) που διαβιβάζεται μέσω του Γραφείου Προμηθειών στο Όργανο Λήψης Αποφάσεων για την έκδοση της απόφασης έγκρισης του πρακτικού (διοικητική πράξη) και η οποία απόφαση στην συνέχεια κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με αποδεικτικό παραλαβής για την τυχόν υποβολή ενστάσεων. Προσφορές που αποκλείστηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία του διαγωνισμού και δεν παρελήφθησαν αμέσως από τις διαγωνιζόμενες εταιρείες δεν έχουν καμία αξία ή επίπτωση στο διαγωνισμό.

2° ΣΤΑΔΙΟ : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου σταδίου, και μετά από σχετική πρόσκληση όσων προσφερόντων δεν αποκλείστηκαν κατά το στάδιο αυτό, η Ε.Δ.Δ. αποσφραγίζει σε ανοικτή συνεδρίαση τους επιμέρους φακέλους Τεχνικής Προσφοράς αυτών καθώς και τους τυχόν επιπλέον φακέλους με τα τεχνικά στοιχεία που ακολουθούν τους κυρίως φακέλους, με την σειρά αριθμήσεως των και αφού προηγουμένως δείξει ότι δεν

παραβιάστηκε η αποσφράγιση τους και μονογράφει κατά φύλλο τα περιεχόμενα τους, εκτός από τα κενά φύλλα, τα διαχωριστικά και τα τεχνικά φυλλάδια.

Ο επιμέρους φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, προκειμένου να αποσφραγιστεί την ημερομηνία που θα καθορισθεί από την αρμόδια υπηρεσία του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) συνέρχεται σε συνεχόμενες κλειστές συνεδριάσεις και αφού λάβει υπόψη του:

- τις τεχνικές προδιαγραφές και λοιπούς όρους της διακήρυξης,
- τις προσφορές που έγιναν τελικά αποδεκτές.

προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών για κάθε είδος ξεχωριστά, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα Δ' της παρούσας διακήρυξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ελέγχει το περιεχόμενο των επιμέρους φακέλων Τεχνικής Προσφοράς, για όλες τις προσφορές που έχουν φθάσει μέχρι αυτό το στάδιο, για να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της διακήρυξης και καταχωρεί στο σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτές, αναλύοντας για κάθε μια από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η προσφορά στο στάδιο ελέγχου του φακέλου τεχνικής προσφοράς που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ :

- Είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
- Παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές του τεύχους της παρούσας διακήρυξης και των παραρτημάτων της ή δεν ικανοποιεί τους όρους και τις απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται απαράβατοι ή επί ποινή αποκλεισμού.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων προσφορών απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων στο παρόν στάδιο, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες μαζί με τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί παραδεκτές προσφυγές.

Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ δύναται - **εφόσον το κρίνει απαραίτητο** - να καλέσει εγγράφως και **επί ποινή αποκλεισμού** κάθε ένα από τους υποψηφίους που συμμετέχουν σε αυτό το στάδιο να παρουσιάσει την τεχνική του προσφορά (άρθρο 25 του παρόντος παραρτήματος) ή/και να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της.

Μετά την μελέτη των επιμέρους φακέλων τεχνικών προσφορών και την κατά τα ανωτέρω ενδεχόμενη προφορική παρουσίαση ή παρουσίαση αντίστοιχου ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, εγκατεστημένου και σε λειτουργία, η Ε.Δ.Δ. αξιολογεί κάθε τεχνική προσφορά. Επί πλέον συντάσσει σε ειδικό φύλλο τις αποδεκτές τεχνικές προσφορές που υποβλήθηκαν και το υπογράφει.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, συντάσσεται σχετικό πρακτικό της Ε.Δ.Δ., το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ.Δ. και το οποίο αποτελεί την εισήγηση της προς την Προϊσταμένη Αρχή και στο οποίο περιλαμβάνεται για κάθε αποδεκτή προσφορά. Στο ίδιο πρακτικό καταχωρούνται και τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζονται απορριπτές, όπου αναλύονται για κάθε μια από αυτές, οι ακριβείς λόγοι απόρριψης.

Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «Οικονομικής Προσφοράς» σε οιοδήποτε σημείο της «Τεχνικής Προσφοράς» αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Το πρακτικό αυτό (**2^ο Πρακτικό**) διαβιβάζεται στην Προϊσταμένη Αρχή για την έκδοση της διοικητικής πράξης απόφασης για την έγκρισή του, η οποία στην συνέχεια κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με αποδεικτικό παραλαβής για την τυχόν υποβολή ενστάσεων.

3^ο ΣΤΑΔΙΟ : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ/ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου σταδίου, η αρμόδια υπηρεσία του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ορίζει την ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των επιμέρους φακέλων των οικονομικών προσφορών και ενημερώνει σχετικά τους συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές δεν αποκλείστηκαν στα προηγούμενα στάδια με σχετική ανακοίνωση που τους αποστέλλει εγγράφως τέσσερις (4) ημέρες τουλάχιστον προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές.

Η αποσφράγιση των επιμέρους φακέλων των οικονομικών προσφορών γίνεται στον ίδιο χώρο που πραγματοποιούνται και τα προηγούμενα στάδια του διαγωνισμού. Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση, η Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις οικονομικές προσφορές

.Στους διαγωνιζόμενους που αποκλείονται σε αυτό το στάδιο επιστρέφονται οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί ενστάσεις.

Για την ολοκλήρωση και της διαδικασίας αυτής, η Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των οικονομικών προσφορών. Οικονομικές προσφορές που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις των άρθρων 14 και 20 του παρόντος παραρτήματος **απορρίπτονται ως απαράδεκτες**. Η Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ καταχωρεί στο σχετικό πρακτικό της τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτές, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης.

Εάν οι τιμές ενός προσφέροντα είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ είναι αναιτιολόγητες, η Ε.Δ.Δ. μπορεί να καλέσει τον προσφέροντα να τις αιτιολογήσει γραπτώς σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007

(με αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά πχ με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών κ.λ.π.), και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση η προσφορά του **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**.

Η Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης και των οικονομικών προσφορών συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταγράφει την πρότασή της για τον υποψήφιο προμηθευτή για κάθε είδος.

Ο συγκριτικός πίνακας με τα έγγραφα του σταδίου αυτού (**3^ο Πρακτικό**), υπογραμμένο από τα μέλη της Ε.Δ.Δ. υποβάλλονται στην Προϊσταμένη Αρχή για την έκδοση της διοικητικής πράξης απόφασης για την έγκρισή του, η οποία στην συνέχεια κοινοποιείται στους συμμετέχοντες που συνεχίζουν μέχρι αυτό το στάδιο με αποδεικτικό παραλαβής, για την τυχόν υποβολή ενστάσεων.

Άρθρο 16^ο

Απόρριψη προσφορών

Η Α.Α. δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής μετά από σχετική εισήγηση της Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται προσφορά που :

- 1.** Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή και αιρέσεις ή δίνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκμηρίωση.
- 2.** Αποτελεί εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Α.Α. εξομοιώνεται με αντιπροσφορά.
- 3.** Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας.
- 4.** Παρουσιάζει έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής του άρθρου 8 του παρόντος παραρτήματος.
- 5.** Δεν περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 12 του παρόντος παραρτήματος και δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
- 6.** Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τις Προσφερόμενες Τιμές σε κάθε έναν από τους Πίνακες **Π1**, του αντίστοιχου είδους ή/και εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο των προσφερόμενων τιμών σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της πλην των εντύπων της Οικονομικής Προσφοράς.
- 7.** Δεν προσκομίζει τα εγγράφως αιτούμενα διευκρινιστικά στοιχεία στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εντός του οριζόμενου χρόνου.
- 8.** Είναι υπερβολικά χαμηλή και ο διαγωνιζόμενος δεν παρέχει επαρκή αιτιολόγηση προς τούτο.
- 9.** Δίνει τιμή για την προμήθεια του ΕΙΔΟΥΣ μεγαλύτερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος παραρτήματος.
- 10.** Ορίζει χρόνο παράδοσης του ΕΙΔΟΥΣ μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στο παρόν παράρτημα.
- 11.** Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος **των διακοσίων σαράντα (240) ημερών** από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
- 12.** Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές του τεύχους της παρούσας διακήρυξης και των παραρτημάτων της ή δεν καλύπτει πλήρως τους όρους και τις απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται απαράβατοι ή που έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού.
- 13.** Δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του.

Άρθρο 17^ο

Δικαιολογητικά υποψήφιου Προμηθευτή – Αποτελέσματα διαγωνισμού και κοινοποίηση τους – Δικαίωμα μεταίωσης / επανάληψης του διαγωνισμού

17.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών (άρθρο 6, παρ. 2, ΠΔ 118/2007) από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α' 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος άρθρου.

Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος, παραδίδεται εμπρόθεσμα στην αρμόδια επιτροπή η οποία προβαίνει στην αποσφράγιση του την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών είναι δυνατό:

α. να υποβληθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών,

β. να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραληφθεί με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών.

Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιοδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «**Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία**».

Στον προαναφερόμενο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
- Το αντικείμενο του διαγωνισμού
- Η ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου
- Τα στοιχεία του αποστολέα

Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται με τον ως άνω τρόπο. Ο φάκελος που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφεται στον Προσφέροντα χωρίς να έχει αποσφραγισθεί.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Εδάφιο (1), Οι Έλληνες πολίτες (φυσικά πρόσωπα) :

(α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση :

i) για αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

ήτοι για :

- *συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση*, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
- *δωροδοκία*, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
- *απάτη*, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
- *νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες*, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α' 305),

ii) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας (εδάφιο γ της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/07).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που στο απόσπασμα ποινικού μητρώου αναφέρονται αδικήματα για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν ανήκουν σε αυτά που σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη προκαλούν τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συνυποβάλουν αντίγραφο της σχετικής καταδικαστικής απόφασης, προκειμένου να κριθεί ανάλογα. Ακόμα σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

(β) Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

(γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση, και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

(δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κατά την παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (πληρωμή φόρων και τελών) και **πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης** τους οποίους είχαν δηλώσει στην αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση Νο 2 του άρθρου 12.3 του παρόντος παραρτήματος, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου (εδάφια ε και στ της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007).

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (β), (γ) και (δ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά.

(ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά ή το αντικείμενο δραστηριότητας τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

(Θα αναφέρεται ρητά η επωνυμία του συγκεκριμένου Επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους προκειμένου για φυσικά πρόσωπα).

Εδάφιο (2), Οι αλλοδαποί (φυσικά πρόσωπα):

(α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδυνάμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (α) του εδαφίου (1) ως άνω του παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες.

(β) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής της χώρας τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας τους.

(γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας τους.

(δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή της χώρας τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κατά την παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (πληρωμή φόρων και τελών) και **πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης** τους οποίους είχαν δηλώσει στην αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση Νο 2 του άρθρου 12.3 του παρόντος παραρτήματος, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, (εδάφια ε και στ της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007),.

(ε) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας τους από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου **Επιμελητηρίου** ή σε ισοδύναμες **επαγγελματικές οργανώσεις ή καταλόγους της χώρας τους**, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων ή καταλόγων αντίστοιχα καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους, και με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτά και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Εδάφιο (3), Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :

(α) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων 1 και 2 του παρόντος άρθρου αντίστοιχα.

Ειδικότερα, το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας του νομικού προσώπου, αφορά τους Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) και τους νομίμους εκπροσώπους σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου και από αυτό θα προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (α) του εδαφίου (1) ως άνω του παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες.

(β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 17.1 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών το προαναφερόμενο πιστοποιητικό εκκαθάρισης, εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.α' και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει..

- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

(γ) Εάν ο υποψήφιος Προμηθευτής είναι Α.Ε. ή ΕΠΕ υποβάλλει (από την Διεύθυνση Ανάπτυξης / Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της εταιρείας, ενώ για εταιρείες που ιδρύονται μετά τις 4/4/2011 από την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου) και **ένα επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού** στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία καταχώρησης του στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΜΑΕ) και η Γενική Συνέλευση που το έχει τροποποιήσει.

Εδάφιο (4), Οι Συνεταιρισμοί :

(α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα

(β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (α) του εδαφίου (1) ως άνω του παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες.

(γ) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1) ως άνω του παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (2) ως άνω του παρόντος άρθρου για αλλοδαπούς, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης (β) του εδαφίου (3) ως άνω του παρόντος άρθρου για νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

Εδάφιο (5), Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά :

(α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στην Ένωση.

17.2 Διευκρινίσεις

(α) Εάν σε κάποια χώρα **βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της** ότι δεν εκδίδονται κάποια από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ή στην περίπτωση όπου δεν τηρούνται στην αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τα αντίστοιχα βιβλία για την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής

αρχής ή συμβολαιογράφου ή, σε περίπτωση που στην χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του διαγωνιζόμενου. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, η οποία **θα επισυνάπτεται** στην βεβαίωση της αρχής του παρόντος εδαφίου, ο διαγωνιζόμενος θα αναφέρει αναλυτικά τα πιστοποιητικά τα οποία δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στη χώρα του και θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα καλύπτει επίσης την περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για την πηγή, την πληρότητα και το περιεχόμενο των επιμέρους δικαιολογητικών. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου, για τους δε αλλοδαπούς κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ. Πολ. Δικ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Η ένορκη αυτή βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση) του υπόχρεου συνοδευόμενη από την ως άνω βεβαίωση αρχής της χώρας του υπόχρεου, πρέπει να περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο της παραγράφου 17.1 του παρόντος άρθρου.

(β) Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του νομικού προσώπου στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο υποψήφιος Προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης τα σχετικά έγγραφα με την μορφή που ισχύουν κατά την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης της παρ 17.1 άνω (π.χ. την τελευταία ισχύουσα τροποποίηση του καταστατικού, το ισχύον Δ.Σ και τις νέες βεβαιώσεις – κατά το εδάφιο 5 της παρ. 12.2 του άρθρου 12 του παραρτήματος Β της διακήρυξης – της Διεύθυνσης Ανάπτυξης / Τμήμα Εμπορείου και Τουρισμού της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της εταιρείας ή της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου).

17.3 Έλεγχος δικαιολογητικών υποψήφιου Προμηθευτή

Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προαναφερόμενη έγγραφη ειδοποίηση, μονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο.

Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση αυτών (των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), μετά από έγγραφη πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας του νοσοκομείου στην οποία ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος πρόσβασης στα έγγραφα αυτά.

Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Η Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, διαβιβάζει το πρακτικό της στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφαινεται σχετικά και με μέριμνα της γνωστοποιείται στους υποψήφιους προμηθευτές η απόφαση της για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Η Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ έχει το δικαίωμα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τα πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλε κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Στις περιπτώσεις που ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση :

- δεν προσκομίζει έγκαιρα ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 17.1 άνω ή
- έχει καταθέσει ψευδείς ή ανακριβείς τις υπεύθυνες δηλώσεις Νο 1 και Νο 2 του άρθρου 12.3 του παρόντος παραρτήματος, **η προσφορά του απορρίπτεται και καταπίπτει υπέρ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ η εγγύηση συμμετοχής του.** Στην περίπτωση αυτή η κλήση για κατακύρωση γίνεται στον επόμενο μειοδότη του Συγκριτικού Πίνακα δηλαδή στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει την αμέσως **επόμενη χαμηλότερη τιμή.** Στην περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει εγκαίρως ένα ή περισσότερα από τα ως άνω δικαιολογητικά ή έχει καταθέσει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις, η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο με την αμέσως μεγαλύτερη τιμή σύγκρισης κοκ. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που απαιτούνται από αυτές, το συγκεκριμένο είδος του διαγωνισμού ακυρώνεται.

17.4 Αποτελέσματα του διαγωνισμού και κοινοποίηση τους

Μετά την ολοκλήρωση και της ως άνω διαδικασίας, η Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ υποβάλει, μέσω του Γραφείου Προμηθειών το πρακτικό και όλα τα στοιχεία του φακέλου της ανωτέρω παραγράφου 17.1 του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, τις τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζονται απορριπτές κατά την παρ. 17.3 άνω, όπου αναλύονται για κάθε μια από αυτές οι ακριβείς λόγοι απόρριψης, καθώς και την πρόταση / εισήγησή της για τον υποψήφιο ανάδοχο για κάθε είδος (**4^ο Πρακτικό**), στο Όργανο Λήψης Αποφάσεων για την έκδοση της απόφασης έγκρισής του. Το Όργανο Λήψης Αποφάσεων (δηλ. το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) αφού λάβει υπόψη τα σχετικά στοιχεία του φακέλου της προσφοράς του υποψήφιου Προμηθευτή και την εισήγηση / γνωμοδότηση της Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, αποφασίζει για την κατακύρωση και εκδίδει την απόφαση για την έγκρισή της και την ανάθεση της προμήθειας, η οποία στην συνέχεια **κοινοποιείται** με αποδεικτικό παραλαβής στους συμμετέχοντες σε αυτή την φάση του διαγωνισμού, **με την έννοια και την διευκρίνιση της πληροφόρησης και όχι της σύναψης σύμβασης**, για την τυχόν υποβολή ενστάσεων.

Στη συνέχεια ανακοινώνει την απόφαση του Δ.Σ. για την ανάθεση της προμήθειας στον επιλεχθέντα υποψήφιο ανάδοχο με πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης (βλέπε §18.1 επόμενου άρθρου).

17.5 Δικαίωμα ματαίωσης / επανάληψης του διαγωνισμού

Η Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ με γνωμοδότηση της μπορεί να προτείνει προς το Όργανο Λήψης Αποφάσεων, που αποφασίζει σχετικά, μία εκ των κάτωθι περιπτώσεων :

1. Να αποφασίσει, και αζημίως για αυτήν, τη ματαίωση, ακύρωση, αναβολή ή διακοπή του Διαγωνισμού που προκύπτουν από λόγους δημοσίου συμφέροντος και έως τη σύναψη της σύμβασης και ιδίως στις περιπτώσεις :
 - (i) παράτυπης διεξαγωγής, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
 - (ii) που το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
 - (iii) που ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,
 - (iv) που υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια
2. Να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.
3. Να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης στις περιπτώσεις που περιπτώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Π.Δ.118/2007.
4. Να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 17.3 του παρόντος παραρτήματος.

Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

Άρθρο 18^ο

Κατακύρωση διαγωνισμού - Υπογραφή Σύμβασης – Προέγκριση Σύμβασης

18.1 Κατακύρωση του Διαγωνισμού

Η Κατακύρωση του Διαγωνισμού γίνεται από το Όργανο Λήψης Αποφάσεων. Η κατακύρωση αυτή αναρτάται στο διαδίκτυο, τόσο στην ιστοσελίδα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ όσο και στον δικτυακό τόπο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Στον υποψήφιο που επελέγη ως Προμηθευτής για κάποιο είδος ή κάποια είδη, αποστέλλεται εγγράφως και με αποδεικτικό παραλαβής, η σχετική ανακοίνωση της κατακύρωσης - πρόσκληση προς υπογραφή της σύμβασης. Η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :

- α. Τα προς προμήθεια είδη.
- β. Την ποσότητα.
- γ. Την τιμή.
- δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.
- ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης καθώς και με το σχέδιο Σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.
- στ. Την προθεσμία υπογραφής της Σύμβασης.

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της Σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό διαγωνιζόμενο η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεμοιαιότητα στον αλλοδαπό διαγωνιζόμενο, Στην περίπτωση που η πληρωμή στον διαγωνιζόμενο προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο

εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η σχετική ανακοίνωση για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι δυνατόν να γίνει και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών, εάν συμφωνεί και ο Προμηθευτής. Στην περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την ένωση να συστήσει κοινοπραξία, του κειμένου του Σχεδίου Σύμβασης διαμορφούμενου αναλόγως.

18.2 Υπογραφή Σύμβασης

Ο Υποψήφιος που επελέγη για κάποιο είδος ή κάποια είδη είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία :

(α) Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση, στην περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία.

(β) Την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης για το κατακυρωθέν είδος, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% της συμβατικής αξίας της προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώθηκε το είδος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των ειδών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η Σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης του είδους υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων ύστερα από γνωμοδότηση της Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΠΔ 118/2007 και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής. Η Α.Α. στην περίπτωση αυτή καλεί τον επόμενο του Συγκριτικού Πίνακα του εγκεκριμένου 3^{ου} πρακτικού (του άρθρου 15.3) και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία των άρθρων 17 και 18 του παρόντος παραρτήματος. Ο έκπτωτος Προμηθευτής υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην Α.Α. εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη Σύμβαση.

Μετά την ανωτέρω ανακοίνωση καταρτίζεται από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ η σχετική Σύμβαση με τα είδη επί τη βάση του κειμένου του «Σχεδίου Σύμβασης Προμήθειας» που περιέχεται στο Παράρτημα Η' της διακήρυξης. Η Σύμβαση συνίσταται στην συμπλήρωση των αντίστοιχων κενών πεδίων του Σχεδίου Σύμβασης που επισυνάπτεται στην απόφαση διακήρυξης με το Παράρτημα Η' αυτής και της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα, βάσει της προσφοράς του Προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού Η Σύμβαση ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κατακύρωσης και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής η Σύμβαση των ειδών υπογράφεται από τον Διοικητή του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και πρωτοκολλείται στο πρωτόκολλο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Εκ μέρους του Προμηθευτή, η Σύμβαση υπογράφεται από τον ίδιο ή τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του, ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών. **Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της Σύμβασης του Παραρτήματος Η'.**

Το κείμενο της Σύμβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, πρακτικά και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδελων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για όσα σημεία δεν ρυθμίζονται με την Σύμβαση, ισχύουν οι γενικότερες διατάξεις περί προμηθειών του δημοσίου. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν δημιουργεί καμία δέσμευση για την Α.Α.

18.3 Προέγκριση της Σύμβασης

Σε κάθε περίπτωση η Σύμβαση πριν υπογραφεί πρέπει να τύχει της προέγκρισης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3614/2007.

Προς τούτο, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αποστέλλει το σχέδιο Σύμβασης με συμπληρωμένα τα κενά του και συνοδευόμενο από τον φάκελο με τα απαραίτητα για την εξέταση της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης έγγραφα στην ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για την σύμφωνη γνώμη η οποία αποτελεί και όρο για την χρηματοδότηση της πράξης. Το αναλυτικό περιεχόμενο του φακέλου αυτού αποτυπώνεται στον Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΥΠΟΙΟ / Γεν Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης.

Ομοίως προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου πρέπει να λάβει και κάθε πιθανή τροποποίηση της Σύμβασης η οποία οδηγεί σε ουσιαστική τροποποίηση της πράξης (άρθρο 2 του παρόντος παραρτήματος).

18.4 Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

- α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.
- β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
- γ) Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
- δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση.

Άρθρο 19°

Εγγυήσεις

19.1 Εγγύηση Συμμετοχής στον διαγωνισμό.

1. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να εκδίδεται υπέρ του προσφέροντος, **για το έργο της προμήθειας για το οποίο υποβάλλεται προσφορά**, και το ποσό της θα πρέπει να καλύπτει το 5% του προϋπολογισμού της προμήθειας με ΦΠΑ **ανά είδος** όπως αυτός δίδεται στο άρθρο 3 του παρόντος παραρτήματος. Κατά συνέπεια το ύψος της εγγύησης συμμετοχής για κάθε είδος ξεχωριστά είναι:

| Α/Α ΕΙΔΩΝ | CPV | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΑΣΗ ΤΟ CPV | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΫΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|-----------|-------------|---------------------------------------|---|----------|-----------------|----------------------|
| 1. | 331950 00-3 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | ΜΟΝΙΤΟΡΣ (ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ) ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ | 1 | 4.000,00 | 200,00 |
| 2. | 384321 00-3 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ | 1 | 20.000,00 | 1000,00 |
| 3. | 331574 00-9 | ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ | ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ | 2 | 24.000,00 | 1200,00 |
| 4. | 331941 10-0 | ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ | ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ | 2 | 6.000,00 | 300,00 |
| 5. | 331941 10-0 | ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ | ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ | 2 | 4.000,00 | 200,00 |
| 6. | 331821 00 | ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ | ΔΙΒΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ | 2 | 8.000,00 | 400,00 |
| 7. | 438120 00-8 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΙΟΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΓΥΨΟΠΡΙΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑ | 1 | 2.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|---|---|-----------|--------|
| 8. | 323541 10-3 | ΦΙΛΜ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ | ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΔΙΠΛΟ | 4 | 6.000,00 | 300,00 |
| 9. | 331923 00-5 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗ | ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΩΡΛ | 1 | 6.000,00 | 300,00 |
| 10. | 331921 00-3 | ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΚΛΙΝΑΙ | ΚΛΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ | 2 | 500,00 | 25,00 |
| 11. | 331900 00-8 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ | ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ | 6 | 2.400,00 | 120,00 |
| 12. | 331900 00-8 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ | ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΡΩΝ | 1 | 2.000,00 | 100,00 |
| 13. | 331900 00-8 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ | ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ | 2 | 14.000,00 | 700,00 |
| 14. | 331520 00-0 | ΚΛΙΒΑΝΟΣ | ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ FLASH | 1 | 7.000,00 | 350,00 |
| 15. | 331921 30-2 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ | ΚΛΙΝΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ(ηλεκτρική με στρώμα νοσηλείας) | 2 | 5.000,00 | 250,00 |
| 16. | 331416 20-2 | ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ | ΣΕΤ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ | 1 | 300,00 | 15,00 |
| 17. | 317000 00-3 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ ΙΚΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚ Ο ΥΛΙΚΟ | ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1 | 2.000,00 | 100,00 |
| 18. | 438120 00-8 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΙΟΝΙΣΜΑΤΟΣ | ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΠΗΣ ΓΑΖΑΣ | 1 | 600,00 | 30,00 |
| 19. | 331416 20-2 | ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ | ΣΕΤ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ – ΡΙΝΟΣΚΟΠΙΟ – ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ | 1 | 2.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|--|---|-----------|---------|
| 20. | 331923 00-5 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΚΛΙΝΕΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΑ | ΤΡΟΛΕΥ ΚΑΡΔΙΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ Σ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ(EM ERGENCY TROLLEY) | 2 | 6.000,00 | 300,00 |
| 21. | 331923 00-5 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΚΛΙΝΕΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΑ | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ | 2 | 4.000,00 | 200,00 |
| 22. | 331416 20-2 | ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ | ΦΟΡΗΤΟ DOPPLER ΑΓΓΕΙΩΝ | 1 | 1.000,00 | 50,00 |
| 23. | 331610 00-6 | ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡ ΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ | 1 | 10.000,00 | 500,00 |
| 24. | 331922 30-3 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 1 | 25.000,00 | 1250,00 |

2. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια επιστρέφεται στο Πιστωτικό Ίδρυμα από το οποίο εκδόθηκε μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής των λοιπών προμηθευτών επιστρέφονται στα αντίστοιχα Πιστωτικά Ίδρυματα μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ στον Προμηθευτή. Τέλος επιστρέφεται μετά από αίτηση τους η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής των διαγωνιζόμενων των οποίων έχει απορριφθεί η προσφορά, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί ένδικα / ενδικοφανή μέσα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αυτών ή έχουν παραιτηθεί από αυτά.

3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Προμηθευτής για κάποιο τμήμα ή κάποια τμήματα, στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007, οπότε η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Α.Α.

4. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη.

5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Θ' της απόφασης διακήρυξης .

19.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης

1. Οι Προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση των ειδών, υποχρεούνται να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης όλων των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συμβατικής αξίας των υπό προμήθεια ειδών, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης οι ανάδοχοι θα εγγυηθούν ότι:

«Με την υπογραφή της Σύμβασης όλα τα είδη και υλικά του εξοπλισμού που θα προσκομίσει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για την εγκατάσταση και λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών, θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των σχετικών τεχνικών χαρακτηριστικών, σχεδίων και απαιτήσεων της προσφοράς του όπως έγινε αποδεκτή και ότι θα είναι στο σύνολο τους από υλικά άριστης ποιότητας και άριστης κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε στη σχεδίαση, είτε στα υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία κατασκευής, και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται στην χρήση, λειτουργία και αποτελέσματα για τα οποία προορίζονται και στις ιδιότητες και προδιαγραφές όπως αυτές

προδιαγράφονται στην διακήρυξη. Επιπλέον εγγυάται ότι όλα τα είδη θα είναι κατά την παράδοση του καινούργια και αμεταχείριστα και θα ικανοποιεί όλους τους όρους της σύμβασης που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του είδους». Τέλος εγγυάται ακόμα ότι :

«Εάν κατά την προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή των ειδών βρεθεί ότι κάποιο δεν πληροί τους όρους της συμφωνημένης Σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και δεν είναι δυνατόν κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ με αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκομένων των ειδών να γίνει απόλυτα κατάλληλο και έτοιμο για την χρήση που προορίζεται, αυτό θα απορριπτεται και ο Προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρα τα ακατάλληλα μέρη αυτού μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την Επιτροπή Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που αν περάσει άπρακτη, θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση καλής εκτέλεσης που έχει κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος και για την καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση του ακατάλληλου μέρους και για την τοποθέτηση του και για κάθε δαπάνη σχετική με την αντικατάσταση του ως άνω μέρους. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις, ο Προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για κάθε ζημιά που προκύπτει για αυτό από τις πιο πάνω βλάβες».

2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης.

3. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, ανά ΕΙΔΟΣ οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.

4. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ισχύει μέχρι την επιστροφή της.

5. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου φόρτωσης - παράδοσης των ειδών, ο προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής των ειδών.

6. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Θ' της απόφασης διακήρυξης.

19.3 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας.

1. Το χρονικό διάστημα (ως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε') από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του είδους, καλείται «περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας». Για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου είδους **κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας που θα προτείνει με την προσφορά του**, ο Προμηθευτής υποχρεούται με την οριστική παραλαβή, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 3% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της προμήθειας. Για το προτεινόμενο διάστημα αυτό ο Προμηθευτής για κάθε είδος εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει **χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή εκ μέρους της Α.Α. :**

α.- Την καλή και αποδοτική λειτουργία του είδους σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας που θα καθορίζεται στην προσφορά του και το οποίο ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' . Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενων ειδών. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του είδους πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.

β.- Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν θα ευθύνεται για καμιά βλάβη του είδους προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, κλπ. Η εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο εξάρτημα και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του **ενώ και τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο**. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του Προμηθευτή να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σε βάρος και για λογαριασμό του Προμηθευτή ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από το Όργανο Λήψης Αποφάσεων.

γ.- Στην εγγύηση περιλαμβάνεται η υποχρέωση του Προμηθευτή και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε το είδος να είναι πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας.

δ.- Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο Προμηθευτής υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για ίδιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον με την αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

ε.- Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο Προμηθευτής **υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα στην Ελλάδα** σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας τόσον κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και εξουσιοδότηση αυτού από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την συντήρηση του συγκεκριμένου είδους, όσον και να δεσμευτεί ότι θα εξασφαλίζει την ύπαρξη και προσκομιδή στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, όποιου ανταλλακτικού χρειαστεί, για το είδος, κατόπιν έγγραφης ζήτησης της Υπηρεσίας άνευ χρέωσης.

2. Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας του είδους, με Έγγραφο Δήλωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία θα συμπεριλάβει στον επιμέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, σύμφωνα με το εδάφιο 11 της παραγράφου 14.2 του παρόντος παραρτήματος ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο.

3. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες.

4. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας κατατίθεται με την οριστική παραλαβή των ειδών

5. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος Θ' της απόφασης διακήρυξης.

19.4 Όργανα που εκδίδουν εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισμένα τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυητικές επιστολές μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε κράτος του ΕΟΧ ή σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή σε τρίτη χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων.

Εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσας διατύπωσης.

19.5 Τρόπος σύνταξης των εγγυητικών επιστολών

Στις εγγυητικές επιστολές, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα :

α) Η ημερομηνία έκδοσης.

β) Ο εκδότης.

γ) Να απευθύνονται προς το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

δ) Τα στοιχεία της διακήρυξης ήτοι :

- ο Αριθμός της Διακήρυξης,

- η αναφορά : Αντικείμενο Ανοικτού Διαγωνισμού είναι η επιλογή Προμηθευτή για το ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ»,

- η ημερομηνία του διαγωνισμού.

ε) Ο αριθμός της εγγυητικής επιστολής.

στ) Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή.

ζ) Η πλήρης επωνυμία και την διεύθυνση του προσφέροντος Προμηθευτή υπέρ του οποίου δίνεται η εγγύηση.

η) Η σχετική σύμβαση και τα προς προμήθεια είδη και υπηρεσίες (για τις υπόλοιπες εγγυήσεις πλην της εγγύησης συμμετοχής).

θ) Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγυητικής επιστολής. Αν δεν αναγράφεται, η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή να είναι αορίστου διάρκειας.

ι) Οι όροι ότι:

ια) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διζήσεως.

ιβ) το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ιγ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ιδ) ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος αυτής, ύστερα από απλό έγγραφο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

ιε) στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προμηθευτών οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης / κοινοπραξίας.

Επί πλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι: «Οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται μόνο δια της επιστροφής σ' αυτόν της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη».

19.6 Λοιπά στοιχεία

Κάθε μία από τις ως άνω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές των οποίων το άθροισμα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης εγγύησης. Σε περιπτώσεις Ενώσεων Προσώπων ή Κοινοπραξιών, το άθροισμα των εγγυητικών επιστολών των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας θα ισούται με το ποσό της εγγύησης και θα κατανέμεται στα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν. Κάθε μια από τις εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόματι όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας και να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.

Οι τύποι των εγγυήσεων δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ' στο τέλος της παρούσας διακήρυξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Άρθρο 20°

Τιμές προσφορών

1. Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και οποιασδήποτε μορφής είδος θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία.
3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
4. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε είδος. Προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Προμηθευτής κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς.
9. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο προμηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
10. **Η χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την υλοποίηση της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών .Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών.**
11. Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ'

πίνακας Π1 της παρούσας διακήρυξης.

12. Οι τιμές στον πίνακα **Π1**, θα είναι **σε € (ευρώ)** και θα περιλαμβάνουν :

- Την προσφερόμενη τιμή απαλλαγμένη από Φ.Π.Α.
- Τον Φ.Π.Α. που βαρύνει την αξία σε ποσοστό 23 % και σε ποσό.
- Την προσφερόμενη τιμή που περιλαμβάνει και τον Φ.Π.Α.

Επιπλέον οι τιμές **των πεδίων** που αναφέρονται **επί ποινή αποκλεισμού αριθμητικά και ολογράφως** (που υπερिशύει σε περίπτωση ασυμφωνίας με την αριθμητική τιμή). **Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί έστω και ένα πεδίο του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς Π1, του αντίστοιχου είδους για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ακόμη σε περίπτωση λαθών στις αριθμητικές πράξεις ή λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ ετήσιας τιμής και συνολικής τιμής του πίνακα Π1 η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

13. Προσφορά που δεν δίνει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος όταν ανοιχθεί, **θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη**. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή παρακράτηση κυριότητας **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**. **Επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που θέτουν όρους ως προς τον τρόπο πληρωμής του διαγωνιζόμενου από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.**

14. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.

15. Η προσφορά **απορρίπτεται** και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.

Άρθρο 21°

Εναλλακτικές προσφορές - Αντιπροσφορές

Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από την ίδια εταιρεία και **απορρίπτονται ως απαράδεκτες**. Αντιπροσφορές ή τροποποίηση των προσφορών, δεν γίνονται δεκτές και **απορρίπτονται σαν απαράδεκτες**.

Άρθρο 22°

Διοικητικές προσφυγές – Ένδικα μέσα

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007.

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ . 118/2007.

Η ένσταση απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή στην οποία και κατατίθεται εγγράφως, ως εξής:

(α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

(β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου στον διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

(γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π. . 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον ανάδοχο κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της υπό ανάθεση υπηρεσίας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ("παράβολα από κάθε αιτία"). Το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 202/ 2005).

Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση του Φορέα Διεξαγωγής του διαγωνισμού. **Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, με δική τους φροντίδα .**

Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του ΠΔ 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή. Επί της προσφυγής αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Κατά τα λοιπά , για τις αναφερόμενες ανωτέρω ενστάσεις ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.δ.118/2007. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Τμήμα γραμματείας (Κεντρικό πρωτόκολλο) του νοσοκομείου προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που αναφέρονται στα ανωτέρω νομοθετήματα δεν γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται.

Άρθρο 23°

Χρόνος και τόπος παράδοσης του εξοπλισμού

23.1 Η παράδοση του είδους θα πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα **εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών**. Μέσα στο διάστημα αυτό (**χρόνος παράδοσης**) πρέπει να γίνουν η προσκόμιση του είδους στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η προσωρινή παραλαβή του, η μεταφορά του νέου είδους μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και εντός του χώρου τοποθέτησης του, η εγκατάσταση του νέου είδους, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές, (δοκιμαστική περίοδος) και η παράδοση τους σε κατάσταση λειτουργίας. Στο ίδιο διάστημα πρέπει να ολοκληρωθεί και η εκπαίδευση του προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ από τον Προμηθευτή. **Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία που καθορίζεται στο άρθρο 18 εδάφιο 2 του παρόντος παραρτήματος και λήγει με την οριστική παραλαβή του είδους.**

Το είδος θα προσκομισθεί ελεύθερο επί εδάφους στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, στην διεύθυνση Λ.Αθηνών 53 Τ.Κ.20100 Κόρινθος Ελλάδα, **και στον προστατευμένο χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που θα του υποδείξει η Α.Α.**

Ο Προμηθευτής υποχρεούται κατά την παράδοση του είδους να παραδώσει και πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα

23.2 Η δήλωση χρόνου παράδοσης (μέσα στα δικαιολογητικά του φακέλου τεχνικής προσφοράς του άρθρου 14 του παρόντος παραρτήματος) μεγαλύτερου από τον ως άνω ορισθέντα, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και **η προσφορά απορρίπτεται.**

23.3 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του Προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης τα είδη δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ μέχρις έκδοσης απόφασης σχετικής με την αιτηθείσα παράταση άσχετα εάν το αίτημα του Προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει τα είδη.

23.4 Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεούται να διαμορφώσει και ετοιμάσει τον χώρο τοποθέτησης του είδους σύμφωνα με τις αναγκαίες απαιτήσεις του προμηθευτή .

23.5 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, και την Επιτροπή Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για την ημερομηνία που προτίθεται να προσκομίσει τα είδη στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

23.6 Μετά την προσκόμιση των ειδών στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ο Προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό προσκόμισης θεωρημένο από τον υπεύθυνο της Α.Α., στο οποίο να αναφέρονται ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκαν, η ημερομηνία προσκόμισης, τα είδη, και ο αριθμός των δεμάτων, όπως αυτά δίδονται στα δελτία αποστολής που τα συνοδεύουν.

23.7 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, να **μετατίθεται**. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΠΔ 118/2007.

Άρθρο 24° **Παραλαβή του εξοπλισμού**

24.1 ΣΕΙΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Η σειρά (χρονοδιάγραμμα) των ενεργειών (φάσεων) που πρέπει να εκτελεστούν **αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης**, για να ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή του είδους είναι η ακόλουθη :

ΦΑΣΗ Α) Ο Προμηθευτής στον χρόνο που απομένει μέχρι την οριστική παραλαβή , οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις δικές του υποχρεώσεις όπως μεταφορά του νέου είδους εντός του χώρου τοποθέτησης, εγκατάστασή του, συνδέσεις, ρυθμίσεις, δοκιμές, εκπαίδευση προσωπικού, και θέση σε πλήρη λειτουργία του νέου είδους

ΦΑΣΗ Β) Η σειρά των ενεργειών κλείνει με την οριστική παραλαβή του είδους από τον φορέα σύμφωνα με το εδάφιο 24.2 του παρόντος άρθρου.

24.2 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Κατά την οριστική παραλαβή, η οποία και θα ολοκληρωθεί εντός των αναφερόμενων χρονοδιαγραμμάτων που αναφέρονται στο Παράρτημα Β (άρθρο 23) και Γ, θα πρέπει να εκτελεστούν τα ακόλουθα :

α.- Ο Προμηθευτής πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και εγκατάσταση του είδους στο χώρο τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς, στο Γ.Ν.Κορίνθου.

Ο Προμηθευτής υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του είδους και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που του διαθέτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Η παραλαβή του είδους (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική κείμενη νομοθεσία, από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει τα σχετικά πρακτικά παραλαβής εντός **δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών**, από την παραλαβή του είδους. Οι περιγραφόμενες στη σύμβαση δυνατότητες του είδους θα ελεγχθούν σε κάθε περίπτωση με τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, σε πραγματικές συνθήκες. Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για την εγκατάσταση και λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, πρέπει να είναι καινούργια αμεταχείριστα χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.

Ο Προμηθευτής υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο Προμηθευτής υποχρεώνεται να υπακούσει σε οποιοδήποτε εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών του, για υλικό το οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του.

β.- Ο Προμηθευτής υποχρεούται να πραγματοποιήσει την πλήρη εκπαίδευση του αντίστοιχου προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (χρήστες) επί της λειτουργίας του είδους και επί της πλήρους εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει καταθέσει με την προσφορά του, για τους χρήστες του είδους (ιατρούς – φυσικούς – τεχνολόγους) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Η εν λόγω εκπαίδευση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακών ημερών, με έναρξη μετά την εγκατάσταση του είδους από τον ανάδοχο και άνευ πρόσθετης αμοιβής αυτού, **και θα έχει ολοκληρωθεί με την οριστική παραλαβή του είδους.**

γ.- Με την λήξη του διαστήματος της δοκιμαστικής περιόδου και αφού η Ε.Π. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ βεβαιωθεί ότι το είδος ανταποκρίνεται πλήρως και συμμορφώνεται στους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, των τεχνικών σχεδίων και διαγραμμάτων και είναι απολύτως σύμφωνος με την προσφορά του Προμηθευτή, μετά από λεπτομερείς ελέγχους σε κάθε περίπτωση με τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, και όπου αυτό δεν είναι δυνατό σε πραγματικές συνθήκες με την διαδικασία εξετάσεων ή / και δοκιμές στις οποίες θα τον υποβάλλει αυτή κατά την κρίση της, θα γίνει η οριστική παραλαβή αυτού και θα συνταχθεί το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής.

Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει :

- Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

- Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Manuals) στην ελληνική γλώσσα

- Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του είδους

- Δύο (2) σειρές επισήμων καταλόγων (βιβλίων), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλους τους κωδικούς ανταλλακτικών του εργοστασίου παραγωγής του είδους (Parts Books) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

24.4 Εάν κατά την παραλαβή του είδους ανακúψουν προβλήματα, δεν συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο, ισχύουν δε τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 του ΠΔ 118/2007 και στο άρθρο 19.2 του παρόντος παραρτήματος.

24.5 Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας μπορεί να μειωθεί, δεν μπορεί όμως να υλοποιηθεί μετά την ημερομηνία που θα ορίζεται στην σύμβαση, παρά μόνο με την σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Γενικότερα, οποιοσδήποτε αλλαγές του χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να γίνονται με την σύμφωνη γνώμη Α.Α. και Προμηθευτή **και κατόπιν προέγκρισης από την ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου.**

24.6 Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Η Α.Α. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Προμηθευτή ή τρίτων. Ο Προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του είδους μέχρι την προσκόμιση του στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και την υποβολή στην Υπηρεσία του αποδεικτικού προσκόμισης θεωρημένου από τον υπεύθυνο της Α.Α σύμφωνα με το άρθρο 23.6 του παρόντος παραρτήματος.

24.7 Παραλαβή δε θα γίνει δεκτή αν τα προσφερόμενα είδη δεν είναι αυτά που προσφέρθηκαν και κατακυρώθηκαν.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 27 και 28 του ΠΔ 118/2007.

Άρθρο 25°

Κήρυξη Προμηθευτή έκπτωτου

25.1 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο για τους λόγους που περιγράφονται στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007, παρ. 1 και 2. Η έκπτωση γίνεται με απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, οπότε και καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Α.Α. η εγγύηση συμμετοχής του ή η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση.

25.2 Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον έκπτωτο ανάδοχο θα είναι σύμφωνες με το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007, παρ. 5. Σε περίπτωση εκπτώσεως του Προμηθευτή, η Α.Α. δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του εξοπλισμού, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Α.Α.

25.3 Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση που ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σ' αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 32 και 34 του ΠΔ 118/2007.

Άρθρο 26°

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση

26.1 Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί-παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, με υπαιτιότητα του Προμηθευτή, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007, επιβάλλεται και πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007.

- Ο χρόνος υπέρβασης της συμβατικής προθεσμίας υπολογίζεται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά προστίμων όπως προβλέπονται στη σύμβαση (χωρίς Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
- Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την πληρωμή του Προμηθευτή.
- Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας.

26.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/2007.

Άρθρο 27° Προκαταβολές

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

Άρθρο 28° Πληρωμές

28.1 Η πληρωμή της αξίας της τιμής προμήθειας του είδους στον ανάδοχο θα γίνει σε ευρώ, με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις του επόμενου εδαφίου 28.2, μετά την οριστική παραλαβή αυτού. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προκειμένου να πληρωθεί η αξία στον ανάδοχο, απαιτούνται :

(α) τα τιμολόγια πώλησης – δελτία αποστολής του Προμηθευτή,
(β) το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής με το οποίο πιστοποιείται η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους, εγκατεστημένου και σε πλήρη λειτουργία, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ή στην περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, το θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος παραρτήματος.

(γ) κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί, σύμφωνα με τον νόμο.

Με την εξόφληση της συμβατικής αξίας εκδίδεται και παραδίδεται στον φορέα εξοφλητική απόδειξη του Προμηθευτή.

28.2 Η δαπάνη για την πληρωμή του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες είναι οι ακόλουθες :

- 2% (υπέρ ψυχικής υγείας) επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων (άρθρο 3 Ν.3580/2007 και άρθρο 24 Ν.3846/2010)
- 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Από την πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 4% επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών (άρθρο 55 Ν.2238/1994, ΦΕΚ 151Α).

Διευκρινίζεται ότι ο ΦΠΑ που αναλογεί στη συμβατική αξία θα καταβληθεί από την προμηθεύτρια στο Δημόσιο Ταμείο σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις.

28.3 Η πληρωμή της αξίας του είδους στον ανάδοχο γίνεται μετά την υποβολή όλων των απαιτητών για την πληρωμή δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί, σύμφωνα με τον νόμο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η Α.Α. καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους, όταν παρέλθει η προβλεπόμενη από την σχετική νομοθεσία προθεσμία. **Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η Α.Α. υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»).**

28.4 Οποιοσδήποτε άλλος διαφορετικός όρος που τυχόν αναφέρεται στις οικονομικές προσφορές σχετικά με τον τρόπο ή χρόνο εξόφλησης της αξίας του είδους ή και άλλες πιθανές ρήτρες, επιφέρει **ποινή αποκλεισμού**, και δεν θα ληφθεί υπόψη από τις επιτροπές του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ προς τον διαγωνιζόμενο, ούτε θεμελιώνει κανένα δικαίωμα στον διαγωνιζόμενο έναντι του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του ΠΔ118/2007.

Άρθρο 29° Ανωτέρα βία

29.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς από αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω :

1. Γενική απεργία, που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του διαγωνιζόμενου
2. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του διαγωνιζόμενου
3. Πλημμύρα
4. Σεισμός
5. Πόλεμος
6. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών

7. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

8. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες με αποκλεισμό μεταφορών.

29.2 Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως και να επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία των 20 ημερών δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.

Άρθρο 30° **Επίδειξη Δείγματος**

Δεν προβλέπεται η επίδειξη δείγματος.

Άρθρο 31° **Έλεγχοι**

Καθόσον η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ είναι συγχρηματοδοτούμενη από την Ε.Ε., το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεούται να δέχεται ελέγχους από τα αρμόδια ορισμένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος, όπως αυτά προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης και διαχείρισης έργων συγχρηματοδοτούμενων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στους ελέγχους αυτούς ενδέχεται μέρος της διαδρομής ελέγχου να αποτελέσει και ο Προμηθευτής της εν λόγω προμήθειας.

Άρθρο 32° **Χρηματοδότηση**

Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Λόγω της παραπάνω χρηματοδότησης, υποχρεωτικά τηρούνται όλοι οι ισχύοντες Νόμοι, Κανονισμοί και Οδηγίες περί εκτέλεσης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΟΥΔΙΑΣ

Για την ακρίβεια
Η Πρ/νη Τμ.Γραμματείας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

6.3 – «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»

Το παρόν Παράρτημα περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους όρους της διακήρυξης θα εκτελεσθεί η παρούσα προμήθεια του είδους, αποτελεί δε αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

ΑΡΘΡΟ 1^ο - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

1.1. Η παράδοση-παραλαβή των ειδών προϋποθέτει ορισμένες ενέργειες σε χρονική αλληλουχία τόσο από τον Προμηθευτή όσο και από τον Φορέα. Οι ενέργειες (φάσεις) αυτές αναλυτικά είναι οι ακόλουθες :

A. Ο Προμηθευτής μέχρι την οριστική παραλαβή οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις δικές του υποχρεώσεις όπως μεταφορά του είδους εντός του χώρου τοποθέτησης, εγκατάστασή του, συνδέσεις, ρυθμίσεις, δοκιμές, εκπαίδευση προσωπικού, και θέση σε λειτουργία του νέου είδους

B. Η σειρά των ενεργειών κλείνει με την οριστική παραλαβή του είδους από τον φορέα σύμφωνα με το εδάφιο 24.2 του παραρτήματος Β΄ της απόφασης διακήρυξης.

1.2. Αν απαιτείται ο Προμηθευτής υποχρεούται με δική του ευθύνη και έξοδα να φροντίσει ώστε με ασφαλή τρόπο και σε χρονοδιάγραμμα εγκεκριμένο από την τεχνική υπηρεσία που δε θα ξεπερνά τις εξήντα (60) ημερολογιακές μέρες να:

α) προσκομίσει το είδος στο χώρο του Νοσοκομείου

β) αποξηλώσει τον υφιστάμενο προς αντικατάσταση είδος και να τον απομακρύνει σε θέση που θα του υποδειχθεί από την Τ.Υ. εντός του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου

γ) διαμορφώσει κατάλληλα το χώρο εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού όπως επίσης και τα υφιστάμενα δίκτυα π.χ. ηλεκτρικά, υδραυλικά, αερισμού, ατμού έτσι ώστε να είναι έτοιμα να δεχθούν το είδος

δ) μεταφέρει και εγκαταστήσει το είδος και να το θέσει σε λειτουργία αφού το συνδέσει με τα υφιστάμενα δίκτυα

Οτιδήποτε εξαρτήματα, υλικά και εργασίες χρειαστούν για τα ανωτέρω βαρύνουν αποκλειστικά τον Προμηθευτή ο οποίος υποχρεούται επίσης να αποκαταστήσει οποιοσδήποτε ζημιές ή βλάβες προκληθούν κατά τη διαδικασία. Μελέτες, αδειοδοτήσεις, προεγκρίσεις από ΕΕΑΕ, κατασκευές, άδειες λειτουργίας -, κ.λ.π.) ανήκουν κατ' αποκλειστικότητα στις υποχρεώσεις του Προμηθευτή (για όποια έργα απαιτείται μετά από αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας).

1.3. Ο Προμηθευτής υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του είδους και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που διαθέτει. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε νοσοκομείο οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.

1.4. Η παραλαβή του είδους (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει με την εγκατάσταση και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική κείμενη νομοθεσία και τα υπόλοιπα παραρτήματα της παρούσας διακήρυξης. Οι περιγραφόμενες στη σύμβαση δυνατότητες του είδους θα ελεγχθούν σε κάθε περίπτωση με τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο, και όπου αυτό δεν είναι δυνατό σε πραγματικές συνθήκες.

1.5. Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του υπό προμήθεια είδους-είδους, πρέπει να είναι καινούργια αμεταχείριστα χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία & τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.

1.6. Ο Προμηθευτής υποχρεώνεται να δώσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά των μηχανημάτων και να εκδώσει τις κατά περίπτωση απαιτούμενες από το νόμο άδειες και να παρέχει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους.

1.7. Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο Προμηθευτής υποχρεώνεται να υπακούσει σε οποιοσδήποτε εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών του, για υλικό το οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του.

1.8. Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά, καθορίζεται από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18.2 του Παραρτήματος Β΄ της απόφασης διακήρυξης, σε **εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες**.

ΑΡΘΡΟ 2^ο - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Κ.Λ.Π.

2.1. Άπαντα τα σχετικά συνυποβαλλόμενα με την προσφορά στοιχεία από τους «προμηθευτές», και κύρια τα στοιχεία τα οποία κρίνονται, όπως τεχνική περιγραφή, γενικοί-ειδικοί όροι, εγχειρίδια λειτουργίας, φύλλο/α συμμόρφωσης, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για το εξειδικευμένο τεχνικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό, εξασφάλιση μακρόχρονης παροχής ανταλλακτικών, εξασφάλιση μακρόχρονης παροχής υπηρεσιών, εγκατάστασης, service, εκπαίδευσης κλπ. εγγυήσεις ή καλύψεις τεχνικής ή οικονομικής φύσης κ.λ.π. στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην διακήρυξη, προκειμένου να κριθούν, χαρακτηρισθούν και αξιολογηθούν πρέπει να είναι οπωσδήποτε επιβεβαιωμένα-τεκμηριωμένα από τον αντίστοιχο κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος θα διαθέτει οπωσδήποτε και την αναγκαία οικονομοτεχνική ανάπτυξη-υποδομή στην Ελλάδα.

Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας EN ISO ως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ (με πιστοποιητικά επίσημου οργανισμού πιστοποίησης μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα, τα οποία θα καταθέσουν στον επιμέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς)(**επί ποινή αποκλεισμού**).

α. Στοιχεία φωτοτυπημένα, αόριστα, ελλιπή ή ασαφή δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση.

β. Στο περιεχόμενο των πάσης φύσεως βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών, ή δικαιολογητικών, ή εγγυήσεων-καλύψεων (χρονικές – ποιοτικές – ποσοτικές - παροχής όρων συντήρησης – ανταλλακτικών - αναλωσίμων κλπ.), τα οποία θα αναφερθούν & κατατεθούν από τους «προμηθευτές» για την αξιολόγηση, προμήθεια – εγκατάσταση – παράδοση – εκπαίδευση - διασφάλιση συντήρησης, εγγυήσεων, ανταλλακτικών, αναλωσίμων, εκπαιδευμένου (τεχνικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού) κλπ., και τα οποία θα είναι πρωτότυπα, θα περιλαμβάνονται πλήρη στοιχεία, κατά περίπτωση, του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (Διεύθυνση, τηλέφωνο, Fax, κλπ.) και του υπογράφοντος Νομίμου Εκπροσώπου του προμηθευτή (όνομα - ιδιότητα).

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΣΟ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ).

ΑΡΘΡΟ 3^ο - ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

3.1. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Η σύνθεση του συνεργείου συντήρησης καθώς και τα τυπικά κλπ. προσόντα των απασχολούμενων θα πρέπει να αναφερθούν αναλυτικά στην προσφορά, στον φάκελο τεχνικής προσφοράς, καθώς και τα αντίστοιχα διακριβωμένα προς τις ανωτέρω ενέργειες συντήρησης-επισκευής όργανα.

Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή τη συντήρηση, τα οποία είναι στοιχεία που χαρακτηρίζονται, απαράβατοι όροι, οδηγούν σε **απόρριψη** των προσφορών.

3.2. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του είδους για τόσα χρόνια

ως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' από την οριστική παραλαβή του (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας) αναλαμβάνοντας παράλληλα όλες τις αναγκαίες συντηρήσεις με τα παρελκόμενά τους (υλικά και εργασία για τη συντήρηση) κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις, ως και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον (10) συνολικά έτη από την οριστική παραλαβή του, με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση προσφοράς της εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν των τριών ετών, η σχετική πέραν των τριών ετών επιβεβαίωση θα γίνεται με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη του όλου είδους προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, κλπ., όπως προβλέπει το συνημμένο σχέδιο σύμβασης πλήρους συντήρησης-επισκευής (Παράρτημα Θ' της απόφασης διακήρυξης), εκτός αναλωσίμων που αναφέρεται στη διακήρυξη ότι εξαιρούνται. Στην πλήρη εγγύηση περιλαμβάνεται υποχρέωση του διαγωνιζόμενου και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε το είδος να είναι πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας.

3.3. Κατά τη διάρκεια τόσο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλάβης κλπ. που θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (τεχνική υπηρεσία, Β/Τ) και τον τεχνικό του Προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτια τους και οι ενέργειες αποκατάστασής του από τον ανάδοχο καθώς και η διάρκεια ακινητοποίησης (down time) του είδους. Ο Προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν για το είδος της και θα στέλνεται Fax, οπότε από την 08.00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας θα αρχίζει να μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης.

3.4. Κατά την οριστική παραλαβή του είδους-είδους (βλέπε άρθρο 24.3 του Παραρτήματος Β' της απόφασης προκήρυξης) ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, καθώς και όλους τους απαραίτητους κωδικούς ελέγχων και επισκευών και όλα τα σχεδιαγράμματα των επιμέρους τμημάτων του είδους-είδους.

3.5. Σχετικά με την παροχή εγγυήσεων από τον ανάδοχο για την τήρηση των όρων της σύμβασης προμήθειας και συντήρησης ισχύουν τα ακόλουθα :

α. Κατά την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας ο **Προμηθευτής** υποχρεώνεται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό με άλλη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης, ίση με το δέκα τοις εκατό (10%) της συμβατικής αξίας του υπό προμήθεια είδους (χωρίς Φ.Π.Α.).

β. Με την οριστική παραλαβή του είδους ο Προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με την εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ύψους ίσου με το 3% της συμβατικής αξίας του παραληφθέντος είδους (χωρίς τον ΦΠΑ).

γ. Σε περίπτωση αφαίρεσης της εξουσιοδότησης του κατασκευαστικού οίκου ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προς τον ανάδοχο, για παροχή ανταλλακτικών - συντηρήσεων - τεχνικής υποστήριξης - εγγυήσεων κλπ. και εντός της απαιτούμενης δεκαετίας, θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση δέσμευσης του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του είδους, με τους ίδιους ζητούμενους όρους μέχρις συμπλήρωσης της δεκαετίας τουλάχιστον.

ΑΡΘΡΟ 4^ο - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ –ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

4.1 Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να συνυποβάλλει με ποιινή αποκλεισμού, οπωσδήποτε μετά της προσφοράς του (στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς) τα παρακάτω, προκειμένου αφενός μεν τα αντίστοιχα στοιχεία να αξιολογηθούν και αφετέρου δε να εξασφαλίζεται η πλήρης εκμεταλλευσιμότητα των δυνατοτήτων και αποδόσεων των ειδών και κύρια να διασφαλίζεται από

τους χρήστες η κανονική λειτουργία του είδους-είδους και ταυτόχρονα να προστατεύεται η Δημόσια Υγεία με την χρησιμοποίηση των αναγκαίων εκάστοτε στοιχείων, κατά τη διενέργεια των εξετάσεων :

α. Πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα κατά την παράδοση του είδους, ενώ στην αρχική προσφορά (στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς) μπορεί να δοθεί στην Αγγλική και κατά προτίμηση και στην Ελληνική.

β. Όπου απαιτείται από τις τεχνικές μας προδιαγραφές-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'. Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους τεχνικούς του Νοσοκομείου (ένας τεχνικός τουλάχιστον θα εκπαιδευτεί και θα παρακολουθεί όλες τις μετεκπαιδεύσεις που θα πραγματοποιούνται για τους τεχνικούς του οίκου, θα του χορηγηθεί δε πιστοποιητικό ώστε να μπορεί να επεμβαίνει για επισκευή και συντήρηση), ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα.

4.2. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να αναφέρει ότι διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (πέραν και ανεξάρτητα του αντίστοιχου τεχνικού προσωπικού για παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης, κ.λ.π.) για την υποστήριξη των προσφερομένων ειδών και επίδειξη – εκμάθηση του προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ τόσο επί της λειτουργίας των ειδών όσο και επί των δυνατοτήτων αποτελεσματικότερης και επωφελέστερης εκμετάλλευσης και ανάπτυξης της απόδοσής των, ποιοτικής και ποσοτικής.

Το υπόψη εκπαιδευτικό ως και το τεχνικό προσωπικό θα αναφερθούν χωριστά με τον αντίστοιχο χρόνο ενασχόλησής τους, τα προσόντα, εκπαίδευση κ.λ.π. και θα συνυποβληθούν σχετικά πιστοποιητικά ειδικής προς τούτο εκπαίδευσης και αντίστοιχης εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να τεκμηριώνεται η καταλληλότητά τους, αντίστοιχα, για την πλήρη εκπαίδευση ιατρών / φυσικών / τεχνολόγων επί της λειτουργίας των μηχανημάτων και της πλήρους εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων των ειδών ενώ για το τεχνικό προσωπικό ή καταλληλότητα του για εγκατάσταση, service κ.λ.π. των υπόψη ειδών.

Η υπόψη εκπαίδευση του προσωπικού για τα μηχανήματα θα είναι διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ημερών άνευ πρόσθετης αμοιβής του Προμηθευτή, με έναρξη μετά την εγκατάσταση του είδους-είδους, και θα έχει ολοκληρωθεί πριν την οριστική παραλαβή αυτού.

Πέραν τούτου, ο Προμηθευτής υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει την ως άνω εκπαίδευση για ίδιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, μέσα στην διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.

4.3. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του είδους, να παράσχει επί πλέον μία **τουλάχιστον** ανάλογη εκπαίδευση ύστερα από αίτημα του φορέα χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής.

4.4. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν διαθέτει το προσωπικό της παραγράφου 4.2, πρέπει στην προσφορά να υπάρχει έγγραφο του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η εκπαίδευση θα γίνει από δικό του εξειδικευμένο προσωπικό στην Ελληνική γλώσσα και με τους όρους που αναφέρονται στο παρόν άρθρο 4.

ΑΡΘΡΟ 5^ο - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – SERVICE

5.1. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να εξασφαλίσει την ύπαρξη αμεταχείριστων ανταλλακτικών και κύρια τη διάθεση αυτών, ως και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του είδους με τον παρελκόμενο είδος, επί δέκα (10) τουλάχιστον συνολικά έτη. Η ανάλογη δέσμευση θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς, για την αξιολόγηση της προσφοράς, δεδομένου ότι κρίνεται ως ουσιώδης απαίτηση της διακήρυξης για την ομαλή, απρόσκοπτη και μακρόχρονη λειτουργία του είδους.

ΑΡΘΡΟ 6^ο - ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6.1 Οι προσφορές για να χαρακτηρισθούν καταρχήν αποδεκτές και να αξιολογηθούν θα πρέπει **με ποινή αποκλεισμού** της προσφοράς, να είναι πλήρεις, σαφείς, αναλυτικές, τεκμηριωμένες και δεόντως υπογεγραμμένες και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τεχνικές ή πληρότητας, βεβαιώσεων κ.λ.π. που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.

Τα στοιχεία των προσφερομένων ΕΙΔΩΝ πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένα ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερομένων ειδών, σε σύγκριση με τις τεχνικές κλπ. απαιτήσεις της διακήρυξης, των ποιοτικών, ποσοτικών, λειτουργικών αποδόσεων και πλεονεκτημάτων των ειδών, ως επίσης των εγγυήσεων, της τεχνικής υποδομής για παροχή υπηρεσιών και της εξασφάλισης – προμήθειας ανταλλακτικών ή αναλωσίμων, της δυνατότητας για παροχή εκπαίδευσης για τις λειτουργικές ανάγκες ή τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών σέρβις κλπ.

6.2 Ο επί μέρους φάκελος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση – παραπομπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης.

Επίσης θα συνοποβάλλεται πλήρες «Φύλλο Συμμόρφωσης – Τεκμηρίωσης» με βάση το προτυπωμένο έντυπο του Παραρτήματος ΣΤ΄ της απόφασης διακήρυξης, το οποίο θα περιλαμβάνει με πληρότητα για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών όλες τις απαντήσεις (ανά πεδίο του πίνακα τεχνικών προδιαγραφών) σε πλήρη ανταπόκριση – παραπομπή, για τεκμηρίωση, στα συνημμένα τεχνικά εγχειρίδια και τα συνοποβαλλόμενα prospectus ή δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα) ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ΝΑΙ ή συμφωνούμε κλπ. χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία μεταξύ κειμένου, ανά παράγραφο και prospectus, **θα αποκλείονται**.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες καταθέτουν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά για τεχνικά χαρακτηριστικά ή δυνατότητες των προσφερομένων ειδών ή για το εκπαιδευτικό ή τεχνικό προσωπικό ή για τις εγγυήσεις – καλύψεις χρονικές – λειτουργικές ή για σέρβις ή για ανταλλακτικά κ.λ.π. θα πρέπει απαραίτητα :

α. Να είναι πρωτότυπες (όχι φωτοτυπίες) του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση

β. Να αναγράφονται πλήρη στοιχεία του εκδότη, του υπογράφοντος και του νομίμου εκπροσώπου (τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) για δυνατότητα επαλήθευσης και

γ. Να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική

6.3. Προσφορές οι οποίες στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ή στο ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ κλπ. θα είναι αόριστες, ασαφείς ή ελλιπείς και δεν θα πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, για τεκμηρίωση, θα χαρακτηρίζονται με ουσιώδεις αποκλίσεις και **θα αποκλείονται** της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης.

6.4. Για διευκόλυνση και διασφάλιση της διαδικασίας αξιολόγησης, το σύνολο των στοιχείων της Τεχνικής Προσφοράς (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ / ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ κ.λ.π., ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) θα υποβάλλονται οπωσδήποτε σε δύο πλήρεις σειρές, σε χωριστούς φακέλους – ντισιέ με αριθμηση του περιεχομένου κάθε φακέλου και αντίστοιχο ευρετήριο και σε ηλεκτρονική μορφή **επί ποινή αποκλεισμού**.

6.5. Οι συμμετέχοντες πρέπει, **με ποινή αποκλεισμού**, να καταθέσουν με την προσφορά (στον

επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς) και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO, EN ISO (όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'), και τα πιστοποιητικά σήμανσης CE για το προσφερόμενο είδος ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 7^ο - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

7.1 Ο Προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του είδους μέχρι την προσκόμισή του και την υποβολή στην Υπηρεσία του θεωρημένου αποδεικτικού προσκόμισης κατά το άρθρο 23 του Παραρτήματος Β' της απόφασης διακήρυξης.

7.2 Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

7.3 Τα κατατιθέμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), όταν αυτά ζητούνται, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι αυθεντικά επίσημα πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του.

7.4 Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνυπογραφεί με το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ούτε του επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή όλης της υπογραφείσας Σύμβασης σε οποιονδήποτε τρίτο.

7.5 Ο Προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά, εκτός του ΦΠΑ.

7.6 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους προμηθευτές να παρέχουν σχετικές διευκρινίσεις για τα υποβληθέντα δικαιολογητικά καθ' όλη την διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών (άρθρο 51 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ).

7.7 Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλάβουν την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και σε κάθε άλλη Αρχή, εφόσον απαιτηθεί, για την απαλλαγή του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ από τους δασμούς κλπ.

7.8 Τυχόν αναφορά σε συγκεκριμένες ονομασίες προϊόντος νοείται (έστω και αν εκ παραδρομής δεν αναφέρεται) ότι αφορά σε όλα τα ισοδύναμα προϊόντα αυτού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

6.4 - «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»

ΕΔΑΦΙΟ Δ.1 ΓΕΝΙΚΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση όσων προσφορών έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής, θα γίνει με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 118/07. Οι τιμές χωρίς ΦΠΑ θα ληφθούν υπ' όψιν για την σύγκριση των προσφορών, για κάθε ΕΙΔΟΣ ξεχωριστά. Για να επιλέξει την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) του νοσοκομείου θα προβεί σε Τεχνική (2^ο στάδιο του άρθρου 15 των Γενικών όρων) και κατόπιν σε Οικονομική αξιολόγηση (3^ο στάδιο άρθρου 15 των Γενικών όρων). Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση την παρακάτω διαδικασία.

ΕΔΑΦΙΟ Δ.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτουν οι τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα Ε) και τα λοιπά παραρτήματα της Απόφασης Διακήρυξης βάσει όλων των στοιχείων που έχουν συνυποβληθεί με την προσφορά και που μπορούν να οδηγήσουν αιτιολογημένα σε σχηματισμό σαφούς εικόνας από την Ε.Δ.Δ. του νοσοκομείου.

Αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης (2^ο στάδιο του άρθρου 15 των Γενικών όρων).

ΕΔΑΦΙΟ Δ.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ακολουθεί ο έλεγχος των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με το 3^ο στάδιο του άρθρου 15 του Παραρτήματος Β της Απόφασης Διακήρυξης.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης/ ελέγχου των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, η Ε.Δ.Δ. του νοσοκομείου υπολογίζει τις ανηγμένες τιμές σύγκρισης των αποδεκτών προσφορών και κατατάσσει τις προσφορές αυτές σε Συγκριτικό Πίνακα με αύξουσα σειρά λαμβανομένων υπ' όψιν μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

6.5 - «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»

ΕΙΔΟΣ 1: MONITORS (ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ) ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **Τεμ. (1)**

Προϋπολογισμός: **4.000,00€** (Συμπ. ΦΠΑ 23%)

ΓΕΝΙΚΑ:

1. Το monitor να είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας στερεάς και ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, (ει δυνατόν βυσματούμενου τύπου).
2. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220 V/50Hz και με μπαταρία που θα προσφέρει αυτονομία **4 ωρών** τουλάχιστον. Η αντικατάστασής της θα πρέπει να γίνεται εύκολα ακόμη και από μη, εξειδικευμένα άτομα.
3. Να διαθέτει CE Mark και να υπόκειται στους διεθνείς κανόνες ασφαλείας, αξιοπιστίας και ποιότητας, για όλες τις μετρούμενες παραμέτρους, οι οποίοι και θα κατονομάζονται. Να κατατεθούν τα ανάλογα πιστοποιητικά.
3. Να είναι λειτουργικό, όσο το δυνατόν περιορισμένου όγκου και βάρους, παρέχοντας άνεση και ευκολία στην χρήση - λειτουργία. Να αναφερθούν διαστάσεις και βάρος.
4. Οι ζητούμενες επιδόσεις, αποδόσεις και δυνατότητες θα πρέπει απαραίτητως να πιστοποιούνται με ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.

MONITOR:

1. Να διαθέτει απαραίτητως τις κατωτέρω αναφερόμενες ενισχυτικές βαθμίδες-εισόδους:
 - α. Μία καρδιογραφήματος -αναπνοής.
 - β. Μία αιματηρής πίεσης (IBP).**Να προσφερθεί προς επιλογή**
 - γ. Μία αναιμάκτου πίεσεως (NIBP).
 - δ. Μία κορεσμού αιμοσφαιρίνης. (Αναιμακτη μέθοδος).
 - ε. Μία θερμοκρασίας
 - στ. Αναγνώρισης και αποθήκευσης αρρυθμιών όλων των τύπων .
 2. Να διαθέτει ενσωματωμένο καταγραφικό δύο καναλιών. **Να προσφερθεί προς επιλογή**
 3. Να διαθέτει οπτικοακουστική διάταξη συναγερμού (ALARM), άνω και κάτω ορίων, για όλα τα φαινόμενα και τις παραμέτρους τους.
 4. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη TFT (medical) ≥ 8 ιντζών, υψηλής ανάλυσης και αντίθεσης. Να δοθούν αναλυτικά τεχνικά στοιχεία της οθόνης.
 5. Να δύναται να απεικονίζει ταυτόχρονα, τουλάχιστον **τέσσερις** (4) κυματομορφές, μετά όλων των μετρούμενων παραμέτρων, καθώς και δυνατότητα παγώματος.
 6. Να έχει την δυνατότητα απεικόνισης καμπύλων παρελθόντος χρόνου (TRENDS), για όλες τις παραμέτρους και για 24 ώρες . Να αναφερθεί ο χρόνος δειγματοληψίας για το trend.
- α. Βαθμίδα καρδιογραφήματος - αναπνοής
1. Η λήψη του καρδιογραφήματος να γίνεται μέσω εύκαμπτου, ανθεκτικού στις μηχανικές καταπονήσεις καλωδίου, με δυνατότητα προσθαφαιρούμενων ακροδεκτών, (κατ' επιθυμία βυσματούμενες απολήξεις). Να αναφερθεί το κόστος.
 2. Να ανιχνεύεται τυχούσα κακή σύνδεση ή διακοπή ηλεκτροδίου.
 3. Ευδιάκριτη απεικόνιση του αριθμού σφίξεων, ακόμη και στις περιπτώσεις κακής σύνδεσης ή διακοπής του καλωδίου ECG.
 4. Δυνατότητα επιλογής προς απεικόνιση οιασδήποτε των απαγωγών I II και III εάν τοποθετηθεί το ανάλογο καλώδιο ασθενούς. Να προσφερθεί με δύο καλώδια ασθενούς (τριπολικό και πενταπολικό)
 5. Επιθυμητή η δυνατότητα ανίχνευσης βηματοδότη με παράλληλη επισήμανση επί της οθόνης.
 6. Η λήψη της κυματομορφής της αναπνοής θα γίνεται μέσω του ίδιου καλωδίου.
 7. Κατ' επιλογή ρύθμιση του χρόνου άπνοιας, από 5 έως 40 sec περίπου με alarm άπνοιας.
 8. Ψηφιακή ένδειξη αριθμού αναπνοών καθώς και κυματομορφή.
 9. Να παρέχει προστασία από απινιδώσεις.
 10. Αυτόματη εναλλαγή σε περίπτωση αποκόλλησης ηλεκτροδίων.

11. Να αναφερθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ενισχυτή.

β. Βαθμίδα αιματηρών πιέσεων (IBP). **Προς επιλογή**

1. Αποδοχή μετατροπέων (transducer) πολλαπλών χρήσεων ή μιας χρήσης.
Να αναφερθεί το κόστος των πολλαπλών.
2. Φίλτρο απόρριψης παρασίτων αναπνοής κατά την μέτρηση πνευμονικής πίεσης.
3. Να αναφερθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ενισχυτή.

γ. Βαθμίδα αναιμάκτου πίεσεως (NIBP)

1. Μέθοδος κλασική, αξιόπιστη με περιχειρίδα.
2. Δυνατότητα χειροκίνητης και αυτόματης εκκίνησης της μέτρησης σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.
3. Απεικόνιση των τιμών συστολικής, διαστολικής και μέσης, με ξεχωριστά όρια συναγερμού για κάθε μία από αυτές.
4. Δυνατότητα μέτρησης ανηλικών και βρεφών ενήλικων και παχυσάρκων.
5. Να προσφερθεί με περιχειρίδα ανηλικών, ενήλικων παχυσάρκων και βρεφών..
6. Να αναφερθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ενισχυτή.

δ. Βαθμίδα κορεσμού αιμοσφαιρίνης

1. Αναίμακτη μέθοδος.
2. Ψηφιακή ένδειξη επί τοις % κορεσμού οξυγόνου στο αίμα με σχετικά μεγάλο εύρος προς τις χαμηλές τιμές. Να αναφερθεί. Να διαθέτει επίσης ένδειξη εύρους με κυματομορφή.
3. Να αναφερθούν τα κατωτέρω αιτούμενα:
 - α. Τεχνικά χαρακτηριστικά του ενισχυτή.
 - β. Είδος και κόστος αισθητηρίων.

ε. Βαθμίδα θερμοκρασίας

1. Μέτρηση θερμοκρασίας, με alarm limits.
2. Να αναφερθούν τα κατωτέρω αιτούμενα:
Στοιχεία αξιοπιστίας και ακρίβειας.
Είδος και κόστος αισθητηρίων.
Τεχνικά χαρακτηριστικά ενισχυτή.

στ. Βαθμίδα αρρυθμιών

1. Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης όλων των τύπων αρρυθμιών και alarm settings
2. Καταγραφή και ανάκληση αρρυθμιών υπό μορφή απλού ECG.
3. Δυνατότητα μέτρησης, καταγραφής, ανάλυσης και γενικά συνεχή παρακολούθηση του ST.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η συσκευή θα πρέπει να παρουσιάζει προστασία έναντι υγρασίας και υγρών γενικά.
2. Οι προμηθευτές που θεωρούν ότι οι προσφερόμενες μονάδες τους παρουσιάζουν πλεονεκτήματα σχετικά πάντα με το αντικείμενο για το οποίο προορίζονται, να τα αναφέρουν και θα εκτιμηθούν, αναλόγως των αναγκών του ενδιαφερόμενου τμήματος.
3. Επί ποινή αποκλεισμού.

Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία η εταιρεία θα δεσμεύεται στα πιο κάτω:

- α. Ότι μαζί με το μόνιτορ θα παραδώσει και πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας της κλάσης και της κατηγορίας του.
- β. Δήλωση δέσμευση ότι μετά από κάθε επισκευή ή συντήρηση που θα πραγματοποιείται από τεχνικούς της, θα εκδίδεται και το αντίστοιχο πρωτόκολλο ηλεκτρικής ασφάλειας.

- γ. Δήλωση δέσμευσης ότι σε περίπτωση βλάβης του είδους, που δεν αποκαθίστανται άμεσα, η εταιρεία να παραχωρεί (δανείζει) αντίστοιχο είδος προς χρήση.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλλου συμμόρφωσης, εις το οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια, όχι μονολεκτικά, και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Όπου ζητάται ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή σε ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητούμενων στοιχείων, αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά.

Γ. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Για τα κατωτέρω ζητούμενα θα απαιτηθεί ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής η οποία απαραίτητως θα συνοδεύει την προσφορά, άλλως δεν θα αξιολογηθούν.

1. Να δοθεί πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών, από τον οίκο κατασκευής.
2. Η ανταπόκριση για κάθε κλήση βλάβης του είδους, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός 24ώρου το αργότερο.
3. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του είδους, θα πρέπει να εκπαιδευτούν χειριστές και τεχνικοί του Νοσοκομείου, τόσο στην χρήση, όσο και στην συντήρηση. Ο χρόνος έναρξης της εκπαίδευσης, καθώς και η διάρκεια της, θα καθορισθούν κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια τμήματα, το ταχύτερο δυνατό και όχι πέραν των 30 ημερών. Η εκπαίδευση των τεχνικών να γίνει με πιστοποίηση του προμηθευτή.
4. Με την προσφορά θα πρέπει να χορηγηθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας (στα ελληνικά) και τεχνικής φροντίδας, (service manual).
5. Να κατατεθεί προσφορά κόστους ετήσιας συντήρησης με ανταλλακτικά και χωρίς, για την επταετία μετά την εγγύηση.
6. Η κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήματα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαετής, με αποδεδειγμένη εξ αρχής παρακαταθήκη & βεβαίωση του οίκου κατασκευής.
7. Να κατατεθεί απαραίτητως πιστοποιητικό ISO 13485 και αποδεικτικά στοιχεία παροχής Service για τα προσφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα.

ΕΙΔΟΣ 2: ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **Τεμ. (1)**

Προϋπολογισμός: **20.000,00€** (Συμπ. ΦΠΑ 23%)

1. Ο προσφερόμενος αναλυτής να είναι σύγχρονος, τελευταίας τεχνολογίας και όχι αναβάθμισης ή αλλαγής ονομασίας. Να κατατεθεί σχετική βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου. Να λειτουργεί με ηλεκτρόδια, με μεγάλο εύρος μέτρησης και περιορισμένο αριθμό αντιδραστηρίων για διευκόλυνση των χειριστών.
2. Να μετρά απευθείας και με μια εισαγωγή δείγματος τουλάχιστον τις εξής παραμέτρους: Αέρια Αίματος (pH, pO₂, pCO₂), Ηλεκτρολύτες (K⁺, Na⁺, Ca⁺⁺, Cl⁻). Να αναλύει δείγματα από σύριγγα ή τριχοειδές.
3. Να έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει μεγάλο αριθμό παραμέτρων.
4. Να έχει τη δυνατότητα εισαγωγής τουλάχιστον των στοιχείων: Θερμοκρασίας, για εμφάνιση παραμέτρων διορθωμένων στη θερμοκρασία του ασθενούς FiO₂, για υπολογισμό παραμέτρων οξυγόνωσης, δημογραφικών στοιχείων ασθενούς (όνομα, ηλικία, φύλο κ.ο.κ.) για τήρηση αρχείου και ανάκληση όποια στιγμή χρειαστεί μέσω ενσωματωμένου στην οθόνη αλφαριθμητικού πληκτρολογίου.
5. Να είναι γρήγορος και να μην παραμένει για μεγάλα χρονικά διαστήματα εκτός χρήσης λόγω βαθμονόμησης, εκπλύσεων κ.ο.κ. Για αυτό το λόγο ο χρόνος μέτρησης να μην ξεπερνάει τα 100 sec για το σύνολο των ζητούμενων παραμέτρων.
6. Να διασφαλίζει την ευκολία της δειγματοληψίας και της ανάλυσης και να ελαχιστοποιεί τις επαναλήψεις λόγω σφαλμάτων. Να διαθέτει πλήρες διαγνωστικό menu με μηνύματα και οδηγίες στην οθόνη.
7. Να είναι ασφαλής για τον χειριστή. Για αυτό το λόγο να αναφερθούν αναλυτικά η διαδικασία διαχείρισης αντιδραστηρίων και αποβλήτων, καθώς και η διαδικασία εισαγωγής δείγματος, για να αξιολογηθούν κατά πόσο εξασφαλίζουν την ασφάλεια του χειριστή.
8. Να είναι εύκολος στη χρήση. Για αυτό το λόγο να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής, η οποία να καθοδηγεί τον χειριστή, καθώς και ενσωματωμένες οδηγίες για τις απαραίτητες ενέργειες χειριστών μέσω εικονιδίου βοήθειας.

9. Να διαθέτει αυξημένη δυνατότητα διαχείρισης ασθενών και επικοινωνίας. Για αυτό το λόγο τα αποτελέσματα να εμφανίζονται στην οθόνη και να εκτυπώνονται αυτόματα σε ενσωματωμένο θερμικό καταγραφικό. Να έχει μνήμη ασθενών για ανάκληση τους, όταν το ζητήσει ο χειριστής. Να διαθέτει επικοινωνία με άλλες συσκευές μέσω θυρών επικοινωνίας. Επιπλέον, να διαθέτει οδηγό δισκέτας ή άλλο για εύκολη διαχείριση αποτελεσμάτων, εξαγωγή τους από τον αναλυτή για επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, αλλά και αναβαθμίσεις του λογισμικού .
10. Να απαιτεί ελάχιστη ενασχόληση προσωπικού για συντηρήσεις και αλλαγές αντιδραστηρίων. Να διαθέτει ειδοποίηση και στοιχεία για την κατανάλωση των αντιδραστηρίων για διευκόλυνση των χειριστών, αλλά και για την ορθή παρακολούθηση των καταναλώσεων (Πόση ποσότητα απομένει για την αντικατάστασή τους, ώστε να προγραμματίζονται οι ενέργειες των χειριστών).
11. Να διαθέτει τη δυνατότητα αυτόματου ποιοτικού ελέγχου. Να προσφερθεί προς επιλογή.
12. Όλα τα αναγραφόμενα, επί ποινη απόρριψης, να αποδεικνύονται με παραπομπές σε γνήσια εργοστασιακά φυλλάδια και εγχειρίδια

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η συσκευή θα πρέπει να παρουσιάζει προστασία έναντι υγρασίας και υγρών γενικά.
2. Οι προμηθευτές που θεωρούν ότι οι προσφερόμενες μονάδες τους παρουσιάζουν πλεονεκτήματα σχετικά πάντα με το αντικείμενο για το οποίο προορίζονται, να τα αναφέρουν και θα εκτιμηθούν, αναλόγως των αναγκών του ενδιαφερόμενου τμήματος.
3. **Επί ποινη αποκλεισμού.**
Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία η εταιρεία θα δεσμεύεται στα πιο κάτω:
 - α. Ότι μαζί με τον αναλυτή αερίων θα παραδώσει και πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας της κλάσης και της κατηγορίας του.
 - β. Δήλωση δέσμευση ότι μετά από κάθε επισκευή ή συντήρηση που θα πραγματοποιείται από τεχνικούς της, θα εκδίδεται και το αντίστοιχο πρωτόκολλο ηλεκτρικής ασφάλειας.
 - γ. Επίσης δήλωση δέσμευσης ότι σε περίπτωση βλάβης που δεν αποκαθίστανται άμεσα η εταιρεία να παραχωρεί (δανείζει) αντίστοιχα μηχανήματα προς χρήση.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλλου συμμόρφωσης, εις το οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια, όχι μονολεκτικά, και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Όπου ζητάται ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή σε ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητούμενων στοιχείων, αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά.

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Για τα κατωτέρω ζητούμενα θα απαιτηθεί ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής η οποία απαραίτητως θα συνοδεύει την προσφορά, άλλως δεν θα αξιολογηθούν.

1. Να δοθεί πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών, από τον οίκο κατασκευής.
2. Η ανταπόκριση για κάθε κλήση βλάβης του είδους, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός 24ώρου το αργότερο.
3. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του είδους, θα πρέπει να εκπαιδευτούν χειριστές και τεχνικοί του Νοσοκομείου, τόσο στην χρήση, όσο και στην συντήρηση. Ο χρόνος έναρξης της εκπαίδευσης, καθώς και η διάρκεια της, θα καθορισθούν κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια τμήματα, το ταχύτερο δυνατό και όχι πέραν των 30 ημερών. Η εκπαίδευση των τεχνικών να γίνει με πιστοποίηση προμηθευτή.
4. Με την προσφορά θα πρέπει να χορηγηθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας (στα ελληνικά) και τεχνικής φροντίδας, (service manual).
5. Να κατατεθεί προσφορά κόστους ετήσιας συντήρησης με ανταλλακτικά και χωρίς, για την επταετία μετά την εγγύηση.
6. Η κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήματα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαετής, με αποδεδειγμένη εξ αρχής παρακαταθήκη & βεβαίωση του οίκου κατασκευής.

7. Να κατατεθεί απαραίτητως πιστοποιητικό ISO 13485 και αποδεικτικά στοιχεία παροχής Service για τα προσφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα.

ΕΙΔΟΣ 3 : ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Τεμ. (2)

Προϋπολογισμός : 24.000,00€ (Συμπ. ΦΠΑ 23%)

1. Ο υπό προμήθεια αναπνευστήρας θα πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχειριστος, άριστης αντοχής και κατασκευασμένος σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.
2. **Ο αναπνευστήρας να είναι φορητός, σταθερού όγκου**, κατάλληλος για τον αερισμό **ενηλίκων, παιδιών και βρεφών** και κατά την διακομιδή τους.
3. Ο αναπνευστήρας να λειτουργεί ηλεκτρικά και να καθοδηγείται πνευματικά από πεπιεσμένο αέριο (O₂ ή αέρα περίπου: 2.7 – 6 bar) δικτύου νοσοκομείου ή από φιάλες. Θα προτιμηθούν μηχανήματα με την μικρότερη κατανάλωση οδηγού αερίου.
4. Να λειτουργεί σε δίκτυο πόλης 220V / 50Hz, μέσω κατάλληλου μετασχηματιστή καθώς και μέσω ενσωματωμένης, επαναφορτιζόμενης μπαταρίας (την οποία να διαθέτει), αυτονομίας 4 ωρών τουλάχιστον. Να δύναται να τροφοδοτηθεί μέσω μετασχηματιστή (ο οποίος να προσφερθεί) από 12 και 24 VDC.
5. Να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους, ώστε να διευκολύνεται η μεταφορά του, και να διαθέτει σύστημα ασφαλούς στερέωσης σε υποδοχή ασθενοφόρου, σε πλαίσιο φορείου, κλίνη ασθενούς και να διαθέτει επίσης επιτοίχια στήριξη φύλαξης.
6. Να είναι απλός και εύκολος στον χειρισμό. Προς τούτο να διαθέτει έγχρωμα πεδία ρύθμισης, ανταποκρινόμενα σε κάθε ηλικία – βάρος ασθενούς καθώς επίσης και τρόπους καθοδήγησης του χρήστη στην λειτουργία της συσκευής.
7. Να είναι ανθεκτικός στις καταπονήσεις και υδατοστεγής σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IPX4 και να λειτουργεί αξιόπιστα σε όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα θερμοκρασιών και οπωσδήποτε από -15 έως 50 °C. Τα παραπάνω να αποδεικνύονται από διεθνή standards.
8. Να επιτρέπει την εφαρμογή του αερισμού ελεγχόμενου όγκου και του αερισμού συγχρονιζόμενου ελεγχόμενου όγκου, καθώς και την εφαρμογή θετικής τελοεκπνευστικής πίεσης.
9. Να διαθέτει ρύθμιση των παρακάτω παραμέτρων:
 - Του παρεχόμενου όγκου από 50ml έως 2000ml.
 - Της συχνότητας αναπνοής έως 100 ανά λεπτό περίπου (και για παιδιά)
 - Περιορισμού πίεσης έως 60 mbar
 - Διακόπτη επιλογής Air Mix – No Air Mix. Στη θέση No Air Mix η συγκέντρωση του αναπνεόμενου O₂ να είναι 100% ενώ στη θέση Air Mix να γίνεται μίξη O₂ με αέρα.
10. Ο αναπνευστήρας να μπορεί να χορηγήσει όγκο ανά λεπτό (ροή) τουλάχιστον 80ml/sec.
11. Να διαθέτει αυτόματη παρακολούθηση του αερισμού του ασθενή με μέτρηση και ένδειξη του εκπνεόμενου όγκου.
Να διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη 5'' με ψηφιακές ενδείξεις τουλάχιστον των κάτωθι παραμέτρων:
 - Του παρεχόμενου όγκου ανά λεπτό
 - Του παρεχόμενου όγκου ανά αναπνοή
 - Της συχνότητας αναπνοής

ο Του λόγου I:E

12. Να φέρει ενσωματωμένο ευανάγνωστο μανόμετρο ένδειξης της πίεσης του αερισμού του ασθενούς.
13. Να διαθέτει τους κάτωθι οπτικοακουστικούς συναγερμούς:
- Υψηλή πίεση – στένωση
 - Χαμηλή πίεση – αποσύνδεση
 - Πτώση τροφοδοσίας O₂
 - Χαμηλής μπαταρίας
 - Βλάβης της συσκευής.
14. Μαζί με τον αναπνευστήρα να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την λειτουργία του ως ακολούθως, τα οποία να είναι εργονομικά τοποθετημένα σε ειδική βαλίτσα – θήκη του ίδιου κατασκευαστικού οίκου:
- ο Κύκλωμα ασθενή με βαλβίδα μη επαναπνοής ενηλίκων και παιδών.
 - ο Μάσκα ασθενή ενηλίκων και παιδών.
 - ο Φιάλη O₂ 2 lt για την τροφοδοσία της συσκευής με μειωτήρα πίεσης.
 - ο Συνδετικός σωλήνας για σύνδεση με την φιάλη O₂
 - ο Διατάξεις στήριξης του αναπνευστήρα σε ράγα φορείου ή κλίνης

Η προαναφερόμενη σύνθεση να συνοδεύεται απαραίτητα από εφεδρική (δεύτερη) φιάλη O₂ δύο (2) λίτρων και συνδετικό σωλήνα για σύνδεση του αναπνευστήρα σε κεντρική παροχή O₂.

15. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να φέρει σήμανση CE.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η συσκευή θα πρέπει να παρουσιάζει προστασία έναντι υγρασίας και υγρών γενικά.
2. Οι προμηθευτές που θεωρούν ότι οι προσφερόμενες μονάδες τους παρουσιάζουν πλεονεκτήματα σχετικά πάντα με το αντικείμενο για το οποίο προορίζονται, να τα αναφέρουν και θα εκτιμηθούν, αναλόγως των αναγκών του ενδιαφερόμενου τμήματος.

3. Επί ποινή αποκλεισμού.

Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία η εταιρεία θα δεσμεύεται στα πιο κάτω:

- α. Ότι μαζί με το Φορητό Αναπνευστήρα θα παραδώσει και πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας της κλάσης και της κατηγορίας του.
 - β. Δήλωση δέσμευση ότι μετά από κάθε επισκευή ή συντήρηση που θα πραγματοποιείται από τεχνικούς της, θα εκδίδεται και το αντίστοιχο πρωτόκολλο ηλεκτρικής ασφάλειας.
 - γ. Δήλωση δέσμευσης ότι σε κάθε βλάβη (που δεν αποκαθίστανται αμέσως) η εταιρεία θα παραχωρεί (δανείζει) αντίστοιχο είδος προς χρήση μέχρι την αποκατάσταση αυτής.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλλου συμμόρφωσης, εις το οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια, **όχι μονολεκτικά**, και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Όπου ζητάται ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή σε ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητούμενων στοιχείων, αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά.

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Για τα κατωτέρω ζητούμενα θα απαιτηθεί ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής η οποία απαραίτητως θα συνοδεύει την προσφορά, άλλως δεν θα αξιολογηθούν.

1. Να δοθεί πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών, από τον οίκο κατασκευής.

2. Η ανταπόκριση για κάθε κλήση βλάβης του είδους, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός 24ώρου το αργότερο.
3. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του είδους, θα πρέπει να εκπαιδευτούν χειριστές και τεχνικοί του Νοσοκομείου, τόσο στην χρήση, όσο και στην συντήρηση. Ο χρόνος έναρξης της εκπαίδευσης, καθώς και η διάρκεια της, θα καθορισθούν κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια τμήματα, το ταχύτερο δυνατό και όχι πέραν των 30 ημερών.
4. Με την προσφορά θα πρέπει να χορηγηθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας (στα ελληνικά) και τεχνικής φροντίδας, (service manual).
5. Να κατατεθεί προσφορά κόστους ετήσιας συντήρησης με ανταλλακτικά και χωρίς, για την επταετία μετά την εγγύηση.
6. Η κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήματα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαετής, με αποδεδειγμένη εξ αρχής παρακαταθήκη & βεβαίωση του οίκου κατασκευής.
7. Να κατατεθεί απαραίτητως πιστοποιητικό ISO 13485 και αποδεικτικά στοιχεία παροχής Service για τα προσφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα.

ΕΙΔΟΣ 4 : ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Τεμ. (2)

Προϋπολογισμός: 6,000€ (Συμπ. ΦΠΑ)

- Φορητή αντλία χορήγησης ενδοφλέβιων φαρμάκων– ογκομετρική, μικρού όγκου και βάρους μικρότερου των 3kg, κατάλληλη για χρήση σε ΜΕΘ και ΤΕΠ και εντελώς αδιάβροχη, για ευκολία καθαρισμού
- Να λειτουργεί στα 220 V/50 Hz αλλά και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία διάρκειας άνω των 5 ωρών.
- Να είναι κατάλληλη για ενδοφλέβια έγχυση υγρών, φαρμάκων, διαλυμάτων και αίματος. Κατάλληλη για παρεντερική σίτιση.
- Όλες οι ρυθμίσεις να εκτελούνται μέσω πληκτρολογίου “keypad” και να απεικονίζονται σε ψηφιακή οθόνη υψηλής ευκρίνειας
- Διαθέτει στοιχειομετρική ανάλυση, που επιτρέπει την ρύθμιση του εύρους έγχυσης, κατά την διάρκεια της έγχυσης.
- Να είναι κατάλληλη για την χορήγηση φαρμάκων και αίματος με ρυθμιζόμενη ροή από 0,1 έως 999 ml / hr σε ενήλικες και σε νεογνά.
- Η ακρίβεια στη χορήγηση να μην αποκλίνει του $\pm 5\%$ και να διαθέτει διάφορες δικλίδες ασφαλείας (alarm) που να εξασφαλίζουν την σωστή λειτουργία της.
- Να μπορεί να υπολογίσει το ρυθμό έγχυσης με βάση τη χορηγούμενη δόση εγχύματος όταν καταχωρηθούν παράμετροι όπως : δόση, βάρος του ασθενή, ποσότητα φαρμάκου.
- Να μπορεί να υπολογίσει το ρυθμό έγχυσης όταν δοθούν : συνολικός όγκος & χρόνος έγχυσης.
- Το αναλώσιμο υλικό να διαθέτει απαραίτητως σύστημα διακοπής της χορήγησης (clamp) το οποίο να τοποθετείται αυτόματα σε περίπτωση απομάκρυνσής του από την αντλία έτσι ώστε να προστατεύεται ο ασθενής.
- Να διαθέτει προστασία ασφάλειας, που εμποδίζει την ελεύθερη ή την ανάστροφη ροή σε κάθε περίπτωση λάθους χειρισμού ή μηχανικής δυσλειτουργίας.
- Το είδος να προσφέρεται πλήρες και συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, έτοιμο για άμεση λειτουργία, χωρίς ελλείψεις σε βοηθητικό είδος
- Με ποινή αποκλεισμού, στην οικονομική προσφορά, προσδιορίζονται ρητά και με σαφήνεια τα αναλώσιμα υλικά (με ονομασία, κωδικό και τιμή), ιδιαίτερα εκείνα που αποτελούν αποκλειστικότητα του κατασκευαστή .
- Επίσης σε περίπτωση βλάβης και μέχρι την αποκατάσταση αυτής να δανείζει (παραχωρεί) η εταιρεία αντίστοιχο είδος προς χρήση.
- Όλα τα ανωτέρω να πιστοποιούνται με παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου απαραίτητως.
- Να διαθέτει CE MARK και ο κατασκευαστικός οίκος καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO.
- Να δοθεί πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών, από τον οίκο κατασκευής.
- Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων).

ΕΙΔΟΣ 5 : ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Τεμ. (2)

Προϋπολογισμός: **4,000€** (Συμπ. ΦΠΑ)

- Η αντλία να είναι τελευταίας τεχνολογίας, ψηφιακή, με κεντρικό επεξεργαστή.
- Να είναι φορητή, μονωμένη από διαρροές και να έχει βάρος μικρότερο των 3Kg.
- Να λειτουργεί με τάση δικτύου πόλης 220 - 240V / 50 - 60 Hz και να διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία με χρόνο συνεχής λειτουργίας τουλάχιστον 10 ωρών.
- Να είναι κατάλληλη για χρήση οποιαδήποτε φαρμάκου που χρησιμοποιείται σε αναισθησία με ακρίβεια.
- Δεν θα απαιτείται αναλώσιμο υλικό για τη χρήση της πλην των συρίγγων και την προέκταση ορού.
- Η συσκευή να λειτουργεί με σύριγγες από 5 - 60 ml (οποιαδήποτε οίκου κατασκευής) και να έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει αυτόματα τη χωρητικότητα τους.
- Να διαθέτει λαβή μεταφοράς και να μπορεί να αναρτηθεί σε στατώ ορών. Για μεγαλύτερη εξοικονόμηση χώρου και ευκολία, να μπορεί να σχηματίζει συστοιχίες δύο αντλιών και να συνδεθεί σε στατώ με παροχή ρεύματος.
- Να διαθέτει ευδιάκριτη οθόνη ηλεκτρονικού τύπου.
- Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης του ρυθμού έγχυσης από 0,1-400 ml/h με δυνατότητα ρύθμισης σε βήματα μόλις των 0,1 ml και με υψηλή ακρίβεια 2,5%.
- Να έχει τη δυνατότητα χορήγησης BOLUS δόσης μέχρι και 1200 ml/h. Στο ρυθμό χορήγησης BOLUS υπάρχει η δυνατότητα προκαθορισμού του χορηγούμενου όγκου. Η BOLUS χορήγηση αθροίζεται αυτόματα στο συνολικό εγχυθέντα όγκο.
- Να διαθέτει διαφορετικούς προγραμματισμούς έγχυσης, όπως συνεχής, ή βάσει δοθέντος ρυθμού χορήγησης, ή επιθυμητού όγκου και ρυθμού, ή επιθυμητού όγκου και χρόνου έγχυσης, καθώς επίσης και κατάσταση αναμονής.
- Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς:
 1. Απόφραξης της γραμμής
 2. Αύξησης της πίεσης
 3. Απασφάλισης σύριγγας
 4. Για επικείμενο άδειασμα της σύριγγας
 5. Άδειας σύριγγας
 6. Χαμηλή τάσης μπαταρίας
 7. Ολοκλήρωσης της έγχυσης
- Να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά καταλληλότητας και να φέρει σήμα CE.
- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών.
- Να υποστηρίζεται από τεχνική κάλυψη και ανταλλακτικά για δέκα (10) έτη.
- Ο χρόνος παράδοσης της αντλίας να είναι άμεσος, ο οποίος θα καθορισθεί από τη σύμβαση προμήθειας και δε θα ξεπερνά τις 45 ημέρες.
- Επίσης σε περίπτωση βλάβης να δανείζει η εταιρεία αντίστοιχο είδος προς χρήση.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η συσκευή θα πρέπει να παρουσιάζει προστασία έναντι υγρασίας και υγρών γενικά.
2. Οι προμηθευτές που θεωρούν ότι οι προσφερόμενες μονάδες τους παρουσιάζουν πλεονεκτήματα σχετικά πάντα με το αντικείμενο για το οποίο προορίζονται, να τα αναφέρουν και θα εκτιμηθούν, αναλόγως των αναγκών του ενδιαφερόμενου τμήματος.

3. Επί ποινή αποκλεισμού.

Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία η εταιρεία θα δεσμεύεται στα πιο κάτω

α.Ότι μαζί με την Αντλία Έγχυσης θα παραδώσει και πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας της κλάσης και της κατηγορίας του.

β. Δήλωση δέσμευση ότι μετά από κάθε επισκευή ή συντήρηση που θα πραγματοποιείται από τεχνικούς της, θα εκδίδεται και το αντίστοιχο πρωτόκολλο ηλεκτρικής ασφάλειας.

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλλου συμμόρφωσης, εις το οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια, όχι μονολεκτικά, και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Όπου ζητάται ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή σε

Ξερόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητούμενων στοιχείων, αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά.

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Για τα κατωτέρω ζητούμενα θα απαιτηθεί ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής η οποία απαραίτητως θα συνοδεύει την προσφορά, άλλως δεν θα αξιολογηθούν.

1. Να δοθεί πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών, από τον οίκο κατασκευής.
2. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του είδους, θα πρέπει να εκπαιδευτούν χειριστές και τεχνικοί του Νοσοκομείου, τόσο στην χρήση, όσο και στην συντήρηση. Ο χρόνος έναρξης της εκπαίδευσης, καθώς και η διάρκεια της, θα καθορισθούν κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια τμήματα, το ταχύτερο δυνατό και όχι πέραν των 30 ημερών.
4. Με την προσφορά θα πρέπει να χορηγηθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας (στα ελληνικά) και τεχνικής φροντίδας, (service manual).
5. Να κατατεθεί προσφορά κόστους ετήσιας συντήρησης με ανταλλακτικά και χωρίς, για την επταετία μετά την εγγύηση.
6. Η κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήματα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαετής, με αποδεδειγμένη εξ αρχής παρακαταθήκη & βεβαίωση του οίκου κατασκευής.
7. Να κατατεθεί απαραίτητως πιστοποιητικό ISO 13485 και αποδεικτικά στοιχεία παροχής Service για τα προσφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα.

ΕΙΔΟΣ 6 : ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Τεμ. (2)

Προϋπολογισμός : **8,000€** (Συμπ. ΦΠΑ)

- Ο απινιδωτής να είναι διφασικής τεχνολογίας ημιαυτόματος (AED), με δυνατότητα σύγχρονης - ασύγχρονης ανάταξης, και με δυνατότητα εξωτερικής βηματοδότησης και να αποτελείται από :

A. Απινιδωτή

- Ενέργεια εξόδου από 2 έως 200 Joules τουλάχιστον, με βήματα για εξωτερική απινίδωση και με χρόνο φόρτισης στην μέγιστη ενέργεια μέχρι 7 sec .
- Να έχει την δυνατότητα 50 τουλάχιστον απινιδώσεων στα 200 Joules με την μπαταρία και 2,5 ωρών monitoring. Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας από το ρεύμα να μην υπερβαίνει τις 3 ώρες.
- Να συνοδεύεται από Paddles παιδών και ενήλικων καθώς και ειδικό καλώδιο σύνδεσης με Patches για εξωτερική βηματοδότηση ή απινίδωση.
- Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης επεισοδίων απινίδωσης σε ειδική μνήμη, στην οποία θα καταγράφονται το ΗΚΓγράφημα προ και μετά την απινίδωση.

B. Monitor

- Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη 6" (ιντσών) περίπου και δύο καναλιών, για την παρακολούθηση του ΗΚΓγραφήματος. Επίσης στην οθόνη να απεικονίζονται και ψηφιακές τιμές όπως ο καρδιακός ρυθμός, η ενέργεια, κ.λπ.
- Να έχει οπτικοακουστικό συναγερμό με ρυθμιζόμενα όρια.
- Η λήψη του ΗΚΓ/τος να γίνεται με τριπολικό η με πενταπολικό καλώδιο ασθενούς.

Γ. Καταγραφικό

- Να διαθέτει καταγραφικό δύο καναλιών σύγχρονης τεχνολογίας για την καταγραφή του ΗΚΓγραφήματος, στοιχείων απινίδωσης και trend του καρδιακού ρυθμού

- Να καταγράφει την επιλεχθείσα ενέργεια, την παραληφθείσα ενέργεια και την διαθωρακική αντίσταση του ασθενούς.
- Να έχει ταχύτητες καταγραφής 25-50 mm/sec

Δ. Βηματοδότης

- Να εκτελεί αναίμακτη διαθωρακική βηματοδότηση με ρυθμό ρυθμιζόμενο 40 - 180 rpm
- Ενέργεια εξόδου 10 - 200 mA

Γενικά

- Να διαθέτει σύστημα ελέγχου της στάθμης των συσσωρευτών καθώς και του πυκνωτή.
- Βάρος μικρότερο των 15 Kg.
- Να λειτουργεί σε θερμοκρασίες 0 - 45° C.
- Να συνοδεύεται από τροχήλατο ειδικά κατασκευασμένο για την τοποθέτηση του απινιδωτή και ένα συρτάρι.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται, αν του ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης, να φέρει το είδος για επίδειξη και δοκιμή στο Νοσοκομείο.
- Να διαθέτει CE mark σύμφωνα με την οδηγία 93/42 της ΕΕ με πιστοποίηση από τον κατασκευαστικό οίκο η νόμιμα ακριβές αντίγραφο επικυρωμένο (επί ποινή αποκλεισμού).
- Να προσφέρεται με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον (2) δύο ετών και κατά την εγγύηση να παρέχεται δωρεάν υποστήριξη βλαβών και προβλεπόμενης συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη.
- Να γίνει επίδειξη λειτουργίας εκπαίδευση προσωπικού με την παράδοση του είδους και για όσο χρόνο απαιτείται.
- Να συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης και τεχνικά εγχειρίδια (service manual).
- Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλλου συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια, (όχι μονολεκτικά), και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Όπου ζητείται ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή σε ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητούμενων στοιχείων, αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά.

ΕΙΔΟΣ 7 : ΓΥΨΟΠΡΙΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Τεμ. (1)

Προϋπολογισμός: **2,000€** (Συμπ. ΦΠΑ)

- Να είναι εργονομικό, σύγχρονης λειτουργίας ηλεκτρικό γυψοπρίονο, συμπαγούς σχήματος.
- Να διαθέτει αθόρυβης λειτουργίας λάμες με εύκολο χειρισμό τοποθέτησης χωρίς κλειδί.
- Να έχει υποδομή για σύνδεση με αναρροφητήρα.
- Ισχυρό moter 180W.
- Ταχύτητα (oscillations) από 12.000 έως 21.000
- Επίπεδο θορύβου: 65-78 Db.
- Βάρος: 1100gr περίπου.
- Μήκος καλωδίου πριονιού 4-5m.
- Να διαθέτει πιστοποιητικό CE.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αναρροφητήρα

- Τροχήλατος
- 2 ταχυτήτων (1000W / 600W)
- Αναρροφητική ικανότητα: 50lt/sec
- 4 επίπεδα φίλτρων
- Υποδοχή εφαρμογής του γυψοπριονίου
- Βραχίονας στήριξης του σπιράλ σωλήνα αναρρόφησης και σχάρα στήριξης του γυψοπριονίου

- Χωρητικότητα : 20Lt

Να παρέχονται εξαρτήματα

- Πριονάκι κοπής συνθετικού γύψου
- Πριονάκι κοπής κοινού γύψου

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

5. Η συσκευή θα πρέπει να παρουσιάζει προστασία έναντι υγρασίας και υγρών γενικά.
6. Οι προμηθευτές που θεωρούν ότι οι προσφερόμενες μονάδες τους παρουσιάζουν πλεονεκτήματα σχετικά πάντα με το αντικείμενο για το οποίο προορίζονται, να τα αναφέρουν και θα εκτιμηθούν, αναλόγως των αναγκών του ενδιαφερόμενου τμήματος.

7. Επί ποινή αποκλεισμού.

Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία η εταιρεία θα δεσμεύεται στα πιο κάτω:

- α. Ότι μαζί με το γυψοπρίονο θα παραδώσει και πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας της κλάσης και της κατηγορίας του.
 - β. Δήλωση δέσμευση ότι μετά από κάθε επισκευή ή συντήρηση που θα πραγματοποιείται από τεχνικούς της, θα εκδίδεται και το αντίστοιχο πρωτόκολλο ηλεκτρικής ασφάλειας.
8. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλλου συμμόρφωσης, εις το οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια, όχι μονολεκτικά, και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Όπου ζητάται ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή σε ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητούμενων στοιχείων, αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά.

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Για τα κατωτέρω ζητούμενα θα απαιτηθεί ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής η οποία απαραίτητως θα συνοδεύει την προσφορά, άλλως δεν θα αξιολογηθούν.

1. Να δοθεί πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών, από τον οίκο κατασκευής.
3. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του είδους, θα πρέπει να εκπαιδευτούν χειριστές και τεχνικοί του Νοσοκομείου, τόσο στην χρήση, όσο και στην συντήρηση. Ο χρόνος έναρξης της εκπαίδευσης, καθώς και η διάρκεια της, θα καθορισθούν κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια τμήματα, το ταχύτερο δυνατό και όχι πέραν των 30 ημερών.
4. Με την προσφορά θα πρέπει να χορηγηθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας (στα ελληνικά) και τεχνικής φροντίδας, (service manual).
5. Να κατατεθεί προσφορά κόστους ετήσιας συντήρησης με ανταλλακτικά και χωρίς, για την επταετία μετά την εγγύηση.
6. Η κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήματα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαετής, με αποδεδειγμένη εξ αρχής παρακαταθήκη & βεβαίωση του οίκου κατασκευής.
7. Να κατατεθεί απαραίτητως πιστοποιητικό ISO 13485 και αποδεικτικά στοιχεία παροχής Service για τα προσφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα.

ΕΙΔΟΣ 8: ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΔΙΠΛΟ **ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Τεμ. (4)**

Προϋπολογισμός: **6,000€** (Συμπ. ΦΠΑ)

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, υψηλής ποιότητας και διαγνωστικής ικανότητας, διπλής παρατήρησης.
2. Να διαθέτει CE –Mark και να υπόκειται στους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας.
3. Να δέχεται δύο ακτινολογικά φιλμ οπωσδήποτε 35X43 cm το καθένα.
4. Κέλυφος από αλουμίνιο ή ανοξείδωτη
5. Διαφάνεια από γαλακτόχρουν ομοιογενές πλέξι λαμαρίνα πάχους 0,8 mm περίπου, βαμμένη ηλεκτροστατικά. - γκλάς πάχους 2,5 mm περίπου.
6. Ανάλογο και κατάλληλα διατεταγμένο (παράλληλα) αριθμό λαμπτήρων, μεγάλης διάρκειας ζωής, για την επίτευξη υψηλής πυκνότητας, λαμπρότητας και ομοιογενούς φωτισμού για κάθε θέση. Να αναφερθεί ο αριθμός & η διάρκεια ζωής των λαμπτήρων.
7. Η ένταση φωτισμού να είναι \geq από 3.500 cd/m²
8. Να είναι εφοδιασμένο με διακόπτη on – off .
9. Να διαθέτει ηλεκτρονικό διακόπτη ρύθμισης του φωτισμού.
10. Να φέρει σε κατάλληλες θέσεις, ειδικές υποδοχές, για την **ασφαλή** στήριξη των φιλμ.
11. Οι λυχνίες να λειτουργούν υπό τάση 220 volts/50 hz μέσω ρευματολήπτη "ΣΟΥΚΟ", με ασφάλειες προστασίας σε φάση και ουδέτερο, το δε κέλυφος να είναι γειωμένο εκ του ασφαλούς σε μπάρα γείωσης.
12. Οι μετασχηματιστές και οι γειώσεις να στηρίζονται βιδωτά και όχι πριτσινωτά.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Τις προσφορές θα συνοδεύει απαραίτητως διάγραμμα του κάθε προσφερόμενου διαφανοσκοπίου εις το οποίο θα φαίνονται οι διαστάσεις του.
2. Η εγκατάσταση και ο έλεγχος καλής λειτουργίας στο χώρο που θα τους υποδεχθεί θα βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον προμηθευτή.
3. Να χορηγηθεί πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών.
4. Κάλυψη σε ανταλλακτικά για δέκα χρόνια.
5. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία η εταιρεία να δεσμεύεται στα πιο κάτω:
 - α. Ότι μαζί με την συσκευή θα παραδώσει και πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας, της κλάσης και της κατηγορίας της.
 - β. Δήλωση – δέσμευση, ότι μετά από κάθε επισκευή ή συντήρηση που θα πραγματοποιείται από τεχνικούς της θα εκδίδεται και το αντίστοιχο πρωτόκολλο ηλεκτρικής ασφάλειας.
 - γ. Με την παράδοση και εγκατάσταση να δοθούν και τα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης και τεχνικής φροντίδας.
6. Η προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO και να συμμορφώνεται με την διυπουργική απόφαση (ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ.130648 (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009) περί διακίνησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
7. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλλου συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια, (όχι μονολεκτικά) και με τη σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών.

ΕΙΔΟΣ 9: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ Ω.Ρ.Λ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Τεμ. (1)

Προϋπολογισμός: **6,000€** (Συμπ. ΦΠΑ)

A. ΓΕΝΙΚΑ

1. Να είναι στερεάς, ανθεκτικής και εργονομικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλη για Ω.Ρ.Λ Ιατρείο – Εξεταστήριο, μεγάλου Νοσοκομείου.
2. Να πληρεί τους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς γενικά κανονισμούς ασφαλείας, (CE mark, κλπ), οι οποίοι θα κατονομάζονται και θα πιστοποιούνται. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
3. Επιθυμητό να διαθέτει τροχήλατη βάση με δυνατότητα σταθεροποίησης.

4. Να έχει κομψή και ιδιαίτερα σταθερή βάση.
5. Να τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα δικτύου πόλεως 220V/50Hz.
6. Να είναι λειτουργική, παρέχοντας άνεση στη χρήση, ασφάλεια στον ασθενή, χρήστη και νοσηλευτικό προσωπικό.
7. Να είναι σταθερή ώστε να δέχεται ασθενείς μεγάλου σωματικού βάρους, τουλάχιστον 140 κιλών. Να αναφερθεί το μέγιστο βάρος.

B. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

1. Να είναι ανακλινόμενη, δηλαδή να μπορεί να οριζοντιωθεί πλήρως μετατρεπόμενη σε κρεβάτι. Να δοθεί το μέγιστο μήκος σε πλήρη έκταση.
2. Να έχει την δυνατότητα επαναφοράς του καθίσματος στην αρχική θέση.
3. Να διαθέτει αθόρυβο ηλεκτρομηχανικό σύστημα ρύθμισης καθ' ύψος. Επιθυμητό η ρύθμιση να γίνεται ακόμη και στη θέση που η καρέκλα μετατρέπεται σε κρεβάτι. Να αναφερθούν το μέγιστο και ελάχιστο ύψος.
4. Δυνατότητα ρύθμισης και σταθεροποίησης της θέσης της πλάτης μέχρι και την οριζόντια θέση.
5. Να διαθέτει ρυθμιζόμενο μαξιλαράκι – προσκέφαλο καθώς και ρυθμιζόμενα υποβραχιόνια.
6. Θα ήταν επιθυμητό να έχει την δυνατότητα περιστροφής και σταθεροποίησης σε οποιαδήποτε επιλεγόμενη θέση. Να αναφερθεί η μέγιστη γωνία περιστροφής.
7. Να διαθέτει υποπόδιο-α με δυνατότητα προσαρμογής. Τα υποπόδια να είναι ισχυρής κατασκευής και ανθεκτικότητας
8. Να εκτελεί συνδυασμένες κινήσεις, όταν η καρέκλα γίνεται κρεβάτι. Να αναφερθούν.
9. Ο σκελετός να είναι υψηλής αντοχής, μεταλλικός, ανοξείδωτος, βαρέως τύπου ή άλλο υλικό αντίστοιχης ποιότητας και αντοχής.
10. Να διαθέτει κάλυμμα ειδικής κατασκευής (δερματίνη ή άλλο υλικό) αδιάβροχο, βραδύκαυστο, μεγάλης αντοχής και υψηλής ποιότητας. Να κατατεθούν πλήρη στοιχεία προς απόδειξη των πιο πάνω.
11. Ενδεικτικές διαστάσεις καθίσματος - έδρας: μήκος 45 έως 50 cm, πλάτος 45 έως 50 cm και ύψος πλάτης μεγαλύτερο των 50 cm.
12. Να πλένεται και να απολυμαίνεται με τα συνήθη απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται στα Νοσοκομεία, και χωρίς να εισέρχονται υγρά από τις ραφές της πλάτης και της έδρας.
13. Όλες οι ζητούμενες θέσεις που μπορεί να πάρει η καρέκλα να είναι ρυθμιζόμενες, μέσω στεγανού ποδοδιακόπτη ή χειριστηρίου, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά.

Γ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Οι ζητούμενες επιδόσεις, χαρακτηριστικά και γενικά των προσφερομένων, θα πρέπει να πιστοποιούνται με πρωτότυπα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
2. Η τεχνική περιγραφή που συνοδεύει την προσφορά, να είναι απαραίτητως γραμμένη στην Ελληνική, άλλως δεν θα ληφθεί υπόψη.
3. Άλλη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλλου συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια (**όχι μονολεκτικά**) και με τη σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών.
4. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία η εταιρεία θα δεσμεύεται στα πιο κάτω:
 - α. Ότι μαζί με την συσκευή θα παραδώσει και πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας, της κλάσης και της κατηγορίας της.
 - β. Δήλωση – δέσμευση, ότι μετά από κάθε επισκευή ή συντήρηση που θα πραγματοποιείται από τεχνικούς, θα εκδίδεται και το αντίστοιχο πρωτόκολλο ηλεκτρικής ασφάλειας.

Δ. ΕΓΓΥΗΣΗ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για τα κατωτέρω ζητούμενα θα απαιτηθεί ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής, η οποία θα συνοδεύει την προσφορά.

1. Να δοθεί πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών τουλάχιστον.

2. Η ανταπόκριση, για κάθε κλήση που αφορά βλάβη, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός 24ώρου το αργότερο.

3. Μετά την εγκατάσταση και ποσοτική παραλαβή, να εκπαιδευτούν χειριστές και τεχνικοί του Νοσοκομείου, τόσο στη χρήση, όσο και στη συντήρηση, όπου αυτή απαιτείται.

4. Με την παράδοση της καρέκλας να μας δοθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης και λειτουργίας στην Ελληνική Γλώσσα, καθώς και πρωτότυπα Service Manual.

5. Η προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO και να συμμορφώνεται με την υπουργική απόφαση (ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ.130648 (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009) περί διακίνησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

6. Ο προμηθευτής να καταθέσει:

α. πιστοποιητικό EN ISO 9001: 2008 ή EN ISO 13485:2004 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485: 2004 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων (μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα).

β. Πιστοποιητικά σήμανσης CE για τον προσφερόμενο είδος ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (Οδηγία 93/42/EOK /14-6-1993 όπως ισχύει σήμερα (μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα).

7. Η κάλυψή της σε εξαρτήματα και ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαετής, με αποδεδειγμένη εξ αρχής παρακαταθήκη.

ΕΙΔΟΣ 10: ΚΛΙΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Τεμ. (2)

Προϋπολογισμός : **500,00€** (Συμπ. ΦΠΑ 23%)

Διαστάσεις: Μήκος 2.000 mm περίπου

Πλάτος 700 mm περίπου ή μεγαλύτερο

Ύψος 680 mm περίπου (από το δάπεδο μέχρι της επάνω επιφανείας του στρώματος).

- Σκελετός:
- α. Από ανοξείδωτο μέταλλο, με κατάλληλα δεσίματα, χωρίς εμφανή ραφή.
 - β. Το ερεισίνωτο να είναι ανακλινόμενο, ανοξείδωτο μέταλλο και να δύναται να λαμβάνει σταθερώς διάφορες θέσεις με τη βοήθεια ειδικής διατάξεως.
 - γ. Στα ποδαρικά να υπάρχουν ελαστικά παρεμβάσματα για να μην τραυματίζεται το δάπεδο.
 - δ. Να διαθέτει μηχανισμό συγκράτησης χάρτου (ρολού) το οποίο θα είναι και θα εκτυλίγεται μέσα από ειδική θήκη με εξωτερικό κάλυμμα.

Στρώμα: Από αφρώδες ελαστικό, με κάλυμμα από πλαστικό δέρμα μεγάλης αντοχής, αδιάβροχο, στεγανό, χωρίς ραφές για εύκολη απολύμανση με απολυμαντικά υγρά.

Εγγύηση: Τουλάχιστον (4) έτη για όλα τα μεταλλικά μέρη.

Πιστοποίηση: Να διαθέτει πιστοποιητικά καταλληλότητας CE- Mark, ISO. Να κατατεθούν.

Σημείωση: Να αναφερθεί το μέγιστο βάρος που μπορεί να δεχθεί με ασφάλεια . Κάθε βελτιωμένη πρόταση, θα ληφθεί υπ' όψη, εφ' όσον επιδειχθεί και αποδειχθεί στην επιτροπή αξιολόγησης.

ΕΙΔΟΣ: 11 ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Τεμ. (6)

Προϋπολογισμός : **2.400,00 €** (Συμπ. ΦΠΑ 23%)

1. ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΚΕΝΟΥ

Να συνδέεται στις λήψεις κενού του νοσοκομείου με τη βοήθεια κατάλληλου βύσματος.

Να διαθέτει μεταλλικό ανιξείδωτο η χρωμιωμένο σώμα.

Να διαθέτει περιστροφικό κομβίο ρύθμισης της αναρροφητικής ικανότητας.

Να διαθέτει κενόμετρο 0 έως -1000mbar
Να επιτυγχάνει κενό ύψους 900 mbar τουλάχιστον.
Η έξοδος του να διαθέτει κοχλιωτό σύνδεσμο για σύνδεση διαφόρων παρελκόμενων συσκευών,(δοχείο υπερχειλίσσης ,συνδεδετικό σωλήνων κ.λ.π).
Να έχει μέγιστη αναρροφητική ικανότητα περίπου 25 L / min.
Να έχει μέγιστη τιμή κενού μεγαλύτερη από 900 mbar
Να φέρει εγχάρακτα σήμανση CE και στοιχεία ιχνυλασιμότητας (serial number, part number)

2. ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ

Να συνδέεται απευθείας στον ρυθμιστή κενού με το χέρι .
Να έχει χωρητικότητα 200-300 ml περίπου.
Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας τύπου πλωτήρα για την προστασία του ρυθμιστή .
Να μπορεί να αποστειρωθεί στους 121 °C.
Να διαθέτει CE mark.

3. ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Να έχει χωρητικότητα 2000 ml και να συνδέεται στο δοχείο υπερχειλίσσης μέσω σωλήνα σιλικόνης.
Να διαθέτει διάφανο δοχείο συλλογής υγρών το οποίο να φέρει μετρητική διάταξη αναγράφοντας ενδείξεις χωρητικότητας
Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας τύπου πλωτήρα για την αποφυγή υπερχειλίσεων .
Να μπορεί να αποστειρωθεί στους 121 °C.
Να μπορεί να χρησιμοποιεί σάκους μίας χρήσεως.
Να διαθέτει CE mark.

4. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Η αναρρόφηση να συνοδεύεται από σύστημα στερέωσης του δοχείου αναρρόφησης στο τοίχο ,αποτελούμενο από βάση τοίχου και μεταλλικό δακτύλιο.
Επίσης να παραδοθεί ,με κάθε σετ, σωλήνας σιλικόνης 7X13 ,μήκους 3 μέτρων για τη σύνδεση των δοχείων υπερχειλίσσης και αναρρόφησης με τον καθετήρα

5. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η εγκατάσταση και ο έλεγχος καλής λειτουργίας στο χώρο που θα τους υποδεχθεί θα βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον προμηθευτή.
Να χορηγηθεί πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας Τριών (3) ετών.
Κάλυψη σε ανταλλακτικά για δέκα χρόνια.
Η προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO και να συμμορφώνεται με την διυπουργική απόφαση (ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ.130648 (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009) περί διακίνησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλλου συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια, (όχι μονολεκτικά) και με τη σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών.

ΕΙΔΟΣ 12: ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΡΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Τεμ. (1)

Προϋπολογισμός: **2.000,00€** (Συμπ. ΦΠΑ 23%)

- Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, αμεταχείριστη, κατάλληλη για σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ (220VAC/50Hz) και να διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας.
- Να είναι μικρού όγκου και βάρους και να δύναται να αναρτηθεί είτε σε στατώ ορρών είτε επί ράγας.
- Να είναι εύκολη στην χρήση της και να διαθέτει διακόπτες αφής για εύκολο καθαρισμό.

- Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη απεικόνισης τόσο της επιτυγχανόμενης από την συσκευή θερμοκρασίας όσο και της επιθυμητής (ρυθμιζόμενης) θερμοκρασίας από τον χρήστη.
- Να διαθέτει οπτικοακουστικό σύστημα συναγερμού με αυτόματη διακοπή της τάσης λειτουργίας σε περίπτωση υπερθέρμανσης.
- Να διαθέτει τριπλό σύστημα ασφαλείας έναντι υπερθέρμανσης στην περίπτωση που η θερμοκρασία φτάσει στους $45^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$.
- Να διαθέτει οπτικοακουστικό σύστημα συναγερμού σε περίπτωση που η επιτυγχανόμενη θερμοκρασία της συσκευής είναι μικρότερη των $33^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$.
- Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας από τον χρήστη, μέσω διακοπών αφής από 33°C έως 43°C με βήματα των $0,5^{\circ}\text{C}$.
- Να επιτυγχάνεται αποτελεσματική μεταφορά θερμότητας, χωρίς απώλειες, μέχρι το σημείο που γίνεται η σύνδεση με τον ασθενή (να αναφερθεί πως επιτυγχάνεται αυτό) και συγχρόνως να είναι δυνατός ο οπτικός έλεγχος της ροής του θερμαινόμενου υγρού καθ'όλο το μήκος της διαδρομής αυτής.
- Να μπορούν να προσαρμοστούν συσκευές ορρών μίας χρήσεως οποιασδήποτε κατασκευάστριας εταιρίας που τυχόν είναι μειοδότες στον ετήσιο διαγωνισμό του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του νοσοκομείου.
- Να μπορεί να διατεθεί δείγμα της συσκευής αν αυτό κριθεί απαραίτητο από την επιτροπή αξιολόγησης.
- Η συσκευή να διαθέτει πιστοποιητικό CE.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η συσκευή θα πρέπει να παρουσιάζει προστασία έναντι υγρασίας και υγρών γενικά.
9. Οι προμηθευτές που θεωρούν ότι οι προσφερόμενες μονάδες τους παρουσιάζουν πλεονεκτήματα σχετικά πάντα με το αντικείμενο για το οποίο προορίζονται, να τα αναφέρουν και θα εκτιμηθούν, αναλόγως των αναγκών του ενδιαφερόμενου τμήματος.

10. Επί ποινή αποκλεισμού.

Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία η εταιρεία θα δεσμεύεται στα πιο κάτω:

- a. Δήλωση δέσμευση ότι μετά από κάθε επισκευή ή συντήρηση που θα πραγματοποιείται από τεχνικούς της, θα εκδίδεται και το αντίστοιχο πρωτόκολλο ηλεκτρικής ασφάλειας.
11. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλλου συμμόρφωσης, εις το οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια, **όχι μονολεκτικά**, και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Όπου ζητάται ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή σε ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητούμενων στοιχείων, αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά.

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Για τα κατωτέρω ζητούμενα θα απαιτηθεί ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής η οποία απαραίτητως θα συνοδεύει την προσφορά, άλλως δεν θα αξιολογηθούν.

1. Να δοθεί πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών, από τον οίκο κατασκευής.
3. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του είδους, θα πρέπει να εκπαιδευτούν χειριστές και τεχνικοί του Νοσοκομείου, τόσο στην χρήση, όσο και στην συντήρηση. Ο χρόνος έναρξης της εκπαίδευσης, καθώς και η διάρκεια της, θα καθορισθούν κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια τμήματα, το ταχύτερο δυνατό και όχι πέραν των 30 ημερών.
4. Με την προσφορά θα πρέπει να χορηγηθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας (στα ελληνικά) και τεχνικής φροντίδας, (service manual).
5. Να κατατεθεί προσφορά κόστους ετήσιας συντήρησης με ανταλλακτικά και χωρίς, για την επταετία μετά την εγγύηση.
6. Η κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήματα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαετής, με αποδεδειγμένη εξ αρχής παρακαταθήκη & βεβαίωση του οίκου κατασκευής.
7. Να κατατεθεί απαραίτητως πιστοποιητικό ISO 13485 και αποδεικτικά στοιχεία παροχής Service για τα προσφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα.

ΕΙΔΟΣ 13: ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Τεμ. (2)

Προϋπολογισμός: **14.000,00€** (Συμπ. ΦΠΑ 23%)

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, αμεταχείριστη κατάλληλη για σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ (220VoltsAC/50 Hz) και να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιότητας (CE Mark, ISO κ.λ.π).
2. Η μονάδα ελέγχου να διαθέτει διακόπτες αφής για εύκολο καθαρισμό και να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους ώστε να δύναται να τοποθετηθεί σε στατό ορρών.
3. Η Μονάδα ελέγχου να διαθέτει δύο εξόδους για ταυτόχρονη θέρμανση δύο θερμαντικών στρωμάτων ταυτοχρόνως όταν αυτο απαιτείται.
4. Στη μονάδα ελέγχου να είναι δυνατή η ανεξάρτητη ρύθμιση της θερμοκρασίας από 32 °C έως 39 °C με βήματα των 0,5 °C για κάθε θερμαντικό στρώμα ξεχωριστά..
5. Η μονάδα ελέγχου να διαθέτει ανεξάρτητα οπτικοακουστικά συστήματα συναγερμού για κάθε θερμαντικό στρώμα ξεχωριστά τόσο για περιπτώσεις υπερθέρμανσης όσο και για περιπτώσεις διακοπής της τροφοδοσίας του, ή ακόμη και σε περιπτώσεις που τα στρώματα θέρμανσης δεν έχουν την προκαθορισμένη θερμοκρασία.
6. Η μονάδα ελέγχου να διαθέτει LCD ψηφιακή οθόνη για την απεικόνιση ταυτοχρόνως τόσο της προκαθορισμένης από την χρήση θερμοκρασίας όσο και της επιτυγχανόμενης θερμοκρασίας από την μονάδα ελέγχου και για τα δύο θερμαντικά στρώματα
7. Τα στρώματα θέρμανσης να αποτελούνται από θερμαντικά στοιχεία τα οποία να ελέγχονται μέσω της μονάδος ελέγχου από ειδικούς αισθητήρες θερμοκρασίας και να λειτουργούν με χαμηλή τάση όχι μεγαλύτερη των 24 Volts για μεγαλύτερη ασφάλεια
8. Τα θερμαντικά στρώματα που είναι κατάλληλα για την χρήση στο χειρουργείο (να αναφερθούν οι διαστάσεις τους) να μπορούν να τοποθετηθούν τόσο κάτω από τον ασθενή σαν θερμαντικό στρώμα όσο και πάνω από τον ασθενή σαν θερμαντική κουβέρτα.
9. Να συνοδεύετε από μία θερμαντική κουβέρτα, διαστάσεων 180X80 cm περίπου.
10. Τα θερμαντικά στρώματα να είναι αντιστατικά, ανθεκτικά, ακτινοδιαπερατά και να είναι κατασκευασμένα από ειδικό υλικό που να προσφέρει μεγάλη ελαστικότητα ώστε να μπορούν να διπλώνονται για εύκολη αποθήκευση χωρίς προβλήματα βλάβης.
11. Τα θερμαντικά στρώματα να μπορούν να καλύπτονται από ειδικό κάλυμμα το οποίο να μπορεί να πλυθεί έως και τους 95 °C.
12. Η συσκευή κατά την λειτουργία της να μην απαιτεί κανένα απολύτως αναλώσιμο.
13. Η συσκευή να διαθέτει πιστοποιητικό CE.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η συσκευή θα πρέπει να παρουσιάζει προστασία έναντι υγρασίας και υγρών γενικά.
2. Οι προμηθευτές που θεωρούν ότι οι προσφερόμενες μονάδες τους παρουσιάζουν πλεονεκτήματα σχετικά πάντα με το αντικείμενο για το οποίο προορίζονται, να τα αναφέρουν και θα εκτιμηθούν, αναλόγως των αναγκών του ενδιαφερόμενου τμήματος.

Επί ποινή αποκλεισμού.

Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία η εταιρεία θα δεσμεύεται στα πιο κάτω:

- α. Ότι μαζί με το Θερμαντικό Σώματος θα παραδώσει και πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας της κλάσης και της κατηγορίας του.
- β. Δήλωση δέσμευση ότι μετά από κάθε επισκευή ή συντήρηση που θα πραγματοποιείται από τεχνικούς της, θα εκδίδεται και το αντίστοιχο πρωτόκολλο ηλεκτρικής ασφάλειας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλλου συμμόρφωσης, εις το οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια, **όχι μονολεκτικά**, και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Όπου ζητάται ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή σε ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητούμενων στοιχείων, αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά.

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Για τα κατωτέρω ζητούμενα θα απαιτηθεί ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής η οποία απαραίτητως θα συνοδεύει την προσφορά, άλλως δεν θα αξιολογηθούν.

1. Να δοθεί πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών, από τον οίκο κατασκευής.
3. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του είδους, θα πρέπει να εκπαιδευτούν χειριστές και τεχνικοί του Νοσοκομείου, τόσο στην χρήση, όσο και στην συντήρηση. Ο χρόνος έναρξης της εκπαίδευσης, καθώς και η διάρκεια της, θα καθορισθούν κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια τμήματα, το ταχύτερο δυνατό και όχι πέραν των 30 ημερών.
4. Με την προσφορά θα πρέπει να χορηγηθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας (στα ελληνικά) και τεχνικής φροντίδας, (service manual).
5. Να κατατεθεί προσφορά κόστους ετήσιας συντήρησης με ανταλλακτικά και χωρίς, για την επταετία μετά την εγγύηση.
6. Η κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήματα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαετής, με αποδεδειγμένη εξ αρχής παρακαταθήκη & βεβαίωση του οίκου κατασκευής.
7. Να κατατεθεί απαραίτητως πιστοποιητικό ISO 13485 και αποδεικτικά στοιχεία παροχής Service για τα προσφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα.
8. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001, να πληροί την Υ.Α ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1384/04.

ΕΙΔΟΣ 14: ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ FLASH

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Τεμ. (1)

Προϋπολογισμός: **7.000,00€** (Συμπ. ΦΠΑ 23%)

1. Ο κλίβανος να χρησιμοποιεί για την αποστείρωση ατμό.
2. Να έχει χωρητικότητα 15 lt περίπου.
3. Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα (4) ανοξείδωτα ράφια - δίσκους τοποθέτησης υλικών και χειρολαβή έλξης για τους δίσκους.
4. Να έχει κυλινδρικό θάλαμο από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας και πόρτα με **κλειδωμα ασφαλείας** που δεν θα ανοίγει όταν ο θάλαμος είναι υπό πίεση. Ο θάλαμος να έχει βάθος περίπου 30 cm.
5. Να έχει τουλάχιστον πέντε προγράμματα λειτουργίας: πρόγραμμα Flash, δύο προγράμματα στους 134⁰, δύο προγράμματα στους 121⁰.
6. Απαραίτητα ο κύκλος μίας πλήρους αποστείρωσης να μην υπερβαίνει τα 11 λεπτά.
7. Να έχει στην πρόσοψή του ψηφιακό display που να παρουσιάζονται και να ελέγχονται οι παράμετροι: εύρος θερμοκρασίας, χρόνος, ένδειξη πίεσης, επιλεγόμενο πρόγραμμα.
8. Να διαθέτει διπλό δοχείο αποθήκευσης για το καθαρό και το χρησιμοποιημένο νερό. Κάθε δοχείο να είναι εξοπλισμένο με σύστημα που να ανιχνεύει τα επίπεδα της στάθμης του νερού (μέγιστη-ελάχιστη) με αντίστοιχη ένδειξη στην οθόνη. Η πλήρωση με νερό να σταματάει αυτόματα όταν το δοχείο είναι πλήρες.
9. Να ειδοποιεί με ηχητικό και οπτικό σήμα για τυχόν ανωμαλίες του κύκλου
10. Να είναι πλήρως αυτόματος και να μην απαιτεί εξωτερικές συνδέσεις.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η συσκευή θα πρέπει να παρουσιάζει προστασία έναντι υγρασίας και υγρών γενικά.
2. Οι προμηθευτές που θεωρούν ότι οι προσφερόμενες μονάδες τους παρουσιάζουν πλεονεκτήματα σχετικά πάντα με το αντικείμενο για το οποίο προορίζονται, να τα αναφέρουν και θα εκτιμηθούν, αναλόγως των αναγκών του ενδιαφερόμενου τμήματος.

Επί ποινή αποκλεισμού.

Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία η εταιρεία θα δεσμεύεται στα πιο κάτω:

- α. Ότι μαζί με το κλίβανο ταχείας αποστείρωσης θα παραδώσει και πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας της κλάσης και της κατηγορίας του.
- β. Δήλωση δέσμευση ότι μετά από κάθε επισκευή ή συντήρηση που θα πραγματοποιείται από τεχνικούς της, θα εκδίδεται και το αντίστοιχο πρωτόκολλο ηλεκτρικής ασφάλειας.
- γ. Σε περίπτωση βλάβης του είδους να δανείζει η εταιρεία αντίστοιχο είδος προς χρήση.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλλου συμμόρφωσης, εις το οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια, όχι μονολεκτικά, και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Όπου ζητάται ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή σε ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητούμενων στοιχείων, αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά.

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Για τα κατωτέρω ζητούμενα θα απαιτηθεί ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής η οποία απαραίτητως θα συνοδεύει την προσφορά, άλλως δεν θα αξιολογηθούν.

1. Να δοθεί πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών, από τον οίκο κατασκευής.
2. Η ανταπόκριση για κάθε κλήση βλάβης του είδους, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός 24ώρου το αργότερο.
3. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του είδους, θα πρέπει να εκπαιδευτούν χειριστές και τεχνικοί του Νοσοκομείου, τόσο στην χρήση, όσο και στην συντήρηση. Ο χρόνος έναρξης της εκπαίδευσης, καθώς και η διάρκεια της, θα καθορισθούν κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια τμήματα, το ταχύτερο δυνατό και όχι πέραν των 30 ημερών.
4. Με την προσφορά θα πρέπει να χορηγηθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας (στα ελληνικά) και τεχνικής φροντίδας, (service manual).
5. Να κατατεθεί προσφορά κόστους ετήσιας συντήρησης με ανταλλακτικά και χωρίς, για την επταετία μετά την εγγύηση.
6. Η κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήματα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαετής, με αποδεδειγμένη εξ αρχής παρακαταθήκη & βεβαίωση του οίκου κατασκευής.
7. Να κατατεθεί απαραίτητως πιστοποιητικό ISO 13485 και αποδεικτικά στοιχεία παροχής Service για τα προσφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα.

ΕΙΔΟΣ 15: ΚΛΙΝΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (ηλεκτρική με στρώμα νοσηλείας)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Τεμ. (2)

Προϋπολογισμός: **5.000,00€** (Συμπ. ΦΠΑ 23%)

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλες για χρήση σε θαλάμους νοσηλείας κατασκευασμένο από υλικά ποιότητας και αντοχής.
2. Το κρεβάτι να συμμορφώνεται με τα εναρμονισμένα πρότυπα της ευρωπαϊκής ένωσης: IEC EN 60601-1-2 και EN IEC 60601-2-38 να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, και οι συμμορφώσεις CE (πιστοποιητικά) και να διαθέτει τις απαραίτητες ετικέτες ασφαλείας (προειδοποίησης και προσοχής) για την ασφάλεια προσωπικού και ασθενών.
3. Να παρέχει δυνατότητα στο νοσηλευτικό προσωπικό εύκολης χρήσης ως προς την λειτουργία του και τις κινήσεις του, το καθάρισμα και την απολύμανση με εύκολη πρόσβαση για καθαρισμό σε όλες τις επιφάνειες του.

4. Ο εξωτερικός σκελετός της κλίνης να είναι ενιαίος και ο εσωτερικός πολύσπαστος.
5. Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι τριών κινητών τμημάτων και ενός σταθερού και να αποτελείται από προσθαιφαιρούμενα πλαστικά τμήματα για τον εύκολο καθαρισμό αυτής.
6. Οι διαστάσεις της κλίνης να είναι περίπου 220mm X 100cm ενώ οι διαστάσεις κατάκλισης περίπου 200mm X 90cm
7. Να επιδέχεται βάρος περίπου 200kg.
8. Η αυξομείωση του ύψους της κλίνης να ρυθμίζεται ηλεκτρικά μέσω τηλεχειριστηρίου μεταξύ 450mm – 800mm περίπου.
9. Να υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρικών κινήσεων TRENDELENBURG, ANTITRENDELENBURG $\pm 12^\circ$ περίπου.
10. Το ερεισίνωτο της πλάτης να ρυθμίζεται ηλεκτρικά μέχρι 65° τουλάχιστον, το τμήμα των μηρών μέχρι 25° τουλάχιστον.
11. Να γίνεται αυτόματη μετακίνηση του ερεισίνωτου της πλάτης προς τα πίσω όταν αυτό ανεβαίνει ώστε να μην γλιστράει ο ασθενής από το ερεισίνωτο, να αποφεύγονται πιέσεις των εσωτερικών οργάνων της κοιλιακής χώρας του ασθενούς και να μην δημιουργούνται πιέσεις για την αποφυγή των κατακλίσεων.
12. Να διαθέτει μπαταρία για την επίτευξη των ηλεκτρικών κινήσεων σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή μεταφοράς της κλίνης.
13. Να φέρει ενιαίες μετώπες κεφαλής και ποδιών οι οποίες να προσδίδουν στην κλίνη στοιχεία ξενοδοχειακού τύπου, να είναι προσθαιφαιρούμενες με μία κίνηση, ενιαίου τύπου εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένες από συμπαγές, άθραυστο πολυμερές υλικό, απαραμόρφωτο, για τις συνήθειες
14. θερμοκρασιακές, χημικές και δυναμικές καταπονήσεις νοσηλευτικού περιβάλλοντος, χωρίς πόρους, ανθεκτικό σε χάραξη και δυνατότητα καθαρισμού και απολύμανσης.
15. Η κλίνη να διαθέτει εύχρηστο χειριστήριο για τον ασθενή και το νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και επιπλέον χειριστήριο στην βάση της για έλεγχο των κινήσεων καθώς και κλειδώματος των λειτουργιών της.
16. Να διαθέτει αμφίπλευρα μοχλούς οι οποίοι να επιτρέπουν στην κλίνη να παίρνει γρήγορα την οριζόντια θέση σε επείγουσα περίπτωση (CPR).
17. Να διαθέτει τροχούς $\Phi 150\text{mm}$ με κεντρικό σύστημα πέδησης και φρένου. Ο ένας τροχός να φέρει ευθύγραμμη κίνηση.
18. Να διαθέτει τέσσερις υποδοχές για στατό ορών.
19. Να διαθέτει υποδοχές για ουροσυλλέκτες αμφίπλευρα.
20. Να διαθέτει τέσσερις προσκρουστήρες στις τέσσερις γωνίες της κλίνης.
21. Να διαθέτει πλευρικά αναδιπλούμενα προστατευτικά πλαινά που να προσαρμόζονται σε ειδικές υποδοχές οι οποίες τα ασφαλίζουν με ειδικό μηχανισμό. Να είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με Ευρωπαϊκές οδηγίες προς αποφυγή εγκλωβισμού και τραυματισμού του ασθενή. (να τεκμηριωθεί).
22. Το κρεβάτι να συνοδεύεται από στρώμα το οποίο να είναι ελαφρύ και άνετο, να αποτελείται η εσωτερική επιφάνεια από αφρώδες υλικό υψηλής ελαστικότητας και προσαρμοστικότητας σχεδιασμένη για την πρόληψη των κατακλίσεων. Το κάλυμμα να είναι κατασκευασμένο από ελαστικό υλικό μεγάλης αντοχής που να αποτρέπει και να προστατεύει από την φθορά και το λέκιασμα που προκαλεί η πολλαπλή χρήση του. Επίσης να είναι αδιάβροχο, αντιμικροβιακό, αντιστατικό, βραδύκαυστο Ευρωπαϊκή οδηγία EN 597-1 & EN 597-2 (να

κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά) και να απολυμαίνεται εύκολα. Να διαθέτει φερμουάρ και να προσθαφαιρείται εύκολα.

23. Ο προμηθευτής να διαθέτει ISO σειράς 9000 και θα πρέπει να συμμορφώνεται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ/8δ/ΓΠ1348/04 (ΦΕΚ.32Β/16.01.04).
24. Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 13485 και ISO σειράς 9000.
25. Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.
26. Δυνατότητα ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.
27. Να συνοδεύεται από σχετικά Prospectus ΟΧΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ή ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ, τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και από οδηγίες χρήσεως & συντηρήσεως στα Ελληνικά.
28. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης, με λεπτομερείς απαντήσεις επί των ζητούμενων των προδιαγραφών, ακολουθώντας πιστά την σειρά των παραγραφών. Όπου γίνεται αναφορά σε φυλλάδιο του κατασκευαστικού οίκου, θα πρέπει να αναφέρεται αντίστοιχα ο αριθμός σελίδας και η παράγραφος της. Δεν γίνονται δεκτές δηλώσεις των κατασκευαστικών οίκων που δεν φέρουν κάποια επιπρόσθετη τεκμηρίωση.
29. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία η εταιρεία να δεσμεύεται στα πιο κάτω:
 - α. Ότι μαζί με την συσκευή θα παραδώσει και πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας, της κλάσης και της κατηγορίας της.
 - β. Δήλωση – δέσμευση, ότι μετά από κάθε επισκευή ή συντήρηση που θα πραγματοποιείται από τεχνικούς της θα εκδίδεται και το αντίστοιχο πρωτόκολλο ηλεκτρικής ασφάλειας.

ΕΙΔΟΣ 16: ΣΕΤ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Τεμ. (1)

Προϋπολογισμός: **300,00€** (Συμπ. ΦΠΑ 23%)

Το σετ να περιλαμβάνει :

1. Μία ανοξειδωτή χειρολαβή οπτικής ίνας 3,5 V, μεσαίου μεγέθους
2. Τρεις λάμες λαρυγγοσκοπίου οπτικής ίνας τύπου Macintosh, Ενηλίκων, Παίδων και νεογνών.

Η λάμα να ταιριάζει με τη λαβή οπτικής ίνας.

Η οπτική ίνα του ψυχρού φωτισμού να έχει εξωτερική διάσταση 5 mm περίπου έτσι ώστε να παράγει έναν εντονότερο φωτισμό.

Οι οπτικές ίνες να μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα κατά τη διάρκεια της αποστείρωσης έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες ζημίας και να επιμηκύνεται η διάρκεια ζωής της ίνας.

Η λαβή και η λάμα λαρυγγοσκοπίου να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά καταλληλότητας και να φέρουν σήμα CE.

Να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών.

Να υποστηρίζονται από τεχνική κάλυψη και ανταλλακτικά για δέκα (10) έτη.

Ο χρόνος παράδοσης τους να είναι άμεσος.

Να δίδεται πενταετής εγγύηση καλής λειτουργίας από τον προμηθευτή.

Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον ξένο οίκο που αφορά την δυνατότητα επισκευής των προσφερόμενων συσκευών καθώς επίσης και την κάλυψη ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη.

Η συσκευή να διαθέτει πιστοποιητικό CE και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001.

Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001, να πληροί την Υ.Α ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1384/04.

ΕΙΔΟΣ 17: ΠΗΓΗΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Τεμ. (1)

Προϋπολογισμός: **2.000,00€** (Συμπ. ΦΠΑ 23%)

Να είναι πηγή ψυχρού φωτισμού αλογόνου και να διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- ♦ Η Λυχνία αλογόνου να είναι 150 Watt, υψηλής απόδοσης.
- ♦ Να έχει τη δυνατότητα και οικονομικής λειτουργίας της λυχνίας (Longlife function) για μεγάλη διάρκεια ζωής .
- ♦ Η Χρωματική θερμοκρασία να είναι 3.500 K.
- ♦ Να διαθέτει δύο επίπεδα έντασης φωτισμού.
- ♦ Να λειτουργεί με τάση δικτύου πόλεως 230V/50-60Hz.
- ♦ Να συνοδεύεται από καλώδιο ψυχρού φωτισμού διαμέτρου 3,5mm και μήκος 2300mm.

-Ο προμηθευτής να διαθέτει ISO σειράς 9000 και θα πρέπει να συμμορφώνεται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ/8δ/ΓΠ1348/04 (ΦΕΚ.32B/16.01.04).

-Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 13485 και ISO σειράς 9000.

-Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια.

-Δυνατότητα ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.

-Να συνοδεύεται από σχετικά Prospectus ΟΧΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ή ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ, τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και από οδηγίες χρήσεως & συντηρήσεως στα Ελληνικά.

ΕΙΔΟΣ: 18 ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΠΗΣ ΓΑΖΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Τεμ. (1)

Προϋπολογισμός : **600,00€** (Συμπ. ΦΠΑ 23%)

1. Να είναι στιβαρής κατασκευής, εύκολο στη χρήση και πολύ ελαφρύ (περίπου στα 2 Kg).
2. Κατάλληλο για γρήγορη και επαγγελματική χρήση, με εργονομική κατασκευή για ευκολία στη κοπή γαζών.
3. Να διαθέτει ισχυρό κινητήρα $\geq 90\text{Watt}$ στα 220V / 50 HZ, ώστε να εξασφαλίζεται ακριβές και κοφτερό κόψιμο μέχρι και πάχους 25 mm.

4. Να χρησιμοποιεί ειδική λεπίδα – δίσκο διαμέτρου 100 mm περίπου
5. Να διαθέτει απαραίτητα σύστημα προφύλαξης για την ασφάλεια του χειριστού.
6. Να συνοδεύεται απαραίτητα από μία (1) λεπίδα.
7. Τα μέρη του να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο μέταλλο και αλουμίνιο

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η συσκευή θα πρέπει να παρουσιάζει προστασία έναντι υγρασίας και υγρών γενικά.
2. Οι προμηθευτές που θεωρούν ότι οι προσφερόμενες μονάδες τους παρουσιάζουν πλεονεκτήματα σχετικά πάντα με το αντικείμενο για το οποίο προορίζονται, να τα αναφέρουν και θα εκτιμηθούν, αναλόγως των αναγκών του ενδιαφερόμενου τμήματος.

3. Επί ποιητή αποκλεισμού.

Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία η εταιρεία θα δεσμεύεται στα πιο κάτω:

α. Ότι μαζί με το πριόνι κοπής γάζας θα παραδώσει και πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας της κλάσης και της κατηγορίας του.

β. Δήλωση δέσμευση ότι μετά από κάθε επισκευή ή συντήρηση που θα πραγματοποιείται από τεχνικούς της, θα εκδίδεται και το αντίστοιχο πρωτόκολλο ηλεκτρικής ασφάλειας.

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλλου συμμόρφωσης, εις το οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια, **όχι μονολεκτικά**, και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Όπου ζητάται ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή σε ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητούμενων στοιχείων, αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά.

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Για τα κατωτέρω ζητούμενα θα απαιτηθεί ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής η οποία απαραίτητως θα συνοδεύει την προσφορά, άλλως δεν θα αξιολογηθούν.

1. Να δοθεί πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών, από τον οίκο κατασκευής.
2. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του είδους, θα πρέπει να εκπαιδευτούν χειριστές και τεχνικοί του Νοσοκομείου, τόσο στην χρήση, όσο και στην συντήρηση. Ο χρόνος έναρξης της εκπαίδευσης, καθώς και η διάρκεια της, θα καθορισθούν κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια τμήματα, το ταχύτερο δυνατό και όχι πέραν των 30 ημερών.
3. Με την προσφορά θα πρέπει να χορηγηθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας (στα ελληνικά) και τεχνικής φροντίδας, (service manual).
4. Να κατατεθεί προσφορά κόστους ετήσιας συντήρησης με ανταλλακτικά και χωρίς, για την επταετία μετά την εγγύηση.
5. Η κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήματα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαετής, με αποδεδειγμένη εξ αρχής παρακαταθήκη & βεβαίωση του οίκου κατασκευής.
6. Να κατατεθεί απαραίτητως πιστοποιητικό ISO 13485 και αποδεικτικά στοιχεία παροχής Service για τα προσφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα.
7. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001, να πληροί την Υ.Α ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1384/04.

ΕΙΔΟΣ : 19 ΣΕΤ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ – ΡΙΝΟΣΚΟΠΙΟ – ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Τεμ. (1)

Προϋπολογισμός : **2.000,00€** (Συμπ. ΦΠΑ 23%)

- Να είναι επιτοίχιο και να αποτελείται από Μετασχηματιστή, Ωτοσκόπιο, Ρινοσκόπιο, Οφθαλμοσκόπιο με τα εξής χαρακτηριστικά:

Μετασχηματιστής

- Να αποτελείται από ενιαία μονάδα τριών λαβών.
- Να διαθέτει φωτιζόμενο διακόπτη on-off.
- Οι λαβές να διαθέτουν ρεοστάτη για τη ρύθμιση της έντασης του φωτός.
- Οι λαβές να δέχονται μεγάλο εύρος διαγνωστικών κεφαλών.
- Οι διαγνωστικές κεφαλές να κουμπώνουν στις λαβές με ασφάλεια.

- Να υπάρχει η δυνατότητα κλειδώματος των διαγνωστικών κεφαλών στις λαβές για την αποφυγή της απώλειας αυτών.
- Η παροχή τάσης στις λαβές να ενεργοποιείται αυτόματα με την απομάκρυνσή της.
- Οι λαβές να διαθέτουν σπирάλ καλώδιο ικανού μήκους.
- Να λειτουργεί με τάση περίπου 3,5 V

Ωτοσκόπιο

- Να αποτελείται από μεταλλική κεφαλή και φωτισμό μέσω οπτικών ινών.
- Να διαθέτει λαμπτήρα Xenon
- Να διαθέτει προσαρμοσμένο σταθερά και περιστρεφόμενο μεγεθυντικό φακό με μεγέθυνση 3X. Το υλικό του φακού να είναι από γυαλί και όχι από πλαστικό ώστε να μην χαράζεται και να μπορεί να απολυμανθεί.
- Να δέχεται χωνάκια ωτοσκόπησης πολλαπλών αλλά και μιας χρήσης. Να συνοδεύεται από 6 τουλάχιστον χωνάκια διαφορετικής διαμέτρου.
- Να διαθέτει λαμπτήρα Xenon περίπου 3,5V

Οφθαλμοσκόπιο

- Να αποτελείται από μεταλλική κεφαλή και φωτισμό οπτικών ινών.
- Να διαθέτει λαμπτήρα Xenon περίπου 3,5V
- Να φέρει διόπτρα με διορθωτικούς φακούς από -25 έως και +40 και φωτιζόμενο παράθυρο,

Ρινοσκόπιο

- Να αποτελείται από μεταλλική κεφαλή και φωτισμό οπτικών ινών, με ρινικό διαστολέα.
- Να διαθέτει λαμπτήρα Xenon περίπου 3,5V

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η συσκευή θα πρέπει να παρουσιάζει προστασία έναντι υγρασίας και υγρών γενικά.

-Οι προμηθευτές που θεωρούν ότι οι προσφερόμενες μονάδες τους παρουσιάζουν πλεονεκτήματα σχετικά πάντα με το αντικείμενο για το οποίο προορίζονται, να τα αναφέρουν και θα εκτιμηθούν, αναλόγως των αναγκών του ενδιαφερόμενου τμήματος.

-Επί ποινή αποκλεισμού.

Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία η εταιρεία θα δεσμεύεται στα πιο κάτω:

- α. Ότι μαζί με το επιτοίχιο σετ θα παραδώσει και πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας της κλάσης και της κατηγορίας του.
- β. Δήλωση δέσμευση ότι μετά από κάθε επισκευή ή συντήρηση που θα πραγματοποιείται από τεχνικούς της, θα εκδίδεται και το αντίστοιχο πρωτόκολλο ηλεκτρικής ασφάλειας.

-Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλλου συμμόρφωσης, εις το οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια, **όχι μονολεκτικά**, και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Όπου ζητάται ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή σε ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητούμενων στοιχείων, αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά.

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Για τα κατωτέρω ζητούμενα θα απαιτηθεί ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής η οποία απαραίτητως θα συνοδεύει την προσφορά, άλλως δεν θα αξιολογηθούν.

1. Να δοθεί πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών, από τον οίκο κατασκευής.
2. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του είδους, θα πρέπει να εκπαιδευτούν χειριστές και τεχνικοί του Νοσοκομείου, τόσο στην χρήση, όσο και στην συντήρηση. Ο χρόνος έναρξης της εκπαίδευσης, καθώς και η διάρκεια της, θα καθορισθούν κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια τμήματα, το ταχύτερο δυνατό και όχι πέραν των 30 ημερών.
3. Με την προσφορά θα πρέπει να χορηγηθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας (στα ελληνικά) και τεχνικής φροντίδας, (service manual).

4. Να κατατεθεί προσφορά κόστους ετήσιας συντήρησης με ανταλλακτικά και χωρίς, για την επταετία μετά την εγγύηση.
5. Η κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήματα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαετής, με αποδεδειγμένη εξ αρχής παρακαταθήκη & βεβαίωση του οίκου κατασκευής.
6. Να κατατεθεί απαραίτητως πιστοποιητικό ISO 13485 και αποδεικτικά στοιχεία παροχής Service για τα προσφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα.
7. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001, να πληροί την Υ.Α ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1384/04.

ΕΙΔΟΣ 20: ΤΡΟΛΕΥ ΚΑΡΔΙΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (EMERGENCY TROLLEY)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Τεμ. (2)

Προϋπολογισμός 6.000,00€ (Συμπ. ΦΠΑ 23%)

Το τροχήλατο να είναι κατασκευασμένο ολόκληρο το σώμα από ηλεκτρογαλβανισμένο σκληρό μέταλλο πάχους 10/10 φινιρισμένο από ακριλική βαφή πολυουρεθάνης.

Οι διαστάσεις του τροχήλατου να είναι : 820mm x 640x 1000mm (ΜxΠxΥ) περίπου.

Να έχει εργονομικό σχεδιασμό ώστε να διευκολύνει την οργάνωση φαρμάκων και νοσηλευτικού υλικού κατάλληλου για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.

Να φέρει κεντρικό σύστημα κλειδώματος.

Να διαθέτει :

- Έξι συρτάρια διαφόρων μεγεθών (δύο βάθους 6cm περίπου, δύο βάθους 13cm περίπου και δύο μεγαλύτερου βάθους). Όλα τα συρτάρια στην πρόσοψη τους να φέρουν χειρολαβή για την εύκολη χρήση τους και να φέρουν εσωτερικά διαχωριστικά.

Να μπορεί να δεχθεί :

- Βάση απινιδωτή με προστατευτικά πλαϊνά για την προστασία του απινιδωτή από πτώση και ζώνες περιδέρησης για τον απινιδωτή.
- Βάση για τοποθέτηση αναρρόφησης
- Πολύμπριζο 4 θέσεων με συνδετικό καλώδιο.
- Καλάθι αχρήστων με καπάκι.
- Δοχείο απόρριψης βελονών.
- Στατώ ορού.
- Πλάκα καρδιακών μαλάξεων.
- Θήκη καθετήρων.
- Θέση για φιάλη οξυγόνου 3-6 lit.

Στη βάση περιμετρικά στις γωνίες να φέρει προσκρουστήρες και 4 περιστρεφόμενες αντιστατικές ρόδες, διαμέτρου 125 mm περίπου, οι δύο εξ αυτών να φέρουν φρένο .

Ο όλος σχεδιασμός να είναι εργονομικός και να επιτρέπει την εύκολη οδήγηση του τροχήλατου και να μην υπάρχουν εξαρτήματα ή επιφάνειες οι οποίες να προεξέχουν ώστε να δημιουργούνται προβλήματα κατά τη κίνηση του .

Να εξασφαλίζεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός και η απολύμανση όλων των επιφανειών.

Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/03 (Διακίνηση και Τεχνική Υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8Δ/Γ.Π. ΟΙΚ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.ΗΕ. βάση του Π.Δ. 117/2004.

ΕΙΔΟΣ 21: ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Τεμ. (2)

Προϋπολογισμός: 4.000,00€ (Συμπ. ΦΠΑ 23%)

Να έχει τα παρακάτω περίπου τεχνικά χαρακτηριστικά :

Το τροχήλατο να είναι ειδικού, σχεδιασμού και προδιαγραφών, για την οργάνωση υλικών και εξοπλισμού κατάλληλου για τις ανάγκες της νοσηλείας.

Να είναι κατασκευασμένο από ηλεκτρογαλβανισμένο σκληρό μέταλλο πάχους περίπου 10/10 φινιρισμένο από ακριλική βαφή πολυουρεθάνης για να αντέχει στα κτυπήματα.

Οι διαστάσεις του να είναι περίπου 600 X 450 X 1050 mm (ΜxΒxΥ)

Στη βάση στις 4 γωνίες να φέρει προσκρουστήρες και 4 περιστρεφόμενες αντιστατικές ρόδες, διαμέτρου 125 mm περίπου, οι δύο εξ αυτών να φέρουν φρένο.

Να φέρει κεντρικό σύστημα κλειδώματος.

Ο όλος σχεδιασμός να είναι εργονομικός και να επιτρέπει την εύκολη οδήγησή του χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα κατά τη κίνηση του.

Στη μια πλευρά του πλάτους να φέρει χειρολαβή για την εύκολη οδήγησή του και ανακλινόμενη επιφάνεια για χρήση γραφικής εργασίας.

Να είναι ανθεκτικό στα απορρυπαντικά και απολυμαντικά υγρά για τον καθαρισμό και την απολύμανση όλων των επιφανειών του.

Να διαθέτει :

- Πέντε (5) συρτάρια τα οποία στο πρόσθιο τμήμα να φέρουν χειρολαβή για το άνοιγμα και κλείσιμο τους. Εξ αυτών τα 3 να έχουν ύψος 12 cm περίπου και τα δύο 15 cm περίπου.

Όλα τα συρτάρια κατ' επιλογή να φέρουν διαφανή εσωτερικά διαχωριστικά.

Να μπορεί να δεχθεί :

- Θέση και σύστημα για δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων (βελονών, λεπίδων κ.τ.λ).

- Κάδο αχρήστων με καπάκι.

- Στατώ ορρών μεταβλητού ύψους με δύο άγκιστρα.

- Δοχείο καθετήρων.

- Βάση για τοποθέτηση αναρρόφησης

- Σύστημα συγκράτησης φιαλών

Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/03 (Διακίνηση και Τεχνική Υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8Δ/Γ.Π. ΟΙΚ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.ΗΕ. βάση του Π.Δ. 117/2004.

ΕΙΔΟΣ 22: ΦΟΡΗΤΟ DOPPLER ΑΓΓΕΙΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Τεμ. (1)

Προϋπολογισμός: 1.000,00€ (Συμπ. ΦΠΑ 23%)

Φορητό Doppler Αγγείων Τσέπης (Pocket Doppler).

Να είναι κατάλληλο για χρήση οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη χρήσης Doppler για έλεγχο της συστολικής πίεσης στην ροή των αγγείων του αίματος.

Να χρησιμοποιεί διάφορους τύπους probe συχνότητας 8MHz τύπου μολυβιού και FLAT για ενήλικες και παιδιά τα οποία μπορούν να απολυμανθούν με αέριο ή σε απολυμαντικό υγρό.

Να λειτουργεί με κοινή μπαταρία του εμπορίου.

Να διαθέτει ενσωματωμένο ηχείο για την εξωτερική μεταφορά του ήχου . Φέρει στερεοφωνική έξοδο για ακουστικά τα οποία όταν χρησιμοποιούνται απομονώνουν του ήχους από το ηχείο.

Να είναι μεγάλης ευαισθησίας ώστε μπορεί να ανιχνεύει αποτελεσματικά επιφανειακά αλλά και αγγεία σε βάθος.

Να είναι σχετικά μικρού όγκου και βάρους και μικρού μεγέθους .

Να συνοδεύεται από ένα probe κατ' επιλογή του χρήστη για την λειτουργία του .

Να καλύπτει τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας.

Να διαθέτει σήμανση CE από εγκεκριμένο οργανισμό σήμανσης .

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η συσκευή θα πρέπει να παρουσιάζει προστασία έναντι υγρασίας και υγρών γενικά.

Οι προμηθευτές που θεωρούν ότι η προσφερόμενη μονάδα τους παρουσιάζει πλεονεκτήματα σχετικά πάντα με το αντικείμενο για το οποίο προορίζονται, να τα αναφέρουν και θα εκτιμηθούν, αναλόγως των αναγκών του ενδιαφερόμενου τμήματος.

-Επί ποινή αποκλεισμού.

Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία η εταιρεία θα δεσμεύεται στα πιο κάτω:

- ✓ Δήλωση δέσμευση ότι μετά από κάθε επισκευή ή συντήρηση που θα πραγματοποιείται από τεχνικούς της, θα εκδίδεται και το αντίστοιχο πρωτόκολλο ηλεκτρικής ασφάλειας.

-Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλλου συμμόρφωσης, εις το οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια, όχι μονολεκτικά, και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Όπου ζητείται ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή σε ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητούμενων στοιχείων, αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά.

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Για τα κατωτέρω ζητούμενα θα απαιτηθεί ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής η οποία απαραίτητως θα συνοδεύει την προσφορά, άλλως δεν θα αξιολογηθούν.

1. Να δοθεί πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών, από τον οίκο κατασκευής.

2. Η ανταπόκριση για κάθε κλήση βλάβης του είδους, θα πρέπει να πραγματώνεται εντός 24ώρου το αργότερο.

3. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του είδους, θα πρέπει να εκπαιδευτούν χειριστές και τεχνικοί του Νοσοκομείου, τόσο στην χρήση, όσο και στην συντήρηση. Ο χρόνος έναρξης της εκπαίδευσης, καθώς και η διάρκεια της, θα καθορισθούν κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια τμήματα, το ταχύτερο δυνατό και όχι πέραν των 30 ημερών.

ΕΙΔΟΣ 23: ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Τεμ. (1)

Προϋπολογισμός: **10.000,00€** (Συμπ. ΦΠΑ 23%)

1. Η μονάδα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να πληροί τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.
2. Να είναι κατάλληλη για χειρουργικές επεμβάσεις, ανοικτές και λαπαροσκοπικές.
3. Να διαθέτει κύκλωμα ασθενή μονωμένο από γείωση.
4. Να λειτουργεί με τάση 100- 240 VAC / 50-60 Hz.
5. Να διαθέτει δύο μονοπολικές εξόδους και μία διπολική.
6. Να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά ισχύος εξόδου (κατά προτίμηση - περίπου):

| Θέση λειτουργίας | Ισχύς (Watt) | Συχνότητα λειτουργίας | Ονομαστικό φορτίο Ohm |
|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Μονοπολική | | | |
| Pure Cut | 200W | 450kHz | 340Ω |
| Blend soft | 200W | 450kHz | 340Ω |
| Blend strong | 130W | 450kHz | 650Ω |
| Endo | 220W | 450kHz | 340Ω |
| Fulg | 140W | 450kHz | 340Ω |
| Pin Point | 200W | 450kHz | 260Ω |
| Soft | 200W | 450kHz | 240Ω |
| Spray | 130W | 450kHz | 650Ω |
| Διπολική | | | |
| Pure Cut | 140W | 450kHz | 300Ω |
| Blend | 110W | 450kHz | 280Ω |
| micro | 120W | 450kHz | 100Ω |
| auto | 120W | 450kHz | 100Ω |
| macro | 120W | 450kHz | 100Ω |

7. Να δοθούν τα γραφήματα ισχύος.
8. Να διαθέτει ενδείξεις με κωδικούς σφαλμάτων στις οθόνες ενδείξεων.
9. Να διαθέτει οπτική ένδειξη που θα εμφανίζεται αυτόματα όταν χρησιμοποιείται ο διπολικός τρόπος λειτουργίας.
10. Να διαθέτει θέση λειτουργίας που να ελέγχει αυτόματα την ισχύ εξόδου της γεννήτριας για να παρέχει στο χειρουργό συνέπεια στη δράση τομής. Σε αυτήν τη θέση λειτουργίας να επιτυγχάνεται μικρός βαθμός αιμόστασης.
11. Να διαθέτει μόνιτορ παρακολούθησης της ποιότητας επαφής του ηλεκτροδίου επιστροφής του ασθενή, και σε περίπτωση ενεργοποίησης του συναγερμού κακής επαφής, να διακόπτει την λειτουργία της.
12. Να διαθέτει μεγάλες ευανάγνωστες ενδείξεις και πλήκτρα αφής για όλες τις λειτουργίες της.
13. Να δέχεται ταυτόχρονα δύο ποδοδιακόπτες για μονοπολική λειτουργία και έναν ποδοδιακόπτη για διπολική λειτουργία.
14. Να συνοδεύεται από ηλεκτρόδιο επιστροφής ασθενούς πολλαπλών χρήσεων χωρητικής τεχνολογίας, μεγέθους 120 X 50 cm περίπου, ακτινοπερατό, Latex-free, από μαλακό πολυμερές υλικό ώστε να χρησιμεύει και ως επίθεμα μείωσης πίεσης και να μην χρειάζεται να επικολλάται πάνω στον ασθενή, από μονοπολικούς στυλεούς μιας χρήσης με ενσωματωμένο ηλεκτρόδιο τύπου μαχαιριδίου με επικάλυψη από αντικολλητικό υλικό, από τροχήλατη βάση εργοστασιακής κατασκευής.

15. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ε.Ε. για ιατρικά μηχανήματα Class I/CF, IEC 60601-2-2, IEC 60601-1, UL 60601-1 1st Ed., ANSI/AAMI HF-18 και να διαθέτει CE.

Ο προμηθευτής να διαθέτει ISO σειράς 9000 και θα πρέπει να συμμορφώνεται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ/8δ/ΓΠ1348/04 (ΦΕΚ.32B/16.01.04).

Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 13485 και ISO σειράς 9000.

Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον τρία (2) χρόνια.

Δυνατότητα ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.

Να συνοδεύεται από σχετικά Prospectus ΟΧΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ή ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ, τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και από οδηγίες χρήσεως & συντηρήσεως στα Ελληνικά.

ΕΙΔΟΣ 24: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Τεμ. (1)

Προϋπολογισμός: **25.000,00€** (Συμπ. ΦΠΑ 23%)

1. Η τράπεζα να είναι κατάλληλη για επεμβάσεις γενικής χειρουργικής, αλλά και για όλες τις άλλες ειδικότητες, με είδος των αντίστοιχων εξαρτημάτων για κάθε ειδικότητα.
2. Να είναι τροχήλατη, σύγχρονης ηλεκτροϋδραυλικής ή ηλεκτρομηχανικής τεχνολογίας, με ενσωματωμένο, ολοκληρωμένο, ανεξάρτητο, εφεδρικό σύστημα ίδιας λειτουργίας.
3. Καθ'όλο το μήκος της χειρουργικής επιφάνειας να υπάρχουν ράγες και στις δύο πλευρές για την στήριξη των εξαρτημάτων.
4. Ολη η χειρουργική τράπεζα να είναι κατασκευασμένη εξ'ολοκλήρου από υψηλής ποιότητας μέταλλα, χωρίς πλαστικά, ακρυλικά εξαρτήματα ή ελαστικά τύπου φυσαρμόνικας στην τηλεσκοπική κολώνα, για να εξασφαλίζεται έτσι η μακροχρόνια χρήση, η αντιδιαβρωτική προστασία αλλά και η ευκολία στον καθαρισμό της (επι ποινή αποκλεισμού).
5. Η χειρουργική επιφάνεια να αποτελείται από τουλάχιστον πέντε αρθρωτά τμήματα που το καθένα να ρυθμίζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε τύπου επέμβασης, να είναι ακτινοδιαπερατή καθ'όλο το μήκος της αλλά να διαθέτει και κανάλι ακτινολογικής κασσέτας.
6. Τα τμήματα κεφαλής και ποδιών να προσθαφαιρούνται κατά βούληση ώστε η δομή της τράπεζας να είναι κατάλληλη για την τοποθέτηση του ασθενή σε κάθε επιθυμητή θέση.
7. Τα στρώματα της επιφάνειας να είναι κατασκευασμένα από αφρώδες αντιστατικό, ακτινοδιαπερατό υλικό και να μπορούν να αφαιρεθούν το καθένα ξεχωριστά, για πλύσιμο & απολύμανση.
8. Η κολώνα στήριξης να διαθέτει κατασκευή τέτοια που να επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία του C-Arm ώστε αυτό να μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανένα κρυφό σημείο για όλες τις επεμβάσεις από την κεφαλή του ασθενούς ως τα πόδια.
Κατά προτίμηση να μην απαιτείται κανένας επιπλέον χειρισμός της τράπεζας για εξοικονόμηση χρόνου.

9. Οι ρυθμίσεις και οι κινήσεις της χειρουργικής τράπεζας να επιτυγχάνονται από :

- Χειροπληκτρολόγιο το οποίο να διαθέτει οθόνη LCD στο οποίο να εμφανίζονται οι λειτουργίες και οι τυχόν δυσλειτουργίες της τράπεζας (με εύχρηστο σύστημα αυτοδιάγνωσης χωρίς την χρήση παρελκομένων συσκευών για εξοικονόμηση χρόνου) καθώς και η κατάσταση φόρτισης των μπαταριών.
- Εφεδρικό πληκτρολόγιο που να βρίσκεται στην βάση της τράπεζας το οποίο να διαθέτει ενδείξεις φόρτισης συσσωρευτών κύριου και δευτερεύοντος συστήματος λειτουργίας καθώς και ενδείξεις φυσιολογικής λειτουργίας ή δυσλειτουργίας για κάθε ένα από τα δύο συστήματα λειτουργίας.

10. Η λειτουργία της τράπεζας να εξασφαλίζεται με ηλεκτρική παροχή από το δίκτυο και από ενσωματωμένες μπαταρίες κύριου και εφεδρικού συστήματος που να διαρκούν για τουλάχιστον 50-80 επεμβάσεις μετά από κάθε φόρτιση.

11. Η τράπεζα να μπορεί να δέχεται υπέρβαρους ασθενείς άνω των 200 κιλών (επι ποινή αποκλεισμού)

12. Να παρέχει τις παρακάτω ρυθμίσεις μέσω του ενσύρματου χειριστηρίου της:

- Κίνηση καθ' ύψος : 60 – 120 εκ. περίπου
- Κίνηση trendelenburg-antitrendelenburg : $\pm 30^\circ$ περίπου
- Κίνηση tilt (πλαϊνή κίνηση) : $\pm 20^\circ$ τουλάχιστον
- Κίνηση λεκάνης/πυελικής θέσης : $+65^\circ / -40^\circ$ περίπου
- Flex-Reflex με το πάτημα ενός πλήκτρου
- Επαναφορά στην αρχική θέση (0 position)
- Λειτουργία πέμπτου τροχού για ευκολότερη μετακίνηση
- Λειτουργία slow για διευκόλυνση κάποιων επεμβάσεων
- Επιλογή προσανατολισμού του ασθενούς
- Κεντρικό κλειδώμα τροχών
- Πλήκτρο emergency stop το οποίο να διακόπτει άμεσα την κάθε λειτουργία της τράπεζας

Να παρέχει τις παρακάτω ρυθμίσεις μέσω του χειριστηρίου της βάσης της:

- Κίνηση καθ' ύψος : 60 – 120 εκ. περίπου
- Κίνηση trendelenburg-antitrendelenburg : $\pm 30^\circ$ περίπου
- Κίνηση tilt (πλαϊνή κίνηση) : $\pm 20^\circ$ τουλάχιστον
- Κίνηση λεκάνης/πυελικής θέσης : $+65^\circ / -40^\circ$ περίπου
- Λειτουργία slow για διευκόλυνση κάποιων επεμβάσεων
- Κεντρικό κλειδώμα τροχών
- Πλήκτρο emergency stop το οποίο να διακόπτει άμεσα την κάθε λειτουργία της τράπεζας
- Πλήκτρο On-Off

Να παρέχει **χειροκίνητα** τις παρακάτω ρυθμίσεις :

- Χειροκίνητη κίνηση ποδιών : $+15^\circ / -95^\circ$ περίπου
- Χειροκίνητη υδραυλική κίνηση κεφαλής : $\pm 30^\circ$
- Εκταση τμήματος ποδιών : 90°

15. Θα αξιολογηθεί η εμπειρία του κατασκευαστικού οίκου (δηλ.έτη λειτουργίας της εταιρείας, αριθμός εγκατεστημένων μηχανημάτων στην Ελλάδα).

16. Να πληροί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές και να διαθέτει CE MARK (να κατατεθεί)

17. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά ποιότητας της κατασκευάστριας εταιρείας και του προμηθευτή.

18. Οι προμηθευτές να συνοδεύουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα σχέδια (οπωσδήποτε) και λοιπά στοιχεία με τα οποία θα καταδεικνύεται με σαφήνεια και πέρα από κάθε αμφισβήτηση η λειτουργικότητα της χειρουργικής τράπεζας.
19. Θα πρέπει οπωσδήποτε να απαντώνται ένα προς ένα και να γίνονται παραπομπές στο Φύλλο Συμμόρφωσης και στα αντίστοιχα φυλλάδια του κατασκευαστή που να αποδεικνύουν την κάλυψη καθεμιάς προδιαγραφής.
20. Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας δυο ετών με υποχρέωση άμεσης επισκευής βλαβών και παροχής ανταλλακτικών για 10 χρόνια.
21. Η εταιρεία να αναλάβει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Νοσοκομείου στην χρήση του είδους.
22. Με την παράδοση το είδος θα πρέπει να συνοδεύεται με OPERATORS MANUAL και SERVICE MANUAL.

Ο προμηθευτής να διαθέτει ISO σειράς 9000 και θα πρέπει να συμμορφώνεται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ/8δ/ΓΠ1348/04 (ΦΕΚ.32B/16.01.04).

Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 13485 και ISO σειράς 9000.

Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια.

Δυνατότητα ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.

Να συνοδεύεται από σχετικά Prospectus ΟΧΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ή ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ, τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και από οδηγίες χρήσεως & συντηρήσεως στα Ελληνικά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

6.6 - «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε μορφή πίνακα (όπως αυτός δίδεται στο προηγούμενο Παράρτημα Ε') έγινε για ομοιομορφία στη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Με την ίδια δομή συντάχθηκε και το αντίστοιχο φύλλο συμμόρφωσης. Οι διαγωνιζόμενοι, επομένως, υποβάλλουν υποχρεωτικά και **με ποινή αποκλεισμού** το φύλλο συμπληρωμένο και με πλήρεις παραπομπές στην σελίδα/σελίδες του επιμέρους φακέλου τεχνικής προσφοράς (στην αναλυτική τεχνική περιγραφή είτε στα συνημμένα σχετικά κείμενα ή εγχειρίδια ή έγγραφα ή prospectus / manuals κλπ).

2. Κάθε τεχνική προσφορά όπως αναφέρεται και στο άρθρο 14.2 του παραρτήματος Β' της παρούσας διακήρυξης, πρέπει να περιέχει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τυχόν πιστοποιητικά, prospectus, εγχειρίδια και φωτογραφίες, σχέδια, υπολογισμούς κλπ των προσφερομένων ειδών, εφόσον αυτές δεν ενυπάρχουν στα τεχνικά φυλλάδια. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να προσδιορίζεται η ακριβής θέση των φωτογραφιών των προσφερομένων ειδών εντός του τεχνικού φυλλαδίου.

3. Για την συμπλήρωση του Πίνακα (Φύλλου) Συμμόρφωσης **Σ1** των τεχνικών προδιαγραφών, ισχύουν τα παρακάτω:

- ο Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
- ο Στην στήλη ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ο διαγωνιζόμενος **θα πρέπει να απαντήσει αναλυτικά** ακολουθώντας την σειρά και συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης με **αναλυτική περιγραφή, πληρότητα και τεκμηρίωση** σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' ώστε να γίνει πλήρης αξιολόγηση από την Α.Α.
- ο Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον διαγωνιζόμενο η σαφής παραπομπή (με αριθμό σελίδας/σελίδων) στην αναλυτική τεχνική περιγραφή ή/και στα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια, prospectus, εγχειρίδια κλπ που αυτός έχει περιλάβει στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς ή στον τυχόν επιπλέον φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία που συνοδεύει τον κυρίως φάκελο (βλέπε άρθρο 14.2 του παραρτήματος Β' της παρούσας διακήρυξης), που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.
- ο Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναλυτική τεχνική έκθεση του επιμέρους φακέλου τεχνικής προσφοράς, θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης **Σ1** στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Τεχνική Προδιαγραφή Α/Α 4.5).

Οι προσφέροντες για οποιοδήποτε είδος του διαγωνισμού για το οποίο υποβάλλουν προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν το αντίστοιχο Πίνακα Συμμόρφωσης Σ1.

ΕΙΔΟΣ 1:

ΠΙΝΑΚΑΣ Σ1 : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ – ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

| A/A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|-----|---------------------|------------|-----------|
| 1 | | | |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ'

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6.7 - «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

ΕΙΔΟΣ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ Π1
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
|---|------------------|---------------------|---|--|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : | | | | |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | | | | |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 2/2013 | | | | |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.) ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ». | | | | |
| » | | | | |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (αριθμητικώς) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (αριθμητικώς) |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ χωρίς Φ.Π.Α. (αριθμητικώς) | | | | |
| <i>στην οποία περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση καθώς και οι υπέρ οίτων κρατήσεις για προμήθεια, μεταφορά, παράδοση, εγκατάσταση, και θέση σε πλήρη λειτουργία στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην διακήρυξη)</i> | | | | |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, χωρίς Φ.Π.Α. (ολογράφως) | | | | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. | 23% | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | | |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (αριθμητικώς) | | | | |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (ολογράφως) | | | | |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία | | | | |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

6.8 – «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ»

| | | |
|--|--|---|
|  <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p> |  <p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Μαζί για την ανάπτυξη</p> |  <p>ΕΣΠΑ 2007-2013 πρόγραμμα για την ανάπτυξη</p> |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 6 ^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : | ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.) ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Συμβατικός Προ- ϋπολογισμός : | 161.800,00 € με τον Φ.Π.Α. |
| | Αρ. Προκήρυξης : | 2 / 2013 |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | Ημερομηνία : | 27 / 08 / 2013 |
| <p style="text-align: center;">Χρηματοδότηση :</p> <p style="text-align: center;">Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης</p> | | |

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Συμβατικού Ποσού € (με ΦΠΑ)

(Σελίδες)

| |
|--|
| Αριθμός : |
| Συμβατικό Ποσό (ολογράφως) : |
| Προμηθευτής : |
| Είδος : |
| Υπηρεσία : Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου |

Σήμερα την του μηνός του έτους (.....), στις εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, στην Κόρινθο, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι α) Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου (στο εξής καλούμενο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή ΦΟΡΕΑΣ) που εδρεύει στην Λ.Αθηνων 53 Κόρινθος Κορινθίας, ΤΚ 20100, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ κ. Ιωάννη Λαουδιά και β) Την εταιρεία με την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο (στο εξής καλουμένη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) που εδρεύει στην , οδός , ΤΚ , τηλ. , fax:....., έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) , υπάγεται στην ΔΟΥ , και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της σύμβασης από τον , κάτοικο , οδός , αριθμός , με ΑΔΤ , σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρακτικό του ΔΣ (ΦΕΚ , συγκρότησης του ΔΣ σε σώμα), συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Την/...../..... με βάση τη Δ/ξη/..... (αναφέρονται και τυχόν ανακοινώσεις τροποποίησής της) διενεργήθηκε δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την υλοποίηση της προμήθειας «.....» προϋπολογισθείσης δαπάνης € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στον διαγωνισμό αυτό συμμετείχαν οι εταιρείες

1.
2.
3.
4.
5.

ΚΟΚ

Η προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ κατατέθηκε με αρ πρωτ/.....-..... και το περιεχόμενό της (δικαιολογητικά συμμετοχής, φάκελος τεχνικής προσφοράς, φάκελος οικονομικής προσφοράς) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης.

Τα αποτελέσματα του παραπάνω διαγωνισμού, κατακυρώθηκαν με την υπ' αριθμ./.....-..... απόφαση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και ανακοινώθηκαν με την υπ' αρ./.....-..... ανακοίνωση αυτού, στο όνομα της εταιρείας «.....», όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 1ο άρθρο και σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ύστερα από αυτό το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αναθέτει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ο οποίος αναλαμβάνει την υλοποίηση της προμήθειας που του κατακυρώθηκε, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1ο**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ**

Το είδος προμήθειας, η ποσότητα, η συμβατική δαπάνη και ο φορέας για τον οποίο προορίζεται αυτό, ορίζονται ως κατωτέρω :

| ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ σε € με κρατήσεις | ΦΟΡΕΑΣ |
|--|----------------|--|----------------------------------|
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ | | | |
| ΦΠΑ% | | | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ, με ΦΠΑ (αριθμητικώς) | | | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ, με ΦΠΑ (ολογράφως) | | | |

Η συνολική συμβατική δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των ευρώ (..... €) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων για τρίτους (.....%), του φόρου εισοδήματος 4% και του αναλογούντα Φ.Π.Α (.....%).

Η ανωτέρω τιμή νοείται για παράδοση του ανωτέρω είδους, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ελεύθερου στον χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για το οποίο προορίζεται, επίσης περιλαμβάνει την αξία του είδους και το παρελκόμενο είδος, τα έξοδα μεταφοράς του μέχρι και εντός του χώρου εγκατάστασής του στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, την συνεργασία με το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για την διαμόρφωση των τελικών σχεδίων και στοιχείων εφαρμογής, τα έξοδα εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού και σύνδεσης του νέου εξοπλισμού εφόσον απαιτείται με τα δίκτυα ρυθμίσεων, δοκιμών και θέσης σε πλήρη λειτουργία αυτού, την εκπαίδευση του προσωπικού (τεχνικοί) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, και τις προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή συντηρήσεις για το χρόνο της εγγυήσεως, περιλαμβάνει δε επί πλέον τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, τον φόρο εισοδήματος και τον αναλογούντα ΦΠΑ, σύμφωνα με τη Διακήρυξη /.../..... και την προσφορά του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 2ο**ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Η οριστική παραλαβή του είδους θα γίνει εντός **εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών** (συμβατικός χρόνος παράδοσης) από την/...../..... στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, εγκατεστημένου και σε πλήρη λειτουργία στον χώρο του ΦΟΡΕΑ που περιγράφεται στην διακήρυξη. Κατά συνέπεια η παράδοση του είδους σε πλήρη λειτουργία θα γίνει την (...../...../.....), στο

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και την εγκατάσταση του είδους στο χώρο τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς.

Μέσα στο συμβατικό χρόνο παράδοσης των ημερών ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να έχει προσκομίσει το είδος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, να έχει ολοκληρώσει την παραλαβή του, αυτήν τα τελικά στοιχεία, να έχει τοποθετήσει, συνδέσει, ρυθμίσει, δοκιμάσει και θέσει σε πλήρη λειτουργία το προσκομισθέντα καινούργιο είδος, να έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση των χρηστών του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και να πραγματοποιήσει την οριστική παραλαβή του είδους.

Με την υπογραφή του πρακτικού οριστικής παραλαβής, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει να παραδώσει :

- Πλήρη σειρά εις διπλούν με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (service manuals), στην ελληνική ή αγγλική καθώς και όλους τους απαραίτητους κωδικούς ελέγχων και επισκευών και όλα τα σχεδιαγράμματα των επί μέρους τμημάτων του είδους (εφόσον απαιτείται).
- Δύο εγχειρίδια λειτουργίας (operational manuals) στην ελληνική γλώσσα
- Δύο σειρές επισήμων καταλόγων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με όλους τους κωδικούς ανταλλακτικών του εργοστασίου παραγωγής (parts books) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που συγκροτείται με απόφαση ΔΣ του φορέα.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του Προμηθευτή που πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρα 26 και 32 του ΠΔ 118/07).

Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης τα είδη δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ μέχρις έκδοσης απόφασης σχετικής με την αιτηθείσα παράταση άσχετα εάν το αίτημα του Προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει τα είδη.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το προς προμήθεια είδος είναι ένα είδος σύγχρονης τεχνολογίας, τύπου έτους κατασκευής προέλευσης είναι δε το πλέον σύγχρονο μοντέλο παραγωγής τύπου του κατασκευαστικού οίκου.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει το είδος καινούργιο και αμεταχειριστο, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν, και οι οποίες είναι απολύτως σύμφωνες με την τεχνική προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και τα prospectus του κατασκευαστικού οίκου, καλύπτουν δε και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η Πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή του είδους, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, θα βαρύνει δε το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ ή ΣΑΕΠ, ΣΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΤΑΜΗΛΩΣ). Η συνολική δαπάνη της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ συγχρηματοδοτείται κατά ποσοστό% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά ποσοστό% από πόρους του Ελληνικού Δημοσίου.

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΚΠΑ (Π.Δ. 118/2007).

Η δαπάνη για την πληρωμή του ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες είναι οι ακόλουθες :

- 2% (υπέρ ψυχικής υγείας) επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων (άρθρο 3 Ν. 3580/07, άρθρο 24 Ν. 3846/10 και υπουργική απόφαση ΔΥ6α/οικ. 36932 / 17-3-09 (ΦΕΚ 545B')
- 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Από την πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος φόρος 4% επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών (άρθρο 55 Ν.2238/1994).

Διευκρινίζεται ότι ο ΦΠΑ που αναλογεί στη συμβατική αξία θα καταβληθεί από την προμηθεύτρια στο Δημόσιο Ταμείο σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις.

Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κατέθεσε Εγγυητική Επιστολή υπ' αριθμ., ποσού€ της Τράπεζας – Κατάστημα, το οποίο καλύπτει σε ποσοστό το 10% της συμβατικής αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ισχύει μέχρι την επιστροφή της και θα αποδοθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης, με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάρτησής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.

Με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να αντικαταστήσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης με Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι ποσού ίσου με το 3% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ του είδους, ήτοι ποσού €.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για (...) χρόνια από την οριστική παραλαβή του είδους. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά 3 μήνες, κατά συνέπεια η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας θα είναι (.....) μηνών.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει δωρεάν συντήρηση, πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών, κλπ, και λοιπών υλικών και προληπτικούς ελέγχους. Δεν περιλαμβάνει τα αναλώσιμα:

Για το εν λόγω διάστημα ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει **χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή εκ μέρους της Α.Α. :**

α.- Την καλή και αποδοτική λειτουργία του είδους σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας ανεξαρτήτως αριθμού εξετάσεων ετησίως. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του είδους πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.

β.- Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν θα ευθύνεται για καμιά βλάβη του είδους προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, κλπ. Η εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο εξάρτημα και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του **ενώ και τα ανταλλακτικά**

Θα είναι αμεταχειρίσιστα και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του Προμηθευτή να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σε βάρος και για λογαριασμό του Προμηθευτή ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από το Όργανο Λήψης Αποφάσεων.

Υ.- Στην εγγύηση περιλαμβάνεται η υποχρέωση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε το είδος να είναι πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας.

Δ.- Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να παρέχει καθ' όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης όλες τις επικαιροποιήσεις (updates, patches) του Κατασκευαστικού Οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα (software, hardware κλπ).

Ε.- Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο Προμηθευτής υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για διάστημα ίδιο με αυτό της αρχικής εκπαίδευσης τουλάχιστον, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

ΣΤ.- Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα στην Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας τόσον κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την συντήρηση του συγκεκριμένου είδους, όσον και δεσμεύεται ότι θα εξασφαλίζει την ύπαρξη και προσκομιδή στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, όποιου ανταλλακτικού χρειαστεί, για το είδος, κατόπιν έγγραφης ζήτησης της Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Η παράδοση και η παραλαβή του είδους θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης με υπαιτιότητα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

- Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και το είδος δεν παραδοθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007. Έτσι :
 - α)** Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μεγίστου προβλεπόμενου από το άρθρο 2^ο της παρούσας σύμβασης χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
 - β)** Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα 1/2 του μεγίστου προβλεπόμενου από το άρθρο 2^ο της παρούσας σύμβασης χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα
Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύψει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
 - γ)** Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 διάστημα, επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα
- Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την πληρωμή του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
- Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία για την εγκατάσταση του είδους και την πλήρη εκπαίδευση-εκμάθηση του προσωπικού (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Επιπλέον υποχρεούται να διαθέτει στην

Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την πλήρη συντήρηση-επισκευή του είδους. Και στις δύο περιπτώσεις το αντίστοιχο τεχνικό προσωπικό θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο με πιστοποίηση εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται να εξασφαλίσει την ύπαρξη αμεταχείριστων και πιστοποιημένων από τον κατασκευαστικό οίκο ανταλλακτικών και κύρια την διάθεση αυτών καθώς και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για πλήρη λειτουργία και απόδοση του είδους επί δέκα (10) τουλάχιστον συνολικά έτη από την οριστική παραλαβή αυτού.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει δωρεάν το αρμόδιο προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (τεχνικούς) τόσο στην λειτουργία, χρήση και κατανόηση των λειτουργιών του είδους, όσο και στην αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση της ανάπτυξης και απόδοσης, ποιοτικής και ποσοτικής αυτού. Η εκπαίδευση αυτή θα εκτελεστεί σύμφωνα με το πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει καταθέσει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και έγινε αποδεκτό, θα υλοποιηθεί μετά την εγκατάσταση του είδους, θα έχει διάρκεια ημερολογιακών ημερών (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

και θα ολοκληρωθεί μέχρι την οριστική παραλαβή του είδους.

Πέραν τούτου, ο Προμηθευτής υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει την ως άνω εκπαίδευση για ίδιο τουλάχιστον χρονικό διάστημα με την αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, μέσα στην διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.

Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, οι παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευής θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο υπό την επίβλεψη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του Π.Δ 118/07 και στο άρθρο 18.4 του Παραρτήματος Β' (Γενικοί Όροι) της διακήρυξης. Σε κάθε περίπτωση, κάθε πιθανή τροποποίησή της Σύμβασης πρέπει να τύχει της προέγκρισης της ΕΔΑ Πελοποννήσου .

ΑΡΘΡΟ 10^ο

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 11ο**ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Για όλα τα λοιπά θέματα αναφορικά με την προμήθεια η οποία πραγματοποιείται με την παρούσα Σύμβαση, ισχύουν οι όροι της διακήρυξης /..... και της απόφασης κατακύρωσης/..... καθώς και τα αναφερόμενα στο ΠΔ 60/07 (ΦΕΚ64/16-03-07) Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας περί Κρατικών Προμηθειών προς το Κοινοτικό Δίκαιο, και συμπληρωματικά στο ΠΔ 118/07 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, ΦΕΚ 150/Α/10-07-07), των οποίων ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της διακήρυξης /..... και την προσφοράς του.

Η παρούσα σύμβαση υπό μορφήν σχεδίου και αφού συμπληρώθηκε στα κενά της έτυχε της προέγκρισης ης ΕΔΑ Πελοποννήσου με το αρ. πρωτ/..... έγγραφό της.

Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία όμοια πρωτότυπα..

Από τα παραπάνω τρία πρωτότυπα το μεν ένα κατατέθηκε στο αρμόδιο γραφείο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, το δεύτερο παρέλαβε ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, το δε τρίτο (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) αποστέλλεται στην ΕΔΑ Πελοποννήσου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ'

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

6.9 - «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Εκδότης (Όνομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :

Ημερομηνία έκδοσης :

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού τωνευρώ και ολογράφως υπέρ της εταιρείας..... ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α).....β).....κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της/...../....., για την ανάδειξη Προμηθευτή για το ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «..... **ΤΟΥ Γ. Ν.**», σύμφωνα με την υπ' αρ. διακήρυξη σας.
2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.
3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας.
5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας) ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις/...../..... οπότε και θα επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε την Τράπεζα μας από την υπόψη εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.
7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Όνομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :

Ημερομηνία έκδοσης :

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των ευρώ και ολογράφως υπέρ της εταιρείας ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α) β) κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της από/...../..... σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της/...../..... με αντικείμενο την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «.....**ΤΟΥ Γ. Ν. Κορινθίου**», σύμφωνα με την υπ' αρ.

διακήρυξη σας.

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η (εταιρεία) δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας) ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

6. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου φόρτωσης - παράδοσης των ειδών, ο προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής των ειδών.

7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εκδότης (Όνομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :

Ημερομηνία έκδοσης :

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, υπέρ της (εταιρείας)..... ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας υπέρ των εταιρειών α)....., β) κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για ποσό ευρώ και ολογράφως Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού της από/...../..... Σύμβασης μεταξύ της και της που αφορά στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της/...../..... με αντικείμενο το ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «.....Γ. Ν.», σύμφωνα με την υπ' αρ./..... προκήρυξή σας.

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-855, 862-864 και 866-869 ΑΚ, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε εσάς, ολόκληρο ή εν μέρει χωρίς καμίας από μέρους μας αντίρρησης, αμφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή η μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια ή συγκατάθεση της ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

5. Η υπόψη εγγύηση θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι τις/...../..... οπότε και θα επιστραφεί σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης.

6. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας

7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)