

Επιδεσμικό υλικό

		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μονάδα μέτρησης
1		PURILON-ΥΔΡΟΤΖΕΛ	ΤΕΜΑΧΙΟ
		Τζελ για την απομάκρυνση νεκρώσεων με >80% νερό, αλγινικό ασβέστιο και κυτταρίνη σε συσκευασία 12gr έως 16gr.	
2	1	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦ.10CMX20CM	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦ.5CMX7CM	ΤΕΜΑΧΙΟ
	3	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ ΠΛΗΡ.ΑΠΟΡ.5X10ΧΙΛ	ΤΕΜΑΧΙΟ
	4	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΠΛΗΡ.ΑΠΟΡ.80X50X10ΧΙΛ	ΤΕΜΑΧΙΟ
		1. Να είναι φυσικής προέλευσης από 100% οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη 2. Να έχει αιμοστατική δράση από 2 έως 8 λεπτά. 3. Να απορροφάται από τον οργανισμό σε διάστημα από 7 έως 14 ημέρες . 4. Να προκαλεί την ελάχιστη δυνατή αντίδραση από τους ανθρώπινους ιστούς. 5. Να έχει βακτηριοκτόνο δράση που να αποδεικνύεται από κλινικές μελέτες. 6. Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου 7. Να τοποθετείται και να αφαιρείται εύκολα χωρίς να κολλάει στα γάντια, να σχίζεται ή να θρυμματίζεται. 8. Να διαπερνά με ευκολία τα trocar. 9. Να είναι αποστειρωμένη 10. Να φέρει το σήμα CEMARK	
3		ΓΑΖΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 10CMX10CM	ΤΕΜΑΧΙΟ
		Υδρόφιλη, απλή, καθαρή από κάθε χημική ουσία και με υψηλή απορρόφηση. Να είναι NON WOVEN, να αποτελείται από 50% viscose και 50% polyester για εξαιρετική απορροφητικότητα και απαλότητα ώστε να μην κολλά στο τραύμα.	

Επιδεσμικό υλικό

		Να αφήνει να περνά ο αέρας και ταυτόχρονα να αποτελεί φράγμα μικροβίων. Να φέρει ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. Διαστάσεις: 10X10cm με σχισμή στην μέση και 5cm για να εισάγεται στο τραχειοστόμιο. Η ποσότητα για όλες τις διαστάσεις να δοθεί σε φάκελους των 2τεμ.	
4		ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	TEMAXIO
		Να αποτελούνται από αφρώδες υλικό και φοδραρισμένο, υποαλλεργικές, εύχρηστες.	
5	1	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ NO 0 SURGIFIX	TEMAXIO
	2	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ NO 1 SURGIFIX	TEMAXIO
	3	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ NO 10 SURGIFIX	TEMAXIO
	4	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ NO 2 SURGIFIX	TEMAXIO
	5	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ NO 3 SURGIFIX	TEMAXIO
	6	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ NO 4 SURGIFIX	TEMAXIO
	7	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ NO 5 SURGIFIX	TEMAXIO
	8	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ NO 6 SURGIFIX	TEMAXIO
	9	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ NO 7 SURGIFIX	TEMAXIO
	10	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ NO 8 SURGIFIX	TEMAXIO
	11	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ NO 9 SURGIFIX	TEMAXIO
		Επίδεσμοι δικτυωτοί σωληνοειδείς σε ρολά 25μ. Να μπορούν να πλυθούν με σαπούνι στους 40°C και να αποστειρωθούν στον ατμό ή σε οξείδιο του αιθυλενίου σε θερμοκρασία 130°C. Να αποτελούνται από βαμβάκι και	

Επιδεσμικό υλικό

		ελαστίνη. Να προσφέρονται σε Νο 0 έως και 10. Στη προσφορά να δοθεί τιμή ρολού και μέτρου ανά διάσταση.	
6	1	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ 6CMX4,5M TENSOPLAST	TEMAXIO
	2	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ 6CMX4,5M TENSOPLAST	TEMAXIO
		Επικολλητικοί επίδεσμοι τύπου TENSOPLAST: Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος αεροδιαπερατός , μεγάλης συγκολλητικής ικανότητας με αντιαλλεργική κολλητική ουσία , ιδανικοί για ισχυρές επιδέσεις που δεν πρέπει να χαλαρώνουν.	
7		ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΟΦΘ/ΚΟΙ ΑΠΟΣΤ/ΝΟΙ	TEMAXIO
		Σπογγίδια οφθαλμολογικά σχήματος κυλίνδρου (stick) μήκους 6,6cm και διαμέτρου 5 mm αποστειρωμένα	
8		ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 15X20 ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ	TEMAXIO
		Αυτοκόλλητο επίθεμα με νησίδα αφρώδης πολυουρεθάνης με επίστρωση μαλακής σιλικόνης	
9	1	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 15X20	TEMAXIO
	2	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 8,5X10,5	TEMAXIO
	3	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 8,5X11,5	TEMAXIO
		Αποστειρωμένα και αυτοκόλλητα, να επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος, να μην ξεκολλάνε εύκολα, να διαθέτουν διαφανή μεμβράνη, υποαλλεργικά, στο σημείο φλεβοκέντησης να έχουν ειδικό υλικό.	
10		<u>ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ</u>	

Επιδεσμικό υλικό

	1	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΚΩΝ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΛΟΙΜΩΣΗΣ.	
		Επιθέματα αποστειρωμένα υδροπολυμερή, διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργού αργύρου ομοιογενούς κατανεμημένου σε όλη τη δομή του αφρώδους. Αυτοκόλλητα με φυσικό περιμετρικό κολλητικό και υποαλλεργική κόλλα, για την αποφυγή διαβροχής. Το απορροφητικό αφρώδες τμήμα του επιθέματος κατά την απορρόφηση του εξιδρώματος, να εκτείνεται έτσι ώστε να είναι σε άμεση και συνεχή επαφή με τα τοιχώματα του έλκους, χωρίς την παρεμβολή άλλων στρωμάτων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη απορρόφηση του εξιδρώματος, η συνεχής παροχή του δραστικού παράγοντα αργύρου στο έλκος σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του επιθέματος και η καταστροφή των μικροοργανισμών που απορροφούνται ακόμη και εντός του επιθέματος. Το επίθεμα να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση που να μην επιτρέπει τη διαρροή του εξιδρώματος δια μέσω της μεμβράνης στο περιβάλλον υπόσυνθήκες πίεσης. Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για μεσαία έως κα υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. Διαστάσεις: 1. 13cm x 13cm 2. 18cm x 18cm 3. Ειδικό σχήμα φτέρνας 18cmx 20cm±1cm 4. Ειδικό σχήμα κόκκυγα 25cmx 25cm±2cm	
	2	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	
		Επιθέματα αποστειρωμένα αφρώδους πολυουρεθάνης, με αναλγητική δράση, λόγω διαρκούς απελευθέρωσης ιμποπρουφαίνης. Διαστάσεις: 1. 15cm x 15cm ±2cm	
	3	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ	
		Επιθέματα αποστειρωμένα με απορροφητικό στρώμα υδροτριχοειδικής απορρόφησης από ίνες πολυμερούς και	

Επιδεσμικό υλικό

		κυτταρίνης, που δεσμεύει το εξίδρωμα, το μετατρέπει σε τζελ απομακρύνοντάς το από την επιφάνεια του έλκους ακόμα και από συνθήκες πίεσης, αποκλείοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς δέρματος. Για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος. Με πλέγμα επαφής που να ρυθμίζει την απορρόφηση αποτρέποντας τη δημιουργία τζελ στην επιφάνεια του έλκους. Να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει τη διαρροή (υγρού) εξιδρώματος στο περιβάλλον δια μέσω της μεμβράνης. Αυτοκόλλητα με φυσικό απορροφητικό κολλητικό και υποαλλεργική κόλλα, για την αποφυγή διαβροχής. Διαστάσεις: 1. 10cmx 10cm ±1cm 2. 14cm x14cm ±1cm 3. 20cm x 20cm ±1cm	
	4	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ	
		Επιθέματα πο πλέγμα πολυεστέρα εμποτισμένα με υδροκολλοειδές και αργυρούχο σουλφαδιαζίνη. Διαστάσεις: 1. 10cm x 10cm ±2cm	
	5	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΛΓΗΝΙΚΑ	
		Επιθέματα αποστειρωμένα αλγηνικά αντιμικροβιακά με άργυρο και κυτταρίνη υψηλού g που να συνδυάζει μεγάλη απορροφητικότητα, αντιμικροβιακή δράση και υψηλή συνοχή. Σχήματος κορδονιού από 30cm έως 45cm.	
11	1	ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 15CMX9CM PRIMAPOR	TEMAXIO
	2	ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 25CMX9CM PRIMAPOR	TEMAXIO

Επιδεσμικό υλικό

	3	ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 7,5CMX5CM PRIMAPOR	TEMAXIO
		ΕΠΙΚΑΛΥΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΗ ΙΝΑ 100% ΒΙΣΚΟΖΗ Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΈΝΑ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΚΟΛΛΑΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΤΡΑΥΜΑ. ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΑΛΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ 100% NON-WOVEN ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ.	
12	1	ΚΑΛΤΣΑ ΓΙΑ ΓΥΨΟΥΣ 6CM	TEMAXIO
	2	ΚΑΛΤΣΑ ΓΙΑ ΓΥΨΟΥΣ 10CM	TEMAXIO
	3	ΚΑΛΤΣΑ ΓΙΑ ΓΥΨΟΥΣ 20CM ΤΕΜ 14 ΜΕΤΡΩΝ	TEMAXIO
		Υψηλής πυκνότητας ύφανση. Ύφασμα κοτσέ για μεγαλύτερη ελαστικότητα και άνετη εφαρμογή. Μετά τον τανισμό να επανέρχεται στην αρχική κατάσταση έτσι ώστε να εφαρμόζει απαλά στο δέρμα και να καλύπτει απόλυτα την επιφάνεια. Να αποτελείται από 100% βαμβάκι υποαλλεργικό και να διευκολύνεται η αναπνοή του δέρματος. Να διατίθεται σε ρολά μήκους 12-20m και πλάτους 10-15-20cm.	
13	1	ΚΑΛΤΣΑ ΕΛΑΣΤ.ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΛΕΒΟΘΡ/ΣΕΩΝ ΜΗΡΟΥ L	TEMAXIO
	2	ΚΑΛΤΣΑ ΕΛΑΣΤ.ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΛΕΒΟΘΡ/ΣΕΩΝ ΜΗΡΟΥ XL,XXL	TEMAXIO
		Κάλτσα ελαστική πρόληψης φλεβοθρομβώσεων. Να είναι ελαστική, αντιθρομβωτική, γόνατος, μηρού. Να είναι ανθεκτική, επιστημονικά μελετημένη και κλινικά ελεγμένη ώστε να εμποδίζει την δημιουργία θρόμβων. Να έχει στρογγυλή πλέξη με οριζόντιες ελαστικές ίνες. Να φέρει άνοιγμα στα δάκτυλα για τον έλεγχο του ποδιού	
14	1	ΚΟΜΠΡΕΣΕΣ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 40X40 8ply	TEMAXIO

Επιδερμικό υλικό

	2	ΚΟΜΠΡΕΣΕΣ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 45X45 8ply	TEMAXIO
		Ισχύουν οι προδιαγραφές της απλής γάζας με τις ακόλουθες προσθήκες: 1. Το ύφασμα θα φέρει ακτινοσκιερή κλωστή, περιεκτικότητας 45% θειικού βορίου ανά φύλλο ή οποία θα είναι υφασμένη ή καλά τοποθετημένη (κολλημένη) 2. Τα φύλλα γάζας θα πρέπει να είναι γαζωμένα περιμετρικά και χιαστί και να μην έχουν καθόλου ξέφτια. Θα φέρουν υφασμάτινο βρόγχο μήκους τουλάχιστον 15 εκατοστών και στη συνέχεια αυτού, γαζωμένη ακτινοσκιερή βαριούχο ταινία τουλάχιστον τριών (3) εκατοστών μήκους και τουλάχιστον ενός (1) εκατοστού πλάτους 3. Διαστάσεις 45X45 8 ply 4. Κάθε 100 τεμάχια θα συσκευάζονται σε πλαστική συσκευασία κατά τρόπο που να προστατεύονται από εξωγενείς παράγοντες (πχ σκόνη). Ποσότητα πολλαπλάσια των 1000 τεμ θα τοποθετείται σε χαρτοκιβώτια για ασφαλή και εύκολη μεταφορά.	
15		ΜΠΑΝΤΑΚΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ	TEMAXIO
		ΖΩΝΗ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΥΠΟΥ RI-CLIP	
16		ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΑ	TEMAXIO
		Πάνες νεογνών διάφορα Νο υπεραπορροφητικές για ακράτεια ούρων και κοπράνων, υλικό υποαλλεργικό, αυτοκόλλητα πτερύγια, μεγάλη χωρητικότητα για μεγαλύτερη διάρκεια από ειδικό αδιάβροχο αθόρυβο υλικό που να διατηρεί την επιδερμίδα στεγνή.	
17		ΠΑΝΕΣ ΛΕΧΩΙΔΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEMAXIO
		Να έχουν ανατομικό και λεπτό σχήμα, το εσωτερικό υλικό να είναι υποαλλεργικό και υπεραπορροφητικό. Να διαθέτει στα πλαϊνά μέρη ειδικές ελαστικές πτυχώσεις για καλύτερη εφαρμογή καθώς και φαρδιά αυτοκόλλητη ταινία για σταθεροποίηση στο εσώρουχο. Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία. Το μέγεθος να είναι 42cm x 19cm και η απορροφητικότητα στα 600ml .	

Επιδερμικό υλικό

18		ΠΑΝΕΣ Μ.Χ.ΑΝΟΙΧΤΕΣ 90CMX180CM ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ	TEMAXIO
		Πάνες μιας χρήσης, ανοιχτές, τύπου υποσένδονα Μίας χρήσεως από καλής ποιότητας υλικό, απορροφητικά, με αδιάβροχο το κάτω μέρος. Να φέρουν ειδική εσωτερική επένδυση που με την εξωτερική να κάνουν ένα σώμα που να μην αποκολλάται.	
19		ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Μ, ΧΛ	TEMAXIO
		Πάνες ενηλίκων υπερενισχυμένες Μ, ΧΛ υπεραπορροφητικές για ακράτεια ούρων και κοπράνων, υλικό υποαλλεργικό, αυτοκόλλητα πτερύγια, μεγάλη χωρητικότητα για μεγαλύτερη διάρκεια από ειδικό αδιάβροχο αθόρυβο υλικό που να διατηρεί την επιδερμίδα στεγνή.	
20	1	ΣΕΝΔΟΝΙ ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΟ ΤΩΝ 50CM	TEMAXIO
	2	ΣΕΝΔΟΝΙ ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΟ ΤΩΝ 70CM	TEMAXIO
		Σενδόνι ρολό από χαρτί με αδιάβροχη επένδυση(πλαστικοποιημένο).	
21		ΣΕΝΔΟΝΙΑ ΘΕΡΜΟΜ/ΚΑ-ΙΣΟΘΕΡ/ΚΑ 210CMX120CM	TEMAXIO
		Σενδόνια θερμομονωτικά- ισοθερμικά. . Ειδικά θερμαντικά καλύμματα για μετεγχειρητικούς ασθενείς, κατάλληλα για θέρμανση μεγέθους 2.10 X 1,20 ή 1,40 εκ., κατασκευασμένα από φύλλο αλουμινίου, με υφασμάτινη επένδυση στην εσωτερική επιφάνεια	
22	1	ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΑΔΙΑΒΡ.90X220CM ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΟΛΟΓΥΡΑ	TEMAXIO
	2	ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ	TEMAXIO
		1.Στρωματοθήκες αδιάβροχες με λάστιχο ολόγυρα, μιας χρήσης, χρώματος μπλε, κατασκευασμένες από CPE,	

Επιδεσμικό υλικό

		διαστάσεων 90 X 220 cm περίπου. 2. Στρωματοθήκες αδιάβροχες με φερμουάρ πολλαπλών χρήσεων	
23		ΤΑΙΝΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΗ ΑΥΤΟΚ/ΤΗ 7,5 CMX 5M	TEMAXIO
		<u>A.Το υπό προμήθεια υλικό πρέπει</u> 1. Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και για την παραγωγή ή την κατασκευή του να έχουν χρησιμοποιηθεί οι τελευταίες τεχνολογικές μέθοδοι 2.Να είναι άριστης ποιότητας και να μη φέρει ελαττώματα ή ατέλειες στην κατασκευή του και να μην προκαλούν ερεθισμούς ή αλλεργία 3.Να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας που θα το χρησιμοποιήσει 4. Ο λευκοπλάστης να είναι συσκευασμένος σε πηνία . Τα πηνία να είναι συσκευασμένα σε κουτιά των 10-20 τεμαχίων <u>B.Λειτουργικά –Φυσικά Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες</u> Ο υπό προμήθεια λευκοπλάστης θα πρέπει: 1Η ταινία να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα βαμβακερό ή σύνθετο ή σύμμεικτο υλικό. 2. Το χρώμα της ταινίας να είναι άσπρο έως αποχρώσεως ανθρωπίνου δέρματος, 3.Η μία επιφάνεια της ταινίας να είναι ομοιόμορφα επιστρωμένη με κολλητική ουσία που μπορεί να είναι φυσική ελαστομερής ύλη ή ελαστικό (KREP) ή συνθετικό ελαστομερές κλπ στο οποίο να περιέχεται οξείδιο του ψευδάργυρου. 4. Γενικά η ποιότητα του λευκοπλάστη να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Βρετανικής Φαρμακοποιίας Γ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής κατάστασης του υλικού, για ένα εύλογο χρονικό διάστημα που η διάρκεια του εξαρτάται από το υλικό , σε περίπτωση μακροχρόνιας του αποθηκεύσεως του. Δ. Οι επισημάνσεις που πρέπει να υπάρχουν στην εξωτερική συσκευασία είναι το περιεχόμενο , οι διαστάσεις, η ποσότητα , στοιχεία του κατασκευαστή , χώρα προέλευσης ,πιστοποιητικό ποιότητας(CEMARK) μετά του σχετικού αριθμού που το ακολουθεί, ημερομηνία λήξης του προϊόντος, ημερομηνία παραγωγής του.	
24	1	ΤΑΙΝΙΕΣΑΥΤΟΚΟΛ.ΣΥΡΡ.ΤΡΑΥΜ.12X100MM STERI-STRIP	TEMAXIO

Επιδεσμικό υλικό

	2	ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛ. ΣΥΡΡ. ΤΡΑΥΜ. 12X140MM STERI-STRIP	TEMAXIO
	3	ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛ. ΣΥΡΡ. ΤΡΑΥΜ. 6X100MM STERI-STRIP	TEMAXIO
		Αυτοκόλλητη πορώδης υποαλλεργική ταινία για σύγκλιση τραύματος χωρίς ράμμα αποστειρωμένη.	
25		ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 2.50CMX9M ΧΑΡΤΙΝΕΣ	TEMAXIO
		Επιδεσμική ταινία από χαρτί .Αυτοκόλλητη αντιαλλεργική ταινία περίπου 2,5 εκX 9 μ. Η ταινία να είναι κατασκευασμένη από μη υφασμένες ίνες ρεγιόν γι' αυτό και είναι μικροπορώδης σε όλη την επιφάνεια της. Η μια όψη της ταινίας έχει επίστρωση υποαλλεργικής συγκολλητικής ουσίας, που δεν ερεθίζει ακόμη και τις πλέον ευαίσθητες επιδερμίδες. Η ειδική επίστρωση της κόλλας επιτρέπει στην ταινία να παραμένει πορώδης ακόμη και μετά την τοποθέτηση της στο δέρμα. ΓΕΝΙΚΑ Α. Το υπό προμήθεια υλικό πρέπει 1. Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και για την παραγωγή ή την κατασκευή του να έχουν χρησιμοποιηθεί τελευταίες τεχνολογικές μέθοδοι 2. Να είναι άριστης ποιότητας και να μη φέρει ελαττώματα ή ατέλειες στην κατασκευή του και να μην προκαλούν ερεθισμούς ή αλλεργία 3. Να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας που θα το χρησιμοποιήσει 4. Να είναι συσκευασμένος σε πηνία . Τα πηνία να είναι συσκευασμένα σε κουτιά των 10-20 τεμαχίων <u>Β. Λειτουργικά –Φυσικά Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες</u> 1. Το χρώμα της ταινίας να είναι άσπρο έως αποχρώσεως ανθρωπίνου δέρματος, 2. Η μία επιφάνεια της ταινίας να είναι ομοιόμορφα επιστρωμένη με κολλητική ουσία που μπορεί να είναι φυσική ελαστομερής ύλη ή ελαστικό (KREP) ή συνθετικό ελαστομερές κλπ στο οποίο να περιέχεται οξείδιο του ψευδάργυρου. 3. Γενικά η ποιότητα του να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Βρετανικής Φαρμακοποιίας	

Επιδεδυτικό υλικό

		Γ.Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής κατάστασης του υλικού , για ένα εύλογο χρονικό διάστημα που η διάρκεια του εξαρτάται από το υλικό , σε περίπτωση μακροχρόνιας του αποθηκεύσεως του. Δ.Οι επισημάνσεις που πρέπει να υπάρχουν στην εξωτερική συσκευασία είναι το περιεχόμενο , οι διαστάσεις, η ποσότητα , στοιχεία του κατασκευαστή , χώρα προέλευσης ,πιστοποιητικό ποιότητας(CEMARK) μετά του σχετικού αριθμού	
26		ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 2.5CMX9.14M ΥΦΑΣΜ/ΝΕΣ-ΜΕΤΑΞΩΤ	TEMAXIO
		Επιδεδυτική ταινία από συνθετική μέταξα Η υφασμάτινη χειρουργική ταινία να είναι κατασκευασμένη από άριστης ποιότητας και μεταξένιας υφής ύφασμα , που επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος. Λόγω της μεγάλης αντοχής της είναι ιδανική για ισχυρές και πιεστικές επιδέσεις.Η μία όψη της ταινίας έχει επίστρωση υποαλλεργικής συγκολλητικής ουσίας , που δεν ερεθίζει και τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, ενώ συγχρόνως παρέχει ισχυρή και σταθερή συγκόλληση. ΓΕΝΙΚΑ Α.Το υπό προμήθεια υλικό πρέπει 1. Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και για την παραγωγή ή την κατασκευή του να έχουν χρησιμοποιηθεί οι τελευταίες τεχνολογικές μέθοδοι 2.Να είναι άριστης ποιότητας και να μη φέρει ελαττώματα ή ατέλειες στην κατασκευή του και να μην προκαλούν ερεθισμούς ή αλλεργία 3.Να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας που θα το χρησιμοποιήσει 4. Να είναι συσκευασμένος σε πηνία . Τα πηνία να είναι συσκευασμένα σε κουτιά των 10-20 τεμαχίων <u>Β.Λειτουργικά –Φυσικά Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες</u> 1. Το χρώμα της ταινίας να είναι άσπρο έως αποχρώσεως ανθρωπίνου δέρματος, 2.Η μία επιφάνεια της ταινίας να είναι ομοιόμορφα επιστρωμένη με κολλητική ουσία που μπορεί να είναι φυσική ελαστομερής ύλη ή ελαστικό (KREP) ή συνθετικό ελαστομερές κλπ στο οποίο να περιέχεται οξείδιο του ψευδάργυρου. 3. Γενικά η ποιότητα του να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Βρετανικής Φαρμακοποιίας Γ.Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής κατάστασης του υλικού , για ένα εύλογο χρονικό διάστημα που η διάρκεια του εξαρτάται από το υλικό , σε περίπτωση μακροχρόνιας του αποθηκεύσεως του.	

Επιδεσμικό υλικό

		Δ. Οι επισημάνσεις που πρέπει να υπάρχουν στην εξωτερική συσκευασία είναι το περιεχόμενο , οι διαστάσεις, η ποσότητα , στοιχεία του κατασκευαστή , χώρα προέλευσης , πιστοποιητικό ποιότητας(CEMARK) μετά του σχετικού αριθμού	
27	1	TAMPON ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ MEROCEL 10 CM	TEMAXIO
	2	TAMPON ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ ΤΥΠΟΥ MEROCEL 4,5 CM	TEMAXIO
	3	TAMPON ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ ΤΥΠΟΥ MEROCEL 5,5 CM	TEMAXIO
		Ταμπόν ρινορραγιών τύπου MEROCEL. Συμπιεσμένοι ειδικοί σπόγγοι ρινός κατασκευασμένοι από βιοσυμβατό πολυμερές συνθετικό υλικό. Να διαθέτουν ειδικά αλληλένδετα & συνεχή κύτταρα τα οποία να εξασφαλίζουν δυνατότητα κατακράτησης μεγάλης ποσότητας υγρών (ίση με 15 φορές τουλάχιστον - το βάρος του σπόγγου) και ταχύτητας υγροποίησης του (2-3"). Να διαθέτουν τη δυνατότητα διόγκωσης . Να απορροφούν τα υγρά, να αφαιρούνται εύκολα , να κόβονται στο επιθυμητό σχήμα χωρίς να αφήνουν υπολείμματα. Να μην κολλούν και να μην αφήνουν υπολείμματα στο χειρουργικό πεδίο. Να μην προκαλούν αποδεδειγμένα το σύνδρομο του τοξικού σοκ. Να προσφέρονται σε διάφορες διαστάσεις.	
28		ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 40X40	TEMAXIO
		Ισχύουν οι προδιαγραφές της απλής γάζας με τις ακόλουθες προσθήκες: 1. Να έχουν διπλωμένα εσωτερικά άκρα χωρίς καθόλου ξέφτια 2. Να φέρουν ακτινοσκοπική κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βορίου η οποία θα είναι υφασμένη ή καλά τοποθετημένη (κολλημένη) σε όλο το μήκος του επιθέματος. Διαστάσεις : 40 cmx40cm 8 ply	
29		ΤΟΛΥΠΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΙΑ 12X12	TEMAXIO
		Ισχύουν οι προδιαγραφές της απλής γάζας με τις ακόλουθες προσθήκες: 3. Να έχουν διπλωμένα εσωτερικά άκρα χωρίς καθόλου ξέφτια 4. Να φέρουν ακτινοσκοπική κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βορίου η οποία θα είναι υφασμένη ή καλά τοποθετημένη (κολλημένη) σε όλο το μήκος του επιθέματος.	

Επιδεσμικό υλικό

		Διαστάσεις : 12 cmx12cm 8 ply	
30	1	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΞ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ:	
	2	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 10CM	TEMAXIO
	3	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 15CM	TEMAXIO
	4	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 6CM	TEMAXIO
	5	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 20CM	TEMAXIO
		Οι ελαστικοί επίδεσμοι είναι υφασμάτινες ταινίες που αποτελούνται από βαμβακερά και ελαστικά νήματα, καταλλήλου υφάνσεως (καθαρή και χωρίς ενώσεις), ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική συμπεριφορά αυτών. Οι παρυφές των ταινιών θα πρέπει να είναι υφασμένες (υπό μορφή ούγκιας) και όχι κομμένες. Η επιμήκυνση των ταινιών με σύγχρονη ελαστική συμπεριφορά (να ακολουθούν κατά προσέγγιση τον νόμο της ελαστικής παραμόρφωσης) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη 70% του αρχικού μήκους. Η δύναμη που απαιτείται για την επιμήκυνση 70% πρέπει να είναι κατ'ελάχιστον 10N ανά εκατοστό δηλουμένου πλάτους Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα επιμηκύνονται χωρίς ελάττωση του πλάτους . Μετά την επαναφορά από τάνυση το μήκος του δοκιμίου δεν θα υπερβαίνει το 60% του μήκους πλήρους τάνυσης. Να είναι ανθεκτικοί και να μην προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα Να έχουν χρώμα ανοικτό και να συνοδεύονται από ικανό αριθμό συνδετήρων για την στερέωση τους. Το βάρος ανά μονάδα επιφανείας των ελαστικών επιδέσμων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 70 gr/m² Κάθε ελαστικός επίδεσμος θα συνοδεύεται και από αριθμό συνδετήρων ως εξής : Για το πλάτος των 6 εκατοστών ένας συνδετήρας Για το πλάτος των 10 εκατοστών δύο συνδετήρες Για το πλάτος των 15 εκατοστών τρεις συνδετήρες Για το πλάτος των 20 εκατοστών τρεις συνδετήρες Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα παραδίδονται σε ατομική συσκευασία εντός σελοφάν ή πλαστικού υλικού , τοποθετημένοι σε χαρτοκιβώτια για την αποθήκευσή τους και την προστασία τους από τις καταπονήσεις κατά την	

Επιδεσμικό υλικό

		μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, την ρύπανση και να αντέχουν στην μεταφορά. Επίσης επί της ατομικής συσκευασίας θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία: 1. Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, τόπος) 2. Το είδος του περιεχόμενου 3. Οι διαστάσεις των ελαστικών επιδέσμων καθώς και το μήκος σε τανισμό 4. Ο χρόνος κατασκευής . 5. Οδηγίες χρήσεως και πλύσεως στην Ελληνική γλώσσα 6. Ο αριθμός της σύμβασης Οι προμηθευτές με την προσφορά τους θα πρέπει: 1. Να δηλώσουν το εργοστάσιο κατασκευής των ελαστικών επιδέσμων και τον τόπο εγκατάστασης του. 2. Τυχόν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών να αναφέρονται στις τεχνικές προσφορές. 3. Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση από τον ΕΟΦ για την εγγραφή στο Μητρώο κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων αν τα προϊόντα είναι ελληνικής κατασκευής ή αντίγραφο του Πιστοποιητικού CE από αρμόδιο Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό αν τα προϊόντα είναι Ευρωπαϊκής ή άλλης κατασκευής. 4. Οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι οι προσφερόμενοι επίδεσμοι δεν προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να διατίθενται στο εμπόριο κατά την ημερομηνία -διαγωνισμού, με τον τρόπο σύμφωνα προς την ΚΥΑ ΔΥ/2480/94(ΦΕΚ679/Β/13-9-94. ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 και ΦΕΚ 757/Β/10-10-94.	
		<u>ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΑΖΑΣ</u>	
31	1	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΑΖΑΣ 5cm X 5 m	TEMAXIO
	2	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΑΖΑΣ 10cm X 5 m	TEMAXIO
		1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οι επίδεσμοι γάζας κατασκευάζονται από ύφασμα γάζας όπως περιγράφεται στην τεχνική προδιαγραφή της βαμβακερής απορροφητικής γάζας του Υπουργείου Ανάπτυξης με προσθήκες. Η απορροφητική γάζα βάμβακος, είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και	

Επιδεδυτικό υλικό

		κάθαρση.													
		<u>2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</u>													
		Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους της Ελληνικής Φαρμακοποιίας IV και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π.) και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαια κ.λ.π.)													
		Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξοϋφασμένη (η γωνία σύγκλισης του στήμονα με τη κρόκη να είναι 90° μοίρες.).													
		Ως προς τον αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον τέταρτο τύπο της Ελληνικής Φαρμακοποιίας IV , ήτοι :													
		<table><tr><td>Αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο (cm²)</td><td>18</td></tr><tr><td>Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 εκατοστά (cm)</td><td>100±5</td></tr><tr><td>Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newtons, ανά 5 εκατοστά (cm) στη διεύθυνση του στήμονα</td><td>50</td></tr><tr><td>Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά (cm)</td><td>80±5</td></tr><tr><td>Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newtons, ανά 5 εκατοστά (cm) στη διεύθυνση της κρόκης</td><td>30</td></tr><tr><td>Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m²)</td><td>24</td></tr></table>	Αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο (cm ²)	18	Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 εκατοστά (cm)	100±5	Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newtons, ανά 5 εκατοστά (cm) στη διεύθυνση του στήμονα	50	Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά (cm)	80±5	Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newtons, ανά 5 εκατοστά (cm) στη διεύθυνση της κρόκης	30	Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m ²)	24	
Αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο (cm ²)	18														
Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 εκατοστά (cm)	100±5														
Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newtons, ανά 5 εκατοστά (cm) στη διεύθυνση του στήμονα	50														
Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά (cm)	80±5														
Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newtons, ανά 5 εκατοστά (cm) στη διεύθυνση της κρόκης	30														
Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m ²)	24														
		<u>3. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</u>													
		Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90(±1%) εκατοστά (cm) και μήκος 100 (±1%) μέτρων (m).													
		Οι γάζες θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ZIK-ZAK) του ενός (1) μέτρου ή σε φύλλα με τη μία διάσταση 90 cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο.													
		Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στην μεταφορά.													
		Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω:													

Επιδεσμικό υλικό

		1. Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής 2. Το είδος του περιεχομένου 3. Η ημερομηνία παραγωγής 4. Ο αριθμός παρτίδας 5. Οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος) 6. Ο αριθμός της σύμβασης και ο Φορέας. 7. Η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη. <u>4.ΕΛΕΓΧΟΙ</u> Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις σελίδες 956 έως 960 της Ελληνικής Φαρμακοποιίας IV που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκομισθείσας ποσότητας. Για τον εργαστηριακό έλεγχο, η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγματος την οποία αποστέλλει για έλεγχο στα αρμόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κλπ). Τα δείγματα και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή. 5. Η κοπή των επιδέσμων γάζας θα γίνει παράλληλα προς τις κλωστές του στήμονα, χωρίς ξέφτια. Κάθε επίδεσμος γάζας θα τυλίγεται κυλινδρικά σε ατομικό χάρτινο περιτύλιγμα κατά τρόπο που να προστατεύεται από εξωγενείς παράγοντες (π.χ. σκόνη κ.λ.π.) και επί της ατομικής συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του κατασκευαστή και οι διαστάσεις του επιδέσμου, καθώς και οι ενδείξεις, 3 έως και 7 της παραγράφου Α3. Ποσότητα ατομικά συσκευασμένων επιδέσμων ανά δέκα (10) τεμ. θα τοποθετείται σε πλαστική συσκευασία και στην συνέχεια σε χαρτοκιβώτια που θα επιτρέπουν την ασφαλή και εύκολη μεταφορά. Επί της τελικής συσκευασίας θα αναγράφονται ο αριθμός των περιεχομένων τεμαχίων επιδέσμων καθώς και όλες οι ενδείξεις της παραγράφου Α3. <u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ</u>	
--	--	---	--

Επιδесμικό υλικό

		Οι προμηθευτές με την προσφορά τους, πρέπει να δηλώνουν τα στοιχεία (επωνυμία, τόπος) του εργοστασίου κατασκευής του επιδесμικού υλικού που θα πραγματοποιήσει την ύφανση και τις λοιπές επεξεργασίες (υδροφιλία, λεύκανση, ξήρανση κλπ.) και το οποίο θα διαθέτει άδεια-βεβαίωση δυνατότητας παραγωγής επιδесμικού υλικού από το Ε.Ο.Φ. ή αντίστοιχης επίσημης Αρχής και βεβαίωση από τον κοινοποιημένο οργανισμό ότι τα προϊόντα του προμηθευτή κυκλοφορούν στο εμπόριο με τη σήμανση CE. Αντίγραφο της ανωτέρω αδείας και βεβαίωσης, <u>θα κατατίθεται με την προσφορά.</u> Να καταθέσουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα κατηγορίας επίδесμοι γάζας της κατασκευάστριας εταιρείας μπορούν να κυκλοφορούν στο εμπόριο φέροντας την σήμανση CE ή βεβαίωση πιστοποιημένου Φορέα. Να καταθέσουν πιστοποιητικό εκδοθέν από πιστοποιημένο οργανισμό (όπου θα αναγράφεται και η ημερομηνία ισχύος αυτού) ότι τα προϊόντα της κατασκευάστριας εταιρείας κατηγορίας για γάζες απλές και γάζες ακτινοσκοπικές είναι σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΚ και μπορούν να φέρουν τη σήμανση CE. Να καταθέσουν επίσημο κατάλογο του πιστοποιημένου οργανισμού όπου θα αναγράφεται η κατασκευάστρια εταιρεία υπέρ της οποίας έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό και το είδος του προϊόντος για το οποίο έχει εκδώσει το εν λόγω πιστοποιητικό. Τα σημεία 1,2,3 της παραγράφου αυτής θεωρούνται «απαράβατοι όροι.»	
		<u>ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ</u>	
32	1	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ 6cm x 2 m	TEMAXIO
	2	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ 10 cm x 2 m	TEMAXIO
	3	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ 15 cm x 2 m	TEMAXIO
	4	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ 20 cm x 2 m	TEMAXIO
		Επίδесμοι γύψου με δυνατότητα γρήγορης και ομοιόμορφης ύφανσης. Γυψεπίδесμοι ταχείας πήξεως με χρόνο πήξης μικρότερο των 2,5 λεπτών σε ατομικές συσκευασίες. Ο χρόνος εμβάπτισής του στο νερό να είναι μικρός (2 sec).	

Επιδεσμικό υλικό

33		ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ (ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΙ)	
	1	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 6cm x 2 m	TEMAXIO
	2	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 10 cm x 2 m	TEMAXIO
	3	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 12 cm x 2 m	TEMAXIO
		Επίδεσμοι γύψινοι συνθετικοί τύπου DELTA LIFE-CAST	
34		ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ 800gr	
		Το βαμβάκι θα είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ελληνικής Φαρμακοποιίας IV. Βάμβαξ απορροφητικός που επισυνάπτονται (σελ.867 έως σε 870) Βάρος: 1000 γραμ. Συσκευασία: Η συσκευασία θα είναι ατομική εντός πλαστικού στεγανού περιβλήματος που θα προστατεύει το περιεχόμενο από υγρασία και σκόνη. Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται το είδος του περιεχόμενου, το καθαρό βάρος, τα στοιχεία του κατασκευαστή. Οι προμηθευτές στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν την τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής και συσκευασίας του βαμβακιού καθώς και το τόπο εγκατάστασης του . Επίσης οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα κατηγορίας Ι –Φαρμακευτικό Βαμβάκι της κατασκευάστριας εταιρείας μπορούν να κυκλοφορούν στο εμπόριο φέροντας την σήμανση CE ή βεβαίωση Κοινοποιημένου Οργανισμού.	
35		ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΠΛΗ	
		Χαρακτηριστικά Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης και να μην έχει υποστεί λεύκανση και κάθαρση	

Επιδεδυμικό υλικό

		Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου EN 14079:2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης(σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα, κλωστών κλπ), και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυτταρή εμφάνιση από οποιαδήποτε ουσία (μηχανέλαια κλπ). Ως προς τον αριθμό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου EN 14079:2003 ήτοι: 1. Αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο (cm²):18-20 2. Κλωστές ανά στήμονα ανά 10 εκατοστά: 100+5 3. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton's ανά 5cm στη διεύθυνση του στήμονα:50 4. Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 cm: 80+5 5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton's ανά 5 στη διεύθυνση της κρόκης:30 6. Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m²):24 Διαστάσεις- Συσκευασία Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90 (± 1%) εκατοστά και μήκος 100 (± 1%) μέτρα (m) Οι γάζες θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με τη μορφή αναδίπλωσης (ZIK ZAK)του ενός(1) μέτρου ή σε φύλλα με τη μία διάσταση 90cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία , τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω: 1. Τα στοιχεία του εργοστασίου παρασκευής 2. Το είδος του περιεχομένου 3. Η ημερομηνία παρασκευής 4. Ο αριθμός παρτίδας 5. Οι διαστάσεις(μήκος- πλάτος) 6. Ο αριθμός της σύμβασης και ο φορέας 7. Η ένδειξη « κρατικό είδος»με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη 8. Η σήμανση πιστότητας CE Έλεγχοι Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τα	
--	--	---	--

Επιδεδυμικό υλικό

		αναφερόμενα στο εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079/2003	
36		ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ	
		Ισχύουν οι προδιαγραφές της απλής υδρόφιλης γάζας, με την προσθήκη του ακόλουθου χαρακτηριστικού : Να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας 45% θειικού βορίου ανά 30 εκατοστά υφάσματος .	

*******Για όλα τα ανωτέρω είδη απαιτείται η προσκόμιση δωρεάν δείγματος.**

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Μ. ΙΑΤΡΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ

ΜΠΟΥΡΣΕ Η. ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Θ., ΤΕ ΝΟΣ/ΤΡΙΑ, ΠΡ/ΝΗ ΟΡΘ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΤΟΣΚΑ Α., ΠΕ ΝΟΣ/ΤΡΙΑ ,ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΧΕΙΡ/ΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΠΕ Δ/ΚΟΣ-ΟΙΚ/ΚΟΣ