

Αναφορικά με τις παρατηρήσεις της εταιρείας LYRITIS για τις τεχνικές προδιαγραφές του ανοσολογικού αναλυτή για το βιοχημικό εργαστήριο του Γ.Ν.Κορίνθου, έχουμε να απαντήσουμε τα παρακάτω.

Η πρώτη παρατήρηση δεν γίνεται δεκτή, καθώς η χρήση ρύγχους μίας χρήσης για την αναρρόφηση των δειγμάτων, έχει μεγαλύτερη ασφάλεια στην αποτελεσματικότητα των αποτελεσμάτων..

Η δεύτερη παρατήρηση γίνεται δεκτή, σχετικά με την προδιαγραφή 17, δηλαδή να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης BARCODE.

Η Τρίτη παρατήρηση δεν γίνεται δεκτή, για κάθε ενδεχόμενο μελλοντικής αναβάθμισης, να υπάρχει μεγαλύτερη χωρητικότητα δειγμάτων.

Η τέταρτη παρατήρηση γίνεται δεκτή, δηλαδή να διατεθούν οι οδηγίες χρήσεως κάθε εξέτασης στα Ελληνικά ή Αγγλικά.

Η Πέμπτη παρατήρηση δεν γίνεται δεκτή, καθώς ο διαχωρισμός των εξετάσεων σε απαραίτητες και προαιρετικές, περιορίζει τις δυνατότητες του εργαστηρίου για μελλοντική αναβάθμιση.

Αναφορικά με τις παρατηρήσεις της εταιρείας ABBOT, η πρώτη παρατήρηση σχετικά με την προδιαγραφή 4, γίνεται δεκτή, δηλαδή το πρώτο αποτέλεσμα να δίνεται στο μικρότερο χρόνο ειδικά δε για τις καρδιολογικές παραμέτρους.

Η δεύτερη παρατήρηση σχετικά με την προδιαγραφή 9, γίνεται δεκτή, δηλαδή να χρησιμοποιεί ρύγχη μίας χρήσεως ή άλλο σύστημα ώστε να εξαλείφεται κάθε πιθανή επιμόλυνση(CARRYOVER).

Η Τρίτη παρατήρηση σχετικά με την προδιαγραφή 11, γίνεται δεκτή, δηλαδή να έχει τη δυνατότητα αραίωσης δειγμάτων καθώς και αραίωσης στα εκτός γραμμικότητας.

Η παρατήρηση 4 σχετικά με την προδιαγραφή 16, γίνεται δεκτή δηλαδή τα αντιδραστήρια, για τις εξετάσεις με ετήσιο αριθμό εξετάσεων >1000, να παραμένουν στον αναλυτή και να μην είναι απαραίτητη η φύλαξή τους στο ψυγείο, μετά το τέλος της ρουτίνας.

Η Πέμπτη παρατήρηση γίνεται δεκτή, δηλαδή να χαρακτηριστούν οίαωαφερόμενες εξετάσεις ως προαιρετικές εξετάσεις.

Τα μέλη της Επιτροπής

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Παππά Χριστίνα

Καραμ Χ.

Ντάνου Ε.

Μπρίνιας Χ

Πιστεύου Α

Ντάνου Ε