

Σχετικά με τις επιπρόσθετες παρατηρήσεις της εταιρείας MEDICON

Τεχνική προδιαγραφή Αρ. 3

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα άωρα κύτταρα της κοκκιάδους σειράς και η ποσοτική ανίχνευσή τους στο περιφερικό αίμα είναι σημαντικός δείκτης για την υποστήριξη της διαφοροδιάγνωσης και την παρακολούθηση της θεραπείας των ασθενών με μικροβιακές λοιμώξεις, σήψη, μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα (χρόνια μυελογενής λευχαιμίας, ιδιοπαθής θρομβοκυτταραιμία) και λοιπά αιματολογικά νοσήματα.

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς ότι οι εν λόγω παράμετροι παρέχονται από τους συγκεκριμένους κατασκευαστικούς οίκους μόνο για ερευνητική χρήση, θα αξιολογηθούν αν αληθεύουν στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης των προσφερομένων αναλυτών.

Ως προς τους υπόλοιπους ισχυρισμούς, σχετικά με τα μεγάλα μη κεχρωσμένα κύτταρα (LUC) της λευκής σειράς, ο συγκεκριμένος πληθυσμός εμφανίζεται όχι μόνο σε παθολογικά δείγματα, αλλά και σε φυσιολογικά. Επίσης, δεν παρουσιάζει κάποια κλινική αξία (δεν υπάρχει σχετική βιβλιογραφία), και μπορεί να προκαλέσει σύγχυση.

Σχετικά με το άθροισμα του ποσοστού των υποπληθυσμών των λευκοκυττάρων που πρέπει να είναι 100 και το άθροισμα του απόλυτου αριθμού των υποπληθυσμών των λευκοκυττάρων που πρέπει να ισούται με τον απόλυτο αριθμό των λευκών, θέλουμε να ξανατονίσουμε ότι οι υποπληθυσμοί των λευκών αιμοσφαιρίων βάση και της διεθνούς βιβλιογραφίας είναι 5 (λεμφοκύτταρα, ηωσινόφιλα, βασεόφιλα, ουδετερόφιλα, και μονοκύτταρα).

Να σημειώσουμε επίσης ότι ζητάμε ξεκάθαρα να παρέχονται αυξημένες δυνατότητες στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων παρουσιάζοντας πλήρη μορφολογία κυττάρων στα λευκά, ερυθρά και αιμοπετάλια, με κατάλληλες επισημάνσεις προκειμένου να αξιολογηθούν.

Η προδιαγραφή προτείνουμε να παραμείνει ως έχει.

Τεχνική προδιαγραφή Αρ. 7

Ο Διεθνής Οργανισμός για την Προτυποποίηση στην Αιματολογία (ICSH) ορίζει σαφώς τον τρόπο ανάδευσης των δειγμάτων, ο οποίος είναι αυτός που ακριβώς που αναφέρεται στην εν λόγω προδιαγραφή.

Ως εκ τούτου, προτείνουμε η προδιαγραφή να παραμείνει ως έχει.

Επί των παρατηρήσεων της εταιρείας MEDICON για τον ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ

Οι τεχνικές προδιαγραφές για τον Βιοχημικό Αναλυτή του Νοσοκομείου, που βρίσκονται στο στάδιο της διαδικασίας 2^{ης} διαβούλευσης, αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά που

απαιτούνται από τον φορέα προκειμένου ο αναλυτής αυτός να ανταποκρίνεται στη χρήση για την οποία προορίζεται ήτοι στην εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του εργαστηρίου και συμμορφώνονται πλήρως με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Π.Δ. 118/07.

Ενόψει των ανωτέρω, η εταιρεία MEDICON ως οικονομικός φορέας δεν μπορεί εκ της θέσεως της να κρίνει τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής όπως τούτο κατ' επανάληψη πράττει στις παρατηρήσεις της (βλέπε σελ.2&1 «η ταχύτητα ...θεωρείται υπερβολική», ...βλέπε σελ.2&5«...θεωρούμε ότι είναι υπερβολική...»

Σε κάθε περίπτωση οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές διασφαλίζουν την ευρύτητα συμμετοχής των ενδιαφερομένων καθώς περιγράφουν αναλυτή μεσαίας κατηγορίας και υπερκαλύπτονται από πλήθος αναλυτών μεσαίας και μεγάλης κατηγορίας του εμπορίου μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και αναλυτές που ως γνωστόν η υποβάλλουσα τις παρατηρήσεις εταιρεία MEDICON εμπορεύεται .

Ως εκ τούτου οι τεχνικές προδιαγραφές για τον Βιοχημικό Αναλυτή του Νοσοκομείου δεν αποτελούν εμπόδιο στην συμμετοχή της υποβάλλουσας τις παρατηρήσεις εταιρείας MEDICON στον διαγωνισμό όπως τούτο επιβεβαιώνεται από την απρόσκοπτη συμμετοχή της σε προγενέστερο διαγωνισμό του Νοσοκομείου μας που διενεργήθηκε με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

Κατά συνέπεια οι παρατηρήσεις της εταιρείας MEDICON στην 2^η διαβούλευση, οι οποίες τυγχάνει να είναι οι ίδιες με αυτές της 1^{ης} διαβούλευσης , έχουν ήδη απαντηθεί και **απορρίπτονται ως απαράδεκτες** στο σύνολό τους.

B.VAKTRO A.E.

Η πρόταση της εταιρείας VAKTRO απορρίπτεται ως απαράδεκτη δεδομένου ότι με αυτή , εφόσον ήθελε γίνει αποδεκτή , θα επιβαρύνονταν ο χρόνος απασχόλησης των παρασκευαστών του εργαστηρίου χωρίς κάποιο ιδιαίτερο αντισταθμιστικό όφελος για το νοσοκομείο δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός της προμήθειας θα είναι ιδιαίτερα χαμηλός.

Ο αναλυτής Ηλεκτρολυτών του εργαστηρίου ζητείται στον διαγωνισμό για περιορισμένη χρήση ήτοι ως εφεδρικός για περιστάσεις εκτάκτων αναγκών και οι ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές υπερκαλύπτονται από πλήθος αναλυτών του εμπορίου .

Ως εκ τούτου, το αίτημα για μεμονωμένα αντιδραστήρια δεν γίνεται δεκτό διότι περιορίζει την χρησιμότητα ενός αναλυτή περιστασιακής χρήσης και αυξάνει τον χρόνο απασχόλησης του προσωπικού χωρίς ιδιαίτερο λόγο