

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Κατηγορία A2 HIGH FLUX(Φίλτρα με συνθετικές μεμβράνες): IN VITRO Kuf >20ml/mmHg/h/1.0 m2 και επιφάνεια μεμβράνης > 1,5 m2

- A.2.4 Μembrάνη πολυαιθερικής σουλφόνης τύπου polynephron
- A.2.5 Μembrάνη πολυσουλφόνης τύπου ελιξόνης (helixone)
- A.2.7 Μembrάνη πολυσουλφόνης επικαλυμμένη εσωτερικά με γέλη τύπου Rexbrane
- A.2.8 Μembrάνη κράματος πολυαιθεροσουλφόνης και πολυαρυλαίνης (polyester polymere alloy, PEPA).

Κατηγορία B2 LOW FLUX (Φίλτρα με συνθετικές μεμβράνες): IN VITRO Kuf <20ml/mmHg/h/1.0 m2 και επιφάνεια μεμβράνης > 1,5 m2

- B.2.4 Μembrάνη πολυαιθερικής σουλφόνης τύπου polynephron
- B.2.5 Μembrάνη πολυσουλφόνης τύπου ελιξόνης (helixone)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ	KUF / m ² < ή > των 20ml/h.mmHg	ΚΑΘΑΡΣΕΙΣ ΟΥΣΙΩΝ (>...)σε ml/min με Qb300ml.min & Qd500ml/min					ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ B2-M	ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
				ΟΥΡΙΑ	ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ	ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ	ΒΙΤ. B12	ΚοΑ>...ΟΥΡΙΑΣ		
B.2.4	ΤΥΠΟΥ POLYNEPHRON	1,9 m ²	<20,0ml/h.mmHg	260	250	215	140	1250	<0,5	β ή γ-ακτιν/λια
A.2.4	ΤΥΠΟΥ POLYNEPHRON	2,1 m ²	>20,0ml/h.mmHg	280	265	250	190	1950	0,8	β ή γ-ακτιν/λια
A.2.8	ΤΥΠΟΥ κράμα πολυεστέρας - πολυαιθέρας (PEPA)	2,1 m ²	>20,0ml/h.mmHg	260	240	235	170	1000	0,85	β ή γ-ακτιν/λια
B.2.5	ΤΥΠΟΥ HELIXON	1,8 m ²	<20,0ml/h.mmHg	260	230	200	135	970	<0,5	steam
A.2.5	ΤΥΠΟΥ HELIXON	2,2 m ²	>20,0ml/h.mmHg	275	260	245	190	1350	0,8	steam
A.2.7	ΤΥΠΟΥ REXBRANE	1,8 m ²	<20,0ml/h.mmHg	270	256	199	117	1145		γ-ακτιν/λια

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΛ. ΜΠΟΒΟΛΕΤΗ

ΑΙΚ. ΠΑΝΤΑΖΗ

ΜΑΤΘ. ΚΟΤΖΙΑ