



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Βαθμός Ασφαλείας
Κόρινθος: **15 / 05 / 2018**

Αριθμ. Πρωτ.: (Φ.Α)/**15258**/Βαθ.Πρωτ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : Γρ. Προμηθειών

Ταχ. Δ/ση : Λεωφ. Αθηνών 53
20131 Κόρινθος

Πληροφορίες : Γ.ΠΑΠΑΦΙΛΗ
Τηλέφωνο : 27413 61857
FAX : 27410-20529

ΠΡΟΣ: **ΑΠΟΦΑΣΗ**

ΘΕΜΑ : «Διενέργεια Β' Δημόσιας Διαβούλευσης
Τεχνικών Προδιαγραφών για την
προμήθεια **ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ**
CPV 33100000-1»

Κοιν. 1. Διοικήτρια
2. Δ/ντή Διοικ/κού
3. Υπ/ντρια Διοικ/κής - Οικ/κής Υπηρεσίας
4. Τμήμα Πληροφορικής

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:

1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ'αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68^{ης}/14-12-2015 (θέμα 6^ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ'αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1^ο) Συνεδρίαση, (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ'αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)

2. Την αρ.πρωτ.**8164/06-03-2018** ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών **ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ CPV 33100000-1**

3. Την αρ.πρ.**8158/06-03-2018** απόφαση Διοικήτριας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

4. Το αρ.πρωτ.**11780/05-04-2018** έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών:

❖ **ΡONTIS HELLAS S.A. αρ.πρ.10185/22-03-2018**

5. Το αρ.πρωτ.**12766/18-04-2018** πρακτικό με τεχνικές προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών, στο οποίο αναφέρει ότι αφού εξέτασε τις παρατηρήσεις που απέστειλε η παραπάνω εταιρεία προβαίνει στην τροποποίηση των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών, προσθέτοντας επιπλέον τα παρακάτω:

- Τα προσφερόμενο μηχάνημα να διαθέτει σήμανση CE.
- Εγγύηση καλής λειτουργίας (2) ετών και δυνατότητα service και ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.
- Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003 (Περί διακίνησης και Τεχνικής Υποστήριξης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων) και να είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με την Υ.Α.: /Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004.

6. Την αρ.πρωτ.**13366/25-04-2018** ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών **ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ CPV 33100000-1**

7. Το αρ.πρωτ.**14039/02-05-2018** έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών:

- **ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ αρ.πρ. 13542/26-04-2018**
- **ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. αρ.πρ.13663/27-04-2018**

8. Το αρ.πρωτ.**15085/11-05-2018** πρακτικό με τεχνικές προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης αυτών, στο οποίο αναφέρει ότι αφού εξέτασε τις παρατηρήσεις που απέστειλαν οι παραπάνω εταιρείες,

Προτείνει οι παρατηρήσεις των εταιρειών ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ και ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ γίνονται εν μέρει δεκτές και με βάση των προτάσεων αυτών προβαίνουμε στις ακόλουθες αλλαγές επί των αρχικών προδιαγραφών: 1. Να έχει **χωρητικότητα 650 - 700 λίτρα**.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια **ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ CPV 33100000-1**, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την **Παρασκευή 18 Μαΐου 2018** και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr

Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια **ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ CPV 33100000-1**, (σελ. 2).

Για την ακρίβεια
Η Πρ. Τμ. Γραμματείας

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (PLASMA FREEZER)

1. Να είναι καινούριος, αμεταχείριστος, μονόθυρος, κατακόρυφος, σχεδιασμένος αποκλειστικά για αποθήκευση και συντήρηση μονάδων πρόσφατα κατεψυγμένου πλάσματος σε ιδανικές συνθήκες.
2. Να έχει χωρητικότητα **650 - 700 λίτρα**.
3. Κατασκευασμένος από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής, με τουλάχιστον έξι τηλεσκοπικά συρτάρια για καλύτερη ταξινόμηση και αποθήκευση των ασκών. Τα συρτάρια του καταψύκτη να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο μέταλλο ανθεκτικό σε χαμηλές θερμοκρασίες, τα οποία να μπορούν να αφαιρεθούν για να καθαριστούν.
4. Να κλείνει ερμητικά με πόρτα που αποτελείται από διπλά τοιχώματα με ενδιάμεσο μονωτικό υλικό υψηλής ποιότητας και λάστιχα μεγάλης αντοχής. Η πόρτα να διαθέτει κλειδαριά.
5. Η θερμοκρασία να ρυθμίζεται από -10 έως τουλάχιστον -30 °C .
6. Να διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 60 mm.
7. Να είναι τεχνολογίας no frost Που να μην χρειάζεται τακτικά απόψυξη.
8. Να διαθέτει απόλυτα αθόρυβο σύστημα κυκλοφορίας αέρα και πλήρως σφραγισμένο ψυκτικό σύστημα ψύξης.
9. Να διαθέτει πλήρη ηλεκτρονικά οπτικό – ακουστικά συστήματα συναγερμού και καταγραφικό 7 ήμερης λειτουργίας.
10. Τα προσφερόμενο μηχάνημα να διαθέτει σήμανση CE.
11. Εγγύηση καλής λειτουργίας (2) ετών και δυνατότητα service και ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.
12. Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003 (Περί διακίνησης και Τεχνικής Υποστήριξης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων) και να είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με την Υ.Α.: /Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004.