



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Κόρινθος 24-09-2018

Αρ.πρωτ.26440

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λεωφ. Αθηνών 53
20131 Κόρινθος

ΠΡΟΣ :

Τμ. Πληροφορικής

Πληροφορίες: Γεωργία Παπαφίλη
Τηλέφωνο : 2741-3- 61857
FAX : 2741-0-20529

ΘΕΜΑ **«Ανάρτηση Τεχνικών Προδιαγραφών για
ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ CPV
33162200-5 (εργαλεία χειρουργείου)»**

ΣΧΕΤ. α) Αρ.πρωτ.6507/11-12-2013 έγγραφο Ε.Π.Υ.
β) Οι υπ.αρ.65/17.7.2015/21.7.2015
συνεδρίασή (θέμα 1ο) και την υπ' αριθμ.
67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίαση (θέμα
1ο) της Ε.Π.Υ
γ) Η υπ.αρ.4972/15-12-2015 και 11/05-01-
2016 εγκύκλιος Ε.Π.Υ
δ) Η αρ.πρ.26038/19-09-2018 απόφαση
Διοικήτριας για συγκρότησης επιτροπής

ΚΟΙΝ: 1. Διοικήτρια
2. Δ/ντή Δ/κού
3. Υποδ/ντρια Δ/κής Υπηρεσίας
4. Αν/τρια Πρ/νη Τμ. Οικ/κού
5. Γρ. Προμηθειών

Κατ' εφαρμογήν της εγκύκλιου της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της ίδιας Ολομέλειας που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθμ.65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και την υπ' αριθμ.67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και ενόψει της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προκειμένου να γίνει δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: **ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ CPV 33162200-5 (εργαλεία χειρουργείου)**.

το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές και τις ενώσεις αυτών να υποβάλουν, **κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο**, στο Γραφείο Προμηθειών προδιαγραφές και πρότυπα του ως άνω είδους, **εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, η οποία άρχεται από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της, δηλαδή από την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018, ήτοι μέχρι 15 Οκτωβρίου 2018.**

Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές και οι ενώσεις αυτών δύνανται να προσκομίζουν τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα με βάση αυτό τον κωδικό CPV καθώς και με βάση οποιουσδήποτε άλλους κωδικούς CPV αντιστοιχούν στο είδος που αυτοί εμπορεύονται και εντάσσονται κατά την κρίση τους στην κατηγορία του πιο πάνω.

Η υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και αποστολή θα γίνει ταυτόχρονα σε έντυπη και μαγνητική μορφή (cd, dvd, usb memory stick).

Το σύνολο του υλικού που θα υποβληθεί στο Γραφείο του Προμηθειών θα παραδοθεί στην Επιτροπή Σύνταξης Προδιαγραφών.

Κάθε τελικό σχέδιο της Επιτροπής Σύνταξης Προδιαγραφών θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Announcement

Due to implementation of the regulation of the Greek Health Procurement Committee regarding the procedure of the technical specifications and standards approval, as this regulation has been determined through the Greek Health Procurement Committee's decisions No65/17-7-2015/21-7-2015 (1st topic) and No 67/19.11.2015/24.11.2015 (1st topic), and in view of composing technical specifications and standards for the procurement of « **MULTIPLE TOOLS SET FOR LAPAROSCOPIC OPERATIONS** » CPV **33162200-5**, the GENERAL HOSPITAL OF KORINTHOS invites all the interested suppliers and their associations to submit, according to the above regulation, technical specifications and standards for the aforementioned products to the Hospital Supplies Office within a strict deadline of twenty (20) days. This strict deadline starts from the following day after this specific notice has been posted on the Greek Health Procurement Commission's website, **which is Tuesday 25 September 2018**, That is until **15 October 2018**.

Therefore, the suppliers and their associations are able to submit technical specifications and standards based on the above CPV codes as well as on any others CPV codes, which correspond, from their point of view, to the products they trade and are included in the «Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware » category products except phakic and multifocal.

It is advised that the products should be submitted with a correlation to the codes of the Price Observatory of the Greek Health Procurement Committee or with the indication "without a correlation with the Price Observatory of the Greek Health Procurement Committee" according to the judgment of each supplier or his association.

It is clarified that the Greek Health Procurement Committee is not bound by the correlation, or not, between the products and the codes of the Price Observatory submitted by each supplier or his association.

Technical specifications should be submitted in paper and digital form((cd, dvd, usb memory stick).

All submissions will be delivered to the Appointed Specifications Committee.

The final draft of the Specifications Committee will be open to public consultation

Παρακαλούμε το Τμήμα Πληροφορικής να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Στις τεχνικές προδιαγραφές που θα αναρτηθούν να αναφέρεται προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων μέχρι **15-10-2018** και να αναγράφεται η ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των παρατηρήσεων: prom@hospkorinthos.gr.

Για την ακρίβεια
Η Γραμματέας

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΔΗΜ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
(MULTIPLE TOOLS SET FOR LAPAROSCOPIC OPERATIONS)

Το σετ να αποτελείται από:

1. Μία βελόνα πνευμοπεριτοναίου Verres 120mm

2. Ένα σετ τροκάρ διαμέτρου 10/11mm αποτελούμενο από:

α) Δύο κάνουλες πλαστικές ελαφρού βάρους με βαλβίδα για την εισαγωγή CO₂, κατάλληλες για αποστείρωση στον υγρό κλίβανο του Νοσοκομείου

β) Ένα στυλεό τροκάρ με κοπτικό άκρο μικρού πλάτους και ταυτόχρονης διήνησης των ιστών και με ενσωματωμένο ατραυματικό κάλυμμα ασφαλείας της λόγχης που κλειδώνει κατά την είσοδο στην περιτοναϊκή κοιλότητα και μηχανισμό επαναφοράς της.

3. Ένα σετ τροκάρ διαμέτρου 5mm αποτελούμενο από:

α) Δύο κάνουλες πλαστικές ελαφρού βάρους με βαλβίδα για την εισαγωγή CO₂ φέρουσα ενσωματωμένο σταθεροποιητή κατάλληλες για αποστείρωση στον υγρό κλίβανο του Νοσοκομείου

β) Στυλεό τροκάρ πολλαπλών χρήσεων με άκρο διήνησης τύπου "pencilpoint"

4. Μία λαβή απολίνωσης αγγείων πολλαπλών χρήσεων, μήκους 31cm και διαμέτρου 10mm

5. Δύο λαβίδες σύλληψης, θυριδωτή long, περιστρεφόμενη 360°, μονωμένη, διαμέτρου 5mm και μήκους 355mm, διαιρούμενη σε τρία μέρη που να αποτελείται από :

(α) Λαβή πολλαπλών χρήσεων γωνιώδη, με περιστρεφόμενο 360° μονωμένο μηχανισμό στυλεού με Ratchet που να μπορεί να συνδεθεί με μονοπολική διαθερμία.

(β) Εσωτερικό μηχανισμό στυλεού πολλαπλών χρήσεων με άκρο grasper fenestrated long, περιστρεφόμενος 360° μονωμένος. Μήκος στυλεού 355mm και διάμετρος 5mm.

(γ) Κάνουλα μονωμένη και με κανάλι καθαρισμού.

6. Μία λαβίδα σύλληψης ισχυρή περιστρεφόμενη 360°, μονωμένη, διαμέτρου 5mm και μήκους 355mm, διαιρούμενη σε τρία μέρη που να αποτελείται από :

(α) Λαβή πολλαπλών χρήσεων γωνιώδη, με περιστρεφόμενο 360° μονωμένο μηχανισμό στυλεού με Ratchet που να μπορεί να συνδεθεί με μονοπολική διαθερμία.

(β) Εσωτερικό μηχανισμό στυλεού πολλαπλών χρήσεων με άκρο grasper clinch, περιστρεφόμενος 360° μονωμένος. Μήκος στυλεού 355mm και διάμετρος 5mm.

(γ) Κάνουλα μονωμένη και με κανάλι καθαρισμού.

7. Μία λαβίδα αποκόλλησης-διαχωρισμού με κυρτά ατραυματικά άκρα, περιστρεφόμενη 360°, μονωμένη, μήκος στυλεού 355mm και διάμετρος 5mm. Διαιρούμενη σε τρία μέρη που να αποτελείται από:

(α) Μία λαβή πολλαπλών χρήσεων γωνιώδη, με περιστρεφόμενο 360° μονωμένο μηχανισμό στυλεού χωρίς Ratchet που να μπορεί να συνδεθεί με μονοπολική διαθερμία.

(β) Εσωτερικό μηχανισμό στυλεού πολλαπλών χρήσεων με άκρο dissector κυρτό τύπου maryland, περιστρεφόμενος 360°, μονωμένος, Μήκος στυλεού 355mm και διάμετρος 5mm.

(γ) Κάνουλα μονωμένη και με κανάλι καθαρισμού.

8. Ένα ηλεκτρόδιο μονοπολικής διαθερμίας τύπου L-Hook, 5mm, μήκους 34cm, πολλαπλών χρήσεων, με εργονομική χειρολαβή και άκρο μονοπολικής διαθερμίας, μονωμένο μέχρι το άκρο από ειδικό υλικό.

Ένα ηλεκτρόδιο μονοπολικής διαθερμίας τύπου "σπάτουλα", 5mm, μήκους 34cm, πολλαπλών χρήσεων, με εργονομική χειρολαβή και άκρο μονοπολικής διαθερμίας, μονωμένο μέχρι το άκρο από ειδικό υλικό.

9. Ένα ενδοσκοπικό εργαλείο έκπλυσης -αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων 5mm, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, αποτελούμενο από: α) στυλεό μήκους 30cm (χωρίς την λαβή), με 16 οπές αναρρόφησης που να συναρμολογείται εύκολα και με ασφάλεια με την λαβή, χωρίς την ανάγκη άλλου εργαλείου β) Εργονομική λαβή συμμετρικού βάρους, χωρίς διαθερμία που να φέρει δύο μηχανισμούς (έναν για έκπλυση και έναν για αναρρόφηση) με βαλβίδες εξαιρετικής ποιότητας παρέχοντας ακρίβεια στους χειρισμούς και στεγανότητα και με επαναφορά στο σημείο μηδέν για χρήση με το ένα χέρι.